



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO nº 189/2022

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Considerando o pedido de esclarecimento abaixo, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI 0012192622. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI 0012246875.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 10 de março de 2022 às 14h10min (documento SEI 0012192597).

1º Questionamento: *"Informamos que o Edital contém em seu descritivo técnico, item que dificulta a identificação do melhor produto a ser oferecido para o cumprimento do exigido, o que em tese dificulta nossa participação. Desta forma, solicitamos os seguintes esclarecimentos: Em análise do Edital consta a validade mínima do produto na data de entrega: "...no mínimo (12) meses." Dessa forma, questiono se podemos apresentar validade mínima de 9 (nove) meses para os ITENS: 05 e 08? Enfatizo que a validade mínima de 9 (nove) meses, ocorre devido uma limitação técnica de produção do produto de todos os fabricantes. Informo ainda as seguintes considerações, referente a limitação técnica dos itens: - O processo de produção dos tubos envolvem 3 etapas: 1. Injeção dos tubos e tampas; 2. Montagem dos tubos; 3. Esterilização. Após o tubo ser montado e rotulado, qual já está com a etiqueta e com a validade impressa no tubo, o material sai da empresa para serem esterilizados por terceirizadas. O processo de esterilização é feito por outra empresa. Desta forma o material demora para retornar, e, após o retorno passa por todo um processo da qualidade de testagem e quarentena e somente depois é liberado para o estoque. Assim sendo, 9 (nove) meses é o prazo no qual o material está no estoque com melhor validade possível. Trata-se de processo igual em todos os fabricantes, pois a esterilização do material não é feita no Brasil; esse serviço é terceirizado. Desde já agradeço pela atenção dispensada e aguardo breve retorno para viabilizar a nossa participação neste processo."*

Resposta: Conforme manifestação do Laboratório Municipal, secretaria requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 0012246875/2022 - SES.UFL.LAB: *"Em resposta ao Memorando 0012192622, que encaminhou o Pedido de Esclarecimento 0012192597 da empresa (...), salientamos que o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2022 (SEI 0012060638), que tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José, dispõem no Anexo VII, do referido Edital, todas as obrigações da contratada específicas do objeto."*

Sendo assim, em uma eventual necessidade do serviço estocar maior quantidade de tubos, é necessário que a vigência da validade do produto esteja garantida até o seu uso por completo. Por este motivo, optamos que a validade seja de 12 (doze) meses a partir da data de entrega."

Atenciosamente,

Pregoeiro,
Portaria nº 001/2022 - SEI nº 0011532106



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2022, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012247756** e o código CRC **5550B1AA**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.278979-3

0012247756v2