



MEMORANDO SEI Nº 0023160506/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 11 de outubro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **391/2024**.

Objeto: Aquisição de equipamentos, móveis e materiais de uso hospitalar.

Em atenção ao documento SEI nº 0023160210, segue a análise das propostas apresentadas e das respostas das diligências apresentadas para os itens 4 e 9:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca/ Modelo	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Ficha técnica, Imagem de site, Prospecto	Parecer
4	42235 - ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL	CIRURGICA3 SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3RAY/ ECG-5503G	De acordo	80901119003- Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém, não possui todas as informações exigidas no edital.	Na análise preliminar foi solicitado que a empresa confirmasse o atendimento aos seguintes requisitos: 1.1- Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado- A empresa anexou documentação comprobatória (pág. 30 do manual); 1.2- Caso seja necessário software específico para exportação de relatórios em formatos PDF e JPG, a licitante fornecerá o sistema- A empresa confirmou o atendimento ao exigido; 1.3- Que o carrinho ofertado possui prateleira para acessórios- A empresa confirmou o atendimento ao exigido;

							Também foi solicitado que a empresa apresentasse documentação comprobatória do atendimento às seguintes exigências: 2.1- Exportação de relatórios em formatos: PDF, JPG- A empresa anexou documentação comprobatória (pág. 12 do manual); 2.2- Transmissão de dados do equipamento via rede- A empresa anexou documentação comprobatória (pág. 11 do manual); 2.2- Indicação do posicionamento incorreto de eletrodos- A empresa anexou documentação comprobatória (pág. 30 do manual); <u>Parecer: Proposta classificada</u>
9	25722 - MONITOR MULTIPARÂMETROS BÁSICO	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CREATIVE/ K-12	De acordo	80901110026- Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou, porém, não possui todas as informações exigidas no edital.	Na análise preliminar foi solicitado que a empresa confirmasse o atendimento aos seguintes requisitos: 1- O edital exige memória para armazenamento de dados aferidos nas últimas 4 (quatro) horas; na documentação técnica (página 74 da proposta) consta a informação de armazenamento superior a tal exigência, porém, não esta claro que tal armazenamento é padrão do equipamento ou em função da "<i>expansão com cartão memória</i>". Solicitamos que a empresa confirme que o equipamento ofertado atende a exigência de armazenamento de dados aferidos nas últimas 4 (quatro) horas- A empresa confirmou que o equipamento em sua configuração básica já possui até 2000 horas de dados de tendencia; 2- Solicitamos que a

						empresa confirme que o equipamento ofertado permite a revisão e a transferência posterior dos dados da memória- A empresa confirmou que o equipamento atende o requisito em questão e anexou documentação comprobatória. 3- Acerca da conectividade com PC via UBS ou WIRELESS, na página 109 consta a informação "<i>A função de exportação de dados USB está disponível para o monitor com o módulo de extensão.</i>" Solicitamos que a licitante confirme que o item ofertado atende a tal exigência- A empresa confirmou que o equipamento atende o requisito em questão e anexou documentação comprobatória. 4- Acerca da exigência de suporte para instalação e fixação do equipamento, não foi possível identificar que o equipamento atende tal exigência. Solicitamos que a licitante confirme que o equipamento possui suporte para instalação e fixação na parede e que serão fornecidos todos os periféricos (parafusos, porcas, arruelas e buchas) necessários- A empresa indicou que na página 137 do manual consta os suportes de parede como acessório e confirmou que o equipamento será fornecido com todas as peças para sua devida instalação. 5- Solicitamos que a empresa confirme que o equipamento funciona sem a exigência de material descartável para aferição de nenhum dos sinais, como capas e sondas- A empresa confirmou que o equipamento atende o requisito em questão. <u>Parecer: Proposta classificada</u>
--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Servidor(a) Público(a)**, em 11/10/2024, às 16:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023160506** e o código CRC **2857F614**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.147899-4

0023160506v6