



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0010407380/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 10 de setembro de 2021.

À SAP.UPR

Encaminhamos as informações dos pareceres das amostras já analisadas pela área técnica:

Item	Material/Serviço	EMPRESA	MARCA	8.9.1- REGISTRO ANVISA	ANÁLISE
22	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL	R. DE SOUZA TRENTTO	R. DE SOUZA TRENTTO	82277210001	REPROVADO. CONFORME PARECER 0010405506, A AMOSTRA OFERTADA NÃO POSSUI A GRAMATURA MÍNIMA EXIGIDA. O EDITAL PEDE GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2 E A AMOSTRA APRESENTADA POSSUI GRAMATURA DE 24 G/M2. O AVENTAL TAMBÉM NÃO POSSUI A LARGURA MÍNIMA EXIGIDA. MEDIDAS: COMPRIMENTO ATENDE A EXIGÊNCIA DE 115 CM; EM RELAÇÃO A LARGURA, NÃO ATENDE O EXIGIDO NO EDITAL; AO MEDIR-SE NA ALTURA DO TÓRAX O AVENTAL POSSUI LARGURA DE 152 CM, PORÉM, HÁ UM CORTE PARA A TIRA DE AMARRAÇÃO NA CINTURA, ONDE O AVENTAL FICA COM 142 CM DE LARGURA,

					FORA DA MARGEM ACEITA.
23	24949 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO AO COVID-19	COMERCIAL MONTANNA LTDA	MASSAR	82054850008	REPROVADO. CONFORME PARECER 0010405283, A AMOSTRA OFERTADA NÃO POSSUI A GRAMATURA MÍNIMA EXIGIDA. O EDITAL PEDE GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M2 E A AMOSTRA APRESENTADA POSSUI GRAMATURA DE 32 G/M2. O AVENTAL TAMBÉM NÃO POSSUI A LARGURA MÍNIMA EXIGIDA. AO MEDIR-SE NA ALTURA DO TÓRAX O AVENTAL POSSUI LARGURA DE 140 CM, PORÉM, HÁ UM CORTE PARA A TIRA DE AMARRAÇÃO NA CINTURA, ONDE O AVENTAL FICA COM 132 CM DE LARGURA.
34	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TEXPHARMA	80339640004	REPROVADO. CONFORME PARECER 0010406270, A AMOSTRA POSSUI MEDIDAS EM DESACORDO COM O EDITAL; EXIGE-SE COMPRIMENTO DE 91 METROS E A AMOSTRA POSSUI COMPRIMENTO DE 50 METROS. TAMBÉM NÃO POSSUI O PESO EXIGIDO; O EDITAL SOLICITA ROLO COM PESO APROXIMADO DE 1.650 GRAMAS E A AMOSTRA POSSUI PESO DE 479 GRAMAS.
38	916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	GO.MED	80799930001	REPROVADO. CONFORME PARECER 0010406445, A AMOSTRA NÃO ATENDE A NBR 13843. AS COMPRESSAS POSSUEM POSSUEM GRAMATURA DE 0,5 GRAMA/ UNIDADE, A METADE DO EXIGIDO NA NORMA. POSSUEM MEDIDAS DE 7,5 CM X 6 CM FECHADA, 23 CM X 11 CM ABERTA- A NBR INDICA AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS: FECHADA 7,5 CM X 75 CM E ABERTA 15 CM X 30 CM. O PACOTE NÃO INDICA O QUANTITATIVO DE

					UNIDADES, PORÉM, POSSUI APENAS 250 UNIDADES (EDITAL PEDE 500 UNIDADES).
52	25249 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM FILTRO PARA ATENDIMENTO AO COVID-19	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	GOMED	80799930010	APROVADO CONFORME PARECER 0010405959

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 10/09/2021, às 19:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010407380** e o código CRC **B57F1CCE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.130980-1

0010407380v4



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0010407451/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 10 de setembro de 2021.

À SAP.UPR

Informamos que a amostra apresentada pela empresa GO.MED Distribuidora de Medicamentos LTDA foi **REPROVADA**. Conforme análise SEI 0010407429, a amostra não atende ao descritivo. Exige-se gramatura mínima de 20 gramas por unidade e na pesagem verificamos que cada compressa possui gramatura de 17 gramas.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 10/09/2021, às 19:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010407451** e o código CRC **6C2364EC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.130980-1

0010407451v3

ANÁLISE SEI Nº 0010405283/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 10 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 23- AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO AO COVID-19

DESCRIÇÃO	24949 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº 356/2020, RDC 379/2020 ANVISA E SUAS ATUALIZAÇÕES; USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR OU MATERIAL EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL, NÃO ESTERIL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2, POSSUIR EFICIÊNCIA DE FILTRACÃO BACTERIOLOGICA (BFE) > 99%; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO 140 CM DE LARGURA E 150 CM DE ALTURA; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE.
FORNECEDOR	COMERCIAL MONTANNA LTDA
MARCA	MASSAR
REGISTRO ANVISA	82054850016
LOTE	NÃO INDICADO
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada inadequada Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: A amostra ofertada não possui a gramatura mínima exigida. O edital pede gramatura mínima de 50 g/m² e a amostra apresentada possui gramatura de 32 g/m². O avental também não possui a largura mínima exigida. Ao medir-se na altura do tórax o avental possui largura de 140 cm, porém, há um corte para a tira de amarração na cintura, onde o avental fica com 132 cm de largura.

Adequada inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não garante a segurança dos profissionais, visto que não possui a largura mínima exigida, assim como, não possui a gramatura mínima de 50 g/m² exigida no edital.

Adequada inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 10/09/2021, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010405283** e o código CRC **4801F381**.



ANÁLISE SEI Nº 0010405506/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 10 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 22- AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL

DESCRIÇÃO	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, BRANCO . HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS APROXIMADAS = 115 X 150 CM, SENDO ACEITO VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.
FORNECEDOR	R. DE SOUZA TRENTO
MARCA	R. DE SOUZA TRENTO
REGISTRO ANVISA	82277210001
LOTE	20210902
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	8 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: A amostra ofertada não possui a gramatura mínima exigida. O edital pede gramatura mínima de 30 g/m² e a amostra apresentada possui gramatura de 24 g/m². O avental também não possui a largura mínima exigida. Medidas: Comprimento atende a exigência de 115 cm; em relação a largura, não atende o exigido no edital; ao medir-se na altura do tórax o avental possui largura de 152 cm, porém, há um corte para a tira de amarração na cintura, onde o avental fica com 142 cm de largura, fora da margem aceita.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não possui a largura mínima exigida, assim como, não possui a gramatura mínima de 30 g/m² exigida no edital.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 10/09/2021, às 16:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010405506** e o código CRC **049361F2**.



ANÁLISE SEI Nº 0010405959/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 10 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 52- MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM FILTRO PARA ATENDIMENTO AO COVID

DESCRIÇÃO	25249 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM FILTRO PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 CONFECCIONADA EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; ? TAMANHO ADEQUADO, ABRANGENDO TODA REGIÃO MENTO-NASAL, AMOLDADOR PARA CONTOURNO DO NARIZ COM ELEMENTO METÁLICO, FACIL ADAPTAÇÃO A ANATOMIA NASAL; POSSUIR TIRAS OU ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO; PERMITE O MOVIMENTO INSPIRAÇÃO/EXPIRAÇÃO SEM PRODUIR SUFOCAMENTO; ISENTA DE FIBRA DE VIDRO; EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES, ABERTURA OVAL NA PARTE SUPERIOR DA CAIXA, PICOTADA, PERMITINDO RETIRADA INDIVIDUAL DAS MASCARAS. IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, TAMANHO, LOTE, VALIDADE
FORNECEDOR	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
MARCA	GOMED
REGISTRO ANVISA	80799930010
LOTE	APFOO50GO
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 CAIXA COM 50 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 10/09/2021, às 17:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010405959** e o código CRC **6053CAD0**.

ANÁLISE SEI Nº 0010406270/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 10 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **164/2021**

ITEM 34- COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M

DESCRIÇÃO	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M ² , 100 ALGODAO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NAO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
MARCA	GOMED
REGISTRO ANVISA	80339640004
LOTE	105001/11F
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 ROLO

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada inadequada Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: MEDIDAS EM DESACORDO COM O EDITAL; EXIGE-SE COMPRIMENTO DE 91 METROS E A AMOSTRA POSSUI COMPRIMENTO DE 50 METROS. TAMBÉM NÃO POSSUI O PESO EXIGIDO; O EDITAL SOLICITA ROLO COM PESO APROXIMADO DE 1.650 GRAMAS E A AMOSTRA POSSUI PESO DE 479 GRAMAS.

Adequada inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: CONSIDERANDO QUE O ITEM OFERTADO NÃO ATENDEU O DESCRITIVO, NÃO HOUE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TESTES PRÁTICOS.

Adequada inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 10/09/2021, às 17:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010406270** e o código CRC **DCB87D17**.

ANÁLISE SEI Nº 0010406445/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 10 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 38- COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS

DESCRIÇÃO	916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NAO ESTERIL, HIDROFILA, FECHADA 7,5 CM X 7,5 CM, DENSIDADE 13 FIOS/CM², PESO MINIMO 490 GR POR PACOTE, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, TAMANHO ABERTA 15 CM X 30 CM, EM TECIDO 100% ALGODAO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES OPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO EVITANDO DESFILAMENTO, APRESENTACAO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 UNIDADES CONTENDO IDENTIFICACAO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, ATENDER NORMAS NBR 13843. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
MARCA	GOMED
REGISTRO ANVISA	80799930001
LOTE	112032/13F250
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 PACOTE

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

() Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Não atende a NBR 13843. As compressas possuem gramatura de 0,5 grama/ unidade, a metade do exigido na norma. Possuem medidas de 7,5 cm X 6 cm fechada, 23 cm X 11 cm aberta- A NBR indica as seguintes medidas mínimas: fechada 7,5 cm X 75 cm e aberta 15 cm X 30 cm. O pacote não indica o quantitativo de unidades, porém, possui apenas 250 unidades (edital pede 500 unidades).

() Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não houve utilização prática frente a baixa qualidade do item ofertado.

() Adequada () inadequada (X) Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 10/09/2021, às 17:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010406445** e o código CRC **8FF7755F**.

ANÁLISE SEI Nº 0010407429/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 10 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 32- COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 5 UNIDADES

DESCRIÇÃO	912973 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 5 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORMANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 5 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767.
FORNECEDOR	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
MARCA	GOMED
REGISTRO ANVISA	80799930006
LOTE	154002 17 G
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 PACOTE

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Não atende ao descritivo. Exige-se gramatura mínima de 20 gramas por unidade e na pesagem verificamos que cada compressa possui gramatura de 17 gramas.

() Adequada inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não houve utilização prática devido o produto não atender o peso mínimo exigido no edital.

() Adequada () inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 10/09/2021, às 19:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010407429** e o código CRC **CB3248B0**.

