



MEMORANDO SEI Nº 0018683191/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 09 de outubro de 2023.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 145/2023.**Objeto:** Aquisição de materiais de enfermagem (insumos para punção, infusão e monitoração) para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria Municipal da Saúde.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0018683157), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	Amostra?	Questionamento na análise anterior e respostas da empresa	Parecer
63	24793 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	GLOMED	De acordo	80273450029 e 80273450018 - Registros vigentes, confirmado no portal da Anvisa	Exige	----	A empresa indicou na proposta descritivo idêntico ao edital, porém, anexou ficha técnica com vários modelos, inclusive modelos que não atendem ao edital; solicitamos que a empresa confirme: 1- O modelo que está ofertando é o modelo GL-C/L? 2- O item será entregue em embalagem

								em papel grau cirúrgico? Caso confirme a informações acima a proposta está classificada e apta a apresentar amostra. Caso negativo a proposta está reprovada.
77	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota principal 75%	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900162- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pede	1- Todos os conectores são luer-lock (os distais e o proximal)? <i>Os distais são conectores luer-lock e o proximal, luer-slip.</i> 2- O item ofertado possui 4 (quatro) tampas? <i>Sim, 2 tampas nos conectores e duas extras.</i> 3- O item possui 2 vias? <i>Sim, são duas vias.</i>	O edital exige que todos os conectores sejam luer-lock e conforme o exposto pela empresa, 1 dos conectores do item ofertado possui conector slip. Proposta reprovada.

Nota: Em análise a ficha técnica apresentada pela empresa CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA para o item 63, constata-se que os modelos GL-S/L, GL-S/S, GL-I/L, GL-I/S, GL-C/S não possuem todas as características exigidas no edital concomitantemente (conector distal luer lock X injetor lateral X filtro de entrada de ar hidrófobo bacteriológico).

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
106	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE	Unidade	SOL-MILLENNIUM	GLOMED	Válido até 11/12/2023- De acordo	AFE de correlatos	Documentação técnica

<p>PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.. Cota principal 75%</p>		<p>BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</p>			<p>ativa, confirmado no portal da Anvisa</p>	<p>aprovada</p>
--	--	--	--	--	--	-----------------

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 10/10/2023, às 08:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018683191** e o código CRC **250A0CEE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0018683191v18