



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 10536987/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 23 de setembro de 2021.

À SAP.UPR

Encaminhamos análise técnica das amostras já analisadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	EMPRESA	MARCA	8.9.1- REGISTRO ANVISA	PARECER
7	909671 - ATADURA DE CREPE 8 CM X 180 CM EM REPOUSO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ATADURA DE CREPE 8 CM X 180 CM EM REPOUSO - COMPOSTA DE ALGODAO CRU DE ALTA TORCAO OU COMPONENTES SINTETICOS, 13 FIOS/CM2, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA, ISENTA DE DEFEITOS, NAO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO, BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, NAO SER ABRASIVA, HIPOALERGENICA E AUTOCLAVAVEL. IDENTIFICACAO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE,	PC	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	ERIMAX	80698130001	AMOSTRA REPROVADA . CONFORME PARECER 0010539388, A ATADURA OFERTADA PELA EMPRESA NÃO POSSUI ELASTICIDADE ADEQUADA E NÃO DESENROLA DE FORMA ADEQUADA, NÃO ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO.

	REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.					
8	916907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM 13 FIOS/CM ² , FIOS DUPLOS, MÍNIMO DE 80% ALGODÃO, COR NATURAL, MEDINDO 6 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORÇÃO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MÍNIMO 13,10 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITÁRIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.	UNID	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	POLARFIX	8003400027	AMOSTRA APROVADA CONFORME PARECER 0010539381
22	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO,	Peças	MSR MEDICAL LTDA	MAPLE	82060340003	AMOSTRA APROVADA CONFORME PARECER 0010534602

	GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, BRANCO. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS APROXIMADAS = 115 X 150 CM, SENDO ACEITO VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.				
23	24949 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº 356/2020, RDC 379/2020 ANVISA E SUAS ATUALIZAÇÕES; USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR OU MATERIAL EQUIVALENTE, IMPERMEAVEL, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2, POSSUIR EFICIE? N CIA DE FILTRAC?A? O BACTERIOLO?GICA (BFE) > 99%; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM	Unidade	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	SM PROTECT	82118300001 AMOSTRA APROVADA CONFORME PARECER 0010534473

	ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO 140 CM DE LARGURA E 150 CM DE ALTURA; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE.					
33	909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25X23 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25 CM X 23 CM = CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRACOES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, POSSUIR FIO RADIOPACO, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, NAO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LIQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES TOPICOS. PACOTE PLASTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE, IDENTIFICACAO DE	PCT	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	BIOTEXTIL	80113320005	AMOSTRA REPROVADA. CONFORME PARECER 0010534858, AS AMOSTRAS APRESENTADAS PELA EMPRESA POSSUEM MEDIDAS DE 23 CM X 23/24 CM, NÃO ATENDENDO ASSIM, AS MEDIDAS EXIGIDAS.

	FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.					
34	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M ² , 100 ALGODAO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NAO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	ERIMAX	80698130002	AMOSTRA APROVADA CONFORME PARECER 0010531797
38	916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NAO ESTERIL, HIDROFILA, FECHADA 7,5 CM X 7,5 CM, DENSIDADE 13 FIOS/CM ² , PESO MINIMO 490 GR POR PACOTE, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, TAMANHO ABERTA 15 CM X 30 CM, EM TECIDO 100% ALGODAO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E	PCT	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	BIOTEXTIL	80113320001	AMOSTRA APROVADA CONFORME PARECER 0010533634

	ALVEJANTES OPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO EVITANDO DESFILAMENTO, APRESENTACAO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 UNIDADES CONTENDO IDENTIFICACAO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, ATENDER NORMAS NBR 13843. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.					
53	25250 - MASCARA PFF2 PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 RESPIRADOR COM FILTRO CLASSE PFF-2, APRESENTANDO EFICIENCIA DE FILTRACAO NO MÍNIMO DE 94% CONTRA A PENETRACAO DE AEROSSOIS PARTICULADOS NAO OLEOSOS E EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA (EFB) SUPERIOR A 99%, COM BARREIRA CONTRA FLUIDOS E PARTICULAS GRANDES DE GOTICULA, DESCARTAVEL, PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL PARA PARTICULAS, DE USO INDIVIDUAL, FORMATO ANATOMICO, TIPO CONCHA OU BICO DE PATO, FACIL AJUSTE FACIAL, VEDACAO ADEQUADA, TAMANHO	Unidade	LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI	EASY SUPRI	80860750005	AMOSTRA REPROVADA. CONFORME PARECER 0010534981, EXIGE-SE MÁSCARA EM EMBALAGEM UNITÁRIA CONSTANDO VALIDADE, LOTE, FABRICANTE. AS AMOSTRAS APRESENTADAS POSSUEM UMA ETIQUETA PRODUZIDA PELA EMPRESA INDICANDO OS DADOS, INDICANDO INCLUSIVE QUE TRATA-SE DE AMOSTRA DO ITEM 53, NÃO POSSUINDO NENHUMA OUTRA ETIQUETA. O EDITAL, NO SUBITEM 12.2 EXIGE QUE AS EMPRESAS APRESENTEM AMOSTRAS DOS PRÓPRIOS ITENS QUE SERÃO COMERCIALIZADOS. CONSIDERANDO QUE A EMPRESA APENAS ANEXO A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA, RESTA CLARO QUE O PRODUTO SERÁ FORNECIDO SEM IDENTIFICAÇÃO DA EMBALAGEM INDIVIDUAL; DESTA FORMA, NÃO HÁ SEGURANÇA DE DISPONIBILIZAR O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO OFERTADO AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA DA SAÚDE.

REGULAR, PEQUENO, COM UM CLIPE NASAL PARA AJUSTE NO NARIZ COM PROTECAO INTERNA E COM DOIS TIRANTES ELASTICOS PARA UMA MELHOR FIXACAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698/1996, ATENDER NORMAS VIGENTES DE EPI. EMBALAGEM UNITARIA CONSTANDO VALIDADE, LOTE, FABRICANTE.				
--	--	--	--	--

Registra-se que a empresa JN Maximed, encaminhou amostra do item 38, que foi analisada e reprovada por esta unidade. Conforme parecer técnico 0010534636, a amostra da marca Rebecca, da fabricante American Medical, registro na Anvisa 81481900005, possui medidas inferiores ao exigido no edital. A amostra apresentada possui medidas fechadas inferiores ao exigido no edital (6,5 cm X 6 cm); medidas abertas inferiores (21 cm X 12 cm); o pacote possui peso de 305 gramas.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 23/09/2021, às 10:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **10536987** e o código CRC **4567069F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.130980-1

10536987v18



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0010542338/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 23 de setembro de 2021.

À SAP.UPR

Encaminhamos análise técnica da amostra apresentada pela empresa R3A Medical para o item 21:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	EMPRESA	MARCA	8.9.1-REGISTRO ANVISA	PARECER
21	22482 - AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MINIMA 30 G/M² (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGENICO, RESISTENTE, CONFORTAVEL, MALEAVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 122 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM	Unidade	R3A MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R3A Medical	80989250001	Conforme parecer 0010541945, a amostra tinha largura de 145 cm em alguns pontos e 140 cm em outros, não atendendo assim, o edital, que exige largura mínima de 150 cm em toda a extensão do avental. REPROVADO

DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA.				
---	--	--	--	--

Registra-se que recebemos nesta unidade, no dia 03/09, a amostra da empresa BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI, para o item 29, porém, verificamos que a amostra enviada era de CAMPO OFTÁLMICO; considerando que ainda estava no prazo e apresentação da amostra, encaminhamos e-mail à empresa informando e esta indicou que estaria enviando nova amostra, porém, até o dia 09/09/2021, não houve registro do envio da amostra por parte da empresa. Sendo assim, solicitamos a desclassificação da empresa e que seja dado continuidade no processo com a próxima colocada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 23/09/2021, às 12:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010542338** e o código CRC **181B4029**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.130980-1

0010542338v6



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0010555831/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 24 de setembro de 2021.

À SAP.UPR

Encaminhamos análise técnica da amostra apresentada pela empresa CIRÚRGICA FLORIANÓPOLIS para o item 25:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	EMPRESA	MARCA	8.9.1-REGISTRO ANVISA	PARECER
25	26015 - CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE TAMANHO MINIMO DE 55 CM X 40 CM CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE QUE PERMITA A TRANSPIRAÇÃO DA PELE E A VISUALIZAÇÃO DA ÁREA DE INCISÃO SEM REFLETIR LUZ; RESISTENTE A TRAÇÃO, MAS QUE POSSA SER FACILMENTE CORTADO COM BISTURI; FLEXIVEL, QUE SE ADAPTE AS ÁREAS DE CONTORNO DO CORPO, CAPAZ DE MANTER-SE ADERIDO EM CIRURGIAS DE LONGA DURAÇÃO. TAMANHO MINIMO DE 55 CM X 40 CM. ESTÉRIL,	Unidade	CIRÚRGICA FLORIANÓPOLIS COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Opsite Incise / Smith e Nephew	80804050002	AMOSTRA APROVADA CONFORME PARECER 0010555785

EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA					
---	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 24/09/2021, às 11:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010555831** e o código CRC **6DEDF795**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.130980-1

0010555831v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM: 7- ATADURA DE CREPE 8 CM X 180 CM EM REPOUSO

DESCRIÇÃO: 909671 - ATADURA DE CREPE 8 CM X 180 CM EM REPOUSO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ATADURA DE CREPE 8 CM X 180 CM EM REPOUSO - COMPOSTA DE ALGODAO CRU DE ALTA TORCAO OU COMPONENTES SINTETICOS, 13 FIOS/CM2, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA, ISENTA DE DEFEITOS, NAO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO, BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, NAO SER ABRASIVA, HIPOALERGENICA E AUTOCLAVAVEL. IDENTIFICACAO: N° DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.

FORNECEDOR: ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

MARCA: ERIMAX

LOTE: AAE2620

REGISTRO (ANVISA): 80698130001

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 12 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atadura não atende elasticidade adequada

() Adequada Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: não desenrola de forma uniforme.

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA:

Produto não se adequa aos padrões da ortopedia.

DATA: 21/09/21

Ricardo Munilo Soares. COREN/SC 533331
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM: 8- ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM 13 FIOS/CM²

DESCRIÇÃO: 916907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 6 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 13,10 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

MARCA: POLARFIX

LOTE: 49863

REGISTRO (ANVISA): 8003400027

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 3 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____


Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 21/09/21


ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

ANÁLISE SEI Nº 0010534602/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 22 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 22- AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL

DESCRIÇÃO	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, BRANCO. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS APROXIMADAS = 115 X 150 CM, SENDO ACEITO VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.
FORNECEDOR	MSR MEDICAL LTDA
MARCA	MAPLE
REGISTRO ANVISA	82060340003
LOTE	23054
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 22/09/2021, às 18:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010534602** e o código CRC **07F1BB85**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br



ANÁLISE SEI Nº 0010534473/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 22 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 23- AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO AO COVID-19

DESCRIÇÃO	24949 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº 356/2020, RDC 379/2020 ANVISA E SUAS ATUALIZAÇÕES; USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR OU MATERIAL EQUIVALENTE, IMPERMEAVEL, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2, POSSUIR EFICIE?NCIA DE FILTRAC?A?O BACTERIOLO?GICA (BFE) > 99%; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO 140 CM DE LARGURA E 150 CM DE ALTURA; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE.
FORNECEDOR	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
MARCA	SM PROTECT
REGISTRO ANVISA	82118300001
LOTE	LO535
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 PACOTE

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 22/09/2021, às 17:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010534473** e o código CRC **5766FDA7**.

ANÁLISE SEI Nº 0010534858/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 22 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 33- COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25X23

DESCRIÇÃO	909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25X23 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25 CM X 23 CM = CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRACOES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, POSSUIR FIO RADIOPACO, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, NAO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LIQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES TOPICOS. PACOTE PLASTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.
FORNECEDOR	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
MARCA	BIOTEXTIL
REGISTRO ANVISA	80113320005
LOTE	CPX20041
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 PACOTE

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Exige-se compressas com medidas de 25 cm X 23 cm. As amostras apresentadas pela empresa possuem medidas de 23 cm X 23/24 cm, não atendendo assim, as medidas exigidas.

() Adequada inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: compressas não atendem as necessidades, por serem pequenas.

() Adequada inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO por não atender as medidas mínimas exigidas



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador (a), em 22/09/2021, às 18:42, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **0010534858** e o código CRC **5927C893**.



ANÁLISE SEI Nº 0010531797/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 22 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **164/2021**

ITEM 34- COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO

DESCRIÇÃO	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M ² , 100 ALGODAO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NAO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
MARCA	ERIMAX
REGISTRO ANVISA	80698130002
LOTE	20921
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 ROLO

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 22/09/2021, às 15:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010531797** e o código CRC **46D98A65**.



ANÁLISE SEI Nº 0010533634/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 22 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 38- COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS

DESCRIÇÃO	916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NAO ESTERIL, HIDROFILA, FECHADA 7,5 CM X 7,5 CM, DENSIDADE 13 FIOS/CM², PESO MINIMO 490 GR POR PACOTE, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, TAMANHO ABERTA 15 CM X 30 CM, EM TECIDO 100% ALGODAO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES OPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO EVITANDO DESFILAMENTO, APRESENTACAO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 UNIDADES CONTENDO IDENTIFICACAO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, ATENDER NORMAS NBR 13843. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
MARCA	BIOTEXTIL
REGISTRO ANVISA	80113320001
LOTE	H321169
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 PACOTE

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 22/09/2021, às 18:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010533634** e o código CRC **325F6EC9**.

ANÁLISE SEI Nº 0010534981/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 22 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 53- MASCARA PFF2 PARA ATENDIMENTO AO COVID-19

DESCRIÇÃO	25250 - MASCARA PFF2 PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 RESPIRADOR COM FILTRO CLASSE PFF-2, APRESENTANDO EFICIENCIA DE FILTRACAO NO MÍNIMO DE 94% CONTRA A PENETRACAO DE AEROSSOIS PARTICULADOS NAO OLEOSOS E EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA (EFB) SUPERIOR A 99%, COM BARREIRA CONTRA FLUIDOS E PARTICULAS GRANDES DE GOTICULA, DESCARTAVEL, PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL PARA PARTICULAS, DE USO INDIVIDUAL, FORMATO ANATOMICO, TIPO CONCHA OU BICO DE PATO, FACIL AJUSTE FACIAL, VEDACAO ADEQUADA, TAMANHO REGULAR, PEQUENO, COM UM CLIPE NASAL PARA AJUSTE NO NARIZ COM PROTECAO INTERNA E COM DOIS TIRANTES ELASTICOS PARA UMA MELHOR FIXACAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698/1996, ATENDER NORMAS VIGENTES DE EPI. EMBALAGEM UNITARIA CONSTANDO VALIDADE, LOTE, FABRICANTE.
FORNECEDOR	LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI
MARCA	EASY SUPRI
REGISTRO ANVISA	80113320005
LOTE	CPX20041
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 PACOTE

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Exige-se máscara em embalagem unitária constando validade, lote, fabricante. As amostras apresentadas possuem uma etiqueta produzida pela empresa indicando os dados, indicando inclusive que trata-se de amostra do item 53, não possuindo nenhuma outra etiqueta. O edital, no subitem 12.2 exige que as empresas apresentem amostras dos próprios itens que serão comercializados. Considerando que a empresa apenas anexou a etiqueta de identificação da amostra, resta claro que o produto será fornecido sem identificação da embalagem individual; desta forma, não há segurança de disponibilizar o equipamento de proteção ofertado aos profissionais desta Secretaria da Saúde.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: A embalagem original do produto não trás os dados exigidos no edital, colocando em risco a segurança dos servidores que faram uso das máscaras.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não há confiabilidade na utilização do equipamento de proteção, colocando em risco a segurança dos servidores.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO por não atender as exigências do edital. A embalagem original do produto ofertado não possui nenhum dado de identificação. As amostras possuem apenas a etiqueta de identificação das amostras.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador (a), em 22/09/2021, às 19:04, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.





A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010534981** e o código CRC **AFF563CE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.186740-5

0010534981v3

ANÁLISE SEI Nº 0010541945/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 23 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 21- AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA PARA PACIENTE

DESCRIÇÃO	22482 - AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MINIMA 30 G/M² (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGENICO, RESISTENTE, CONFORTAVEL, MALEAVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 122 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	R3A MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
MARCA	R3A Medical
REGISTRO ANVISA	80989250001
LOTE	ATNT 232109.0030
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 PACOTE COM 10 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: A amostra tinha largura de 145 cm em alguns pontos e 140 cm em outros, não atendendo assim, o edital, que exigia largura mínima de 150 cm em toda a extensão do avental.

() Adequada inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não houve necessidade de análise pratica, visto que a amostra não atendeu a medida mínima exigida.

() Adequada () inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 23/09/2021, às 11:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010541945** e o código CRC **19DA35A2**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM: 25- CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE TAMANHO MINIMO DE 55 CM X 40 CM

DESCRIÇÃO: 26015 - CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE TAMANHO MINIMO DE 55 CM X 40 CM CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE QUE PERMITA A TRANSPIRAÇÃO DA PELE E A VISUALIZAÇÃO DA ÁREA DE INCISÃO SEM REFLETIR LUZ; RESISTENTE A TRAÇÃO, MAS QUE POSSA SER FACILMENTE CORTADO COM BISTURI; FLEXIVEL, QUE SE ADAPTE AS ÁREAS DE CONTOURNO DO CORPO, CAPAZ DE MANTER-SE ADERIDO EM CIRURGIAS DE LONGA DURAÇÃO. TAMANHO MINIMO DE 55 CM X 40 CM. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA

FORNECEDOR: CIRÚRGICA FLORIANÓPOLIS COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES

MARCA: Opsite Incise / Smith e Nephew

LOTE: 202036

REGISTRO (ANVISA): 80804050002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 3 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 24/09/21

ASSINATURA DO PROFISSIONAL CARIMBO

Dr. Marcos Vinícius H. de Almeida
MÉDICO
CRM/SC 21178

Dr. Marcelo Araújo dos Santos
CRM/SC 15117
TÉRBIT 1178
Ortopedia e Traumatologia
C.O. 7900

ANÁLISE SEI Nº 0010534636/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 22 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 38- COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS

DESCRIÇÃO	916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NAO ESTERIL, HIDROFILA, FECHADA 7,5 CM X 7,5 CM, DENSIDADE 13 FIOS/CM², PESO MINIMO 490 GR POR PACOTE, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, TAMANHO ABERTA 15 CM X 30 CM, EM TECIDO 100% ALGODAO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES OPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO EVITANDO DESFILAMENTO, APRESENTACAO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 UNIDADES CONTENDO IDENTIFICACAO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, ATENDER NORMAS NBR 13843. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	MAXIMED
MARCA	REBECCA/ AMERICAN MEDICAL
REGISTRO ANVISA	81481900005
LOTE	062-5
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 PACOTE

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: A amostra apresentada possui medidas fechadas inferiores ao exigido no edital (6,5 cm X 6 cm); medidas abertas inferiores (21 cm X 12 cm); o pacote possui peso de 305 gramas, inferior ao exigido no edital

() Adequada inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Considerando que o item ofertado não atendeu as medidas mínimas não foi encaminhado para análise prática

() Adequada () inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 22/09/2021, às 18:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010534636** e o código CRC **74B4AEA8**.

