

MEMORANDO SEI N° 0020430191/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 06 de março de 2024.

À SAP - LCT

Sra. Pregoeira Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **542/2023**

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezada Senhora,

Em atenção a Informação SEI nº 0020297195, referente a convocação do item 5, informamos que a amostra foi recebida e testada pela equipe técnica do Laboratório Municipal.

Sendo assim, segue o Parecer Técnico:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer Técnico
5	5162 - Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante Fluoreto de Sódio + EDTA . Com tampa plástica protetora na cor cinza e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VACUPLAST	APROVADA Parecer técnico 0020430497

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 06/03/2024, às 14:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020430191** e o código CRC **CC5CF5AB**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.255210-0

0020430191v6

PARECER TÉCNICO Nº 15/2024

Material: **Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml**
Quantidade Enviada: 100 unidades
Marca: VACUPLAST
Lote: 230616 Setor Avaliador: Coleta, Controle de Qualidade e Bioquímica
Validade: 12/2024 Período da Avaliação: Março 2024

Descritivo do Edital para avaliação:

Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante Fluoreto de Sódio + EDTA . Com tampa plástica protetora na cor cinza e fechamento com tampa de borracha sob pressão.

1. As características físicas do material estão de acordo com o descritivo do edital?

SIM () NÃO

2. A tampa veda bem?

SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

3. Tamanho da boca do Tubo facilita o ato de desprezar o material?

SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

4. Recipiente tem marca para orientar o volume mínimo e máximo de preenchimento?

SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

5. Boa visualização do material?

SIM () NÃO

6. É de material resistente?

SIM () NÃO

Avaliação: APROVADO

7. Boa segurança no manuseio?

SIM () NÃO

() REPROVADO


Michelle Regine Anversí Cordeiro
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0178AU
Matrícula 44.143


Márcia Cristina dos Santos Pereira
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0046AU
Matrícula 37.064


Rachel E. Pereira
Analista Clínico – CRF/SC 5667
Matrícula 36.955


Carolina Simone de Souza de Oliveira
Responsável Técnica - CRF/SC 8600
Coordenação

LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE
CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA
Coordenação e Responsável Técnica
CRF SC 8600
Matrícula 40.412