

MEMORANDO SEI Nº 26126380/2025 - HMSJ.UTE.CPA

Joinville, 15 de julho de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **284/2025**.

Objeto: Contratação de Empresa para locação de bombas de infusão com fornecimento de equipamentos para atender a demanda do Hospital Municipal São José.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao Memorando SEI nº 26122471, venho por meio deste, encaminhar a análise da proposta referente ao Processo Licitatório SEI nº25.0.102228-3:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca / Modelo	Descrição da proposta de acordo com o edital?	Registro ANVISA	Prosp. ecto	Amostra?	Parecer
1	41034 - EQUIPO DE DIETA ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE LÁTEX E DEHP EQUIPO ESPECÍFICO PARA DIETA ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, LIVRE DE LÁTEX E DEHP NA COR LILÁS COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR.	Unidade	SAMTROP NIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Samtron nic / EE7044 00	De acordo	10188530 063 - Registro ativo, confirmad o no portal da Anvisa	Apresen tou.	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
2	41037 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC.	Unidade	SAMTROP NIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Samtron nic / EE7048 00	De acordo	10188530 060 - Registro ativo, confirmad o no portal da Anvisa	Apresen tou.	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
	41038 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE								

3	INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE DEHP EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E DEHP.	Unidade	SAMTRO NIC INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Samtro nic / EE704600	De acordo	10188530058- Registro ativo, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou.	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
4	41039 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO COM FILTRO DE LINHA 0,22 MICRA EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. FILTRO DE LINHA DE 0,22 MICRA. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC.	Unidade	SAMTRO NIC INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Samtro nic / EE701700	De acordo	10188530060 - Registro ativo, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou.	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
5	41040 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR LARANJA COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC.	Unidade	SAMTRO NIC INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Samtro nic / EE704900	De acordo	10188530061 - Registro ativo, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou.	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
6	41041 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE DEHP EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR LARANJA COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E DEHP.	Unidade	SAMTRO NIC INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Samtro nic / EE704700	De acordo	10188530059 - Registro ativo, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou.	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
	41042 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO COM FILTRO DE LINHA 0,22 MICRA EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E								

7	<p>DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACROGOTAS, NA COR LARANJA COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. POSSUIR FILTRO DE LINHA DE 0,22 MICRA. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC.ACEITA-SE O FORNECIMENTO DE FILTRO DE LINHA SEPARADO, COMPATÍVEL COM O EQUIPO.</p>	Unidade	SAMTRO NIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Samtropic / EE701800	De acordo	10188530061 - Registro ativo, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou.	Exige	<p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p> <p>Haverá a necessidade de apresentar amostras.</p>
8	<p>33480 - LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA</p> <p>BOMBA DE INFUSÃO COM SISTEMA DE INFUSÃO LINEAR, MICROPROCESSADA, PARA INFUSÃO POR VIA ENTERAL E PARENTERAL, QUE UTILIZE DESCARTÁVEL, COM TRECHO DE SILICONE DE GRAU MÉDICO, CORTA FLUXO DEDICADO. A BOMBA DEVE APRESENTAR, AO MENOS, CINCO MODOS DE PROGRAMAÇÃO, INCLUINDO: VOLUME X TEMPO, VOLUME X VAZÃO, PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE, VAZÃO. BIBLIOTECA DE DROGAS INTELIGENTE, OS LIMITES PARA OS PARÂMETROS DE INFUSÃO DEVEM SER: VOLUME LIMITE: 0,1 A 9999,9 ML, VAZÃO LIMITE: 0,1 A 1200 ML/H, TEMPO LIMITE: 99H59MIN. A BOMBA DEVE PERMITIR AJUSTES DE VAZÃO E VOLUME EM BOLUS E AJUSTE DE VAZÃO EM KVO. ENTRE AS FUNCIONALIDADES EXIGIDAS, DEVE-SE INCLUIR: SENSOR DE GOTAS (OPCIONAL), AJUSTE DE DATA E HORA, VOLUME SONORO AJUSTÁVEL, BLOQUEIO DE TECLADO, DADOS DA ÚLTIMA INFUSÃO, LISTA DE DROGAS (MÍNIMO DE 150 DROGAS), AJUSTE DE OCLUSÃO EM PELO MENOS 3 NÍVEIS, AJUSTE DOS SENSORES DE GOTAS, AR, CAPACIDADE DE ALTERAR A VAZÃO SEM INTERROMPER A INFUSÃO, FUNÇÃO DE ZERAR VOLUME. O SENSOR DE AR NA LINHA DEVE TER, NO MÍNIMO, TRÊS NÍVEIS DE AJUSTE. O DISPLAY COLORIDO DEVE APRESENTAR: VOLUME INFUNDIDO, VOLUME RESTANTE, TEMPO RESTANTE DE INFUSÃO, INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA, INDICADOR GRÁFICO DE GOTEJAMENTO, INDICADOR DE PRESSÃO E BLOQUEIO DE TECLADO. OS ALARMES VISUAIS E SONOROS DEVEM COBRIR: FIM DE BATERIA, FIM DE INFUSÃO, FIM DE VOLUME DO FRASCO, INFUSÃO INTERROMPIDA, OCLUSÃO, AR NA LINHA, PORTA ABERTA, BATERIA BAIXA E</p>	Serviço	SAMTRO NIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Samtropic / icatu S4.0 intelli	Não indicou na proposta todas as exigências do edital	10188530084 - Registro ativo, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou.	Exige	<p>Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1- Que o equipamento ofertado tem capacidade de alterar a vazão sem interromper a infusão;</p> <p>2- Que serão entregues equipamentos novos ou fabricados a partir de 2021.</p> <p>Haverá a necessidade de</p>

CRÍTICA, ERRO DE PROGRAMAÇÃO, VAZÃO LIVRE, KVO, BOMBA SEM EQUIPO, SENSOR DE GOTAS DESABILITADO, SENSOR DE AR DESLIGADO NO MODO ENTERAL. A BOMBA DEVE TER CAPACIDADE DE ARMAZENAR O HISTÓRICO DE PELO MENOS 3000 EVENTOS, COM POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO DE NO MÍNIMO 3 BOMBAS, BATERIA COM DURAÇÃO DE +/- 5H A +/-25 ML/H, BIVOLT AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA IP22 E PESO MÁXIMO DE 3,5 KG. EQUIPAMENTOS NOVOS OU FABRICADOS A PARTIR DE 2021, COM A MESMA VERSÃO OU SUPERIOR AO MANUAL REGISTRADO NA ANVISA, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES MAIS RECENTES E SEGURANÇA AO PACIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE EVENTOS ("LOG DE EVENTOS"), COM HISTÓRICO GERADO PELAS ÚLTIMAS INFUSÕES. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, E A 3ª EDIÇÃO DA NORMA IEC 60601-2-24.

apresentar amostras.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Jaqueline Vicentin Patel Gabardo, Servidor(a) Público(a)**, em 23/07/2025, às 10:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 23/07/2025, às 10:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26126380** e o código CRC **1A611549**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.102228-3

26126380v50