



MEMORANDO SEI Nº 27245942/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 22 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 389/2025

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração).

Em atenção ao memorando SEI nº 27243233, seguem as análises solicitadas:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descrição de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
3	Normal	25771 - AGULHA DESC. PARA QUIMIOTERAPIA 20 G X 25 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; COM TUBO EXTENSOR. CANULA EM	Unidade	PURA H MEDICAL & CO LTDA	SENSINOV	---	De acordo	81840549023 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou.	Exige	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa informe qual o modelo (referência)

	ACO SILICONIZADO, BISEL TIPO HUBER DE FACIL PENETRAÇÃO . TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE COM INJETOR LATERAL, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR LUER-LOCK E TAMPA PROTETORA. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. Cota Principal							do item ofertado, visto que tanto no prospecto, quanto no registro da ANVISA, há a indicação de vários modelos de agulhas.
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 22/10/2025, às 07:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27245942** e o código CRC **83FDF32D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br