



MEMORANDO SEI Nº 26992344/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 389/2025

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração).

Em atenção ao memorando SEI nº 26943228, seguem as análises solicitadas:

I	Tra ta me nto	Material/Serviço	Unid · medi da	Forn ecedo r	Marca Regist rada	Mod elo (Pro posta)	Descriti vo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVI SA	8.10.2 - Prospec to, ficha técnica, imagem de site	11 - Amost ras	Parecer
2	Exc lusi vo	910921 - AGULHA DESC PERIDURAL Nº17 C/MANDRIL E CANHAO AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL NR 17, BISEL TIPO TUOHY,MARCACAO EM CENTIMETROS PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE E COMPRIMENTO. EMPUNHADURA ANATOMICA. ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE , CONTENDO N. DE	PC	VOL ARE COM ERCI O LTD A	PROC ARE	305	A proposta apresent a descriitiv o resumid o.	103694 60146 - Registr o vigente até 19/12/ 2035. Confir mado no portal da ANVI SA.	Apresen tou.	---	Proposta de acordo com o edital, classifica da.

		LOTE, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.									
5	Exclusivo	40579 - AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 20 X 0,55 MM DESCARTÁVEL, MEDINDO (COMPRIMENTO X DIÂMETRO) 20 MM X 0,55 MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. FORNECIDA EM CAIXAS CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.	UNID	ATLANTI CO BC PRODUT OS PARA SAU DE LTD A	MEDIX	---	De acordo.	80495510095 - Registro vigente . Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	O edital exige haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconada, canhão plástico em cor universal . Na ficha técnica, não há informações a respeito das exigências de haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, siliconada, canhão plástico em cor universal . Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente documentação complementar para que seja

											possível verificar que o item atende as seguintes exigências do edital: 1 - Que o item ofertado possui haste de aço inoxidável. 2 - Que o item possui bisel trifacetado. 3 - Que o item é siliconado. 4 - Que o item possui canhão plástico em cor universal.
6	Exclusivo	40580 - AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25 X 0,6 MM DESCARTÁVEL, MEDINDO (COMPRIMENTO X DIÂMETRO) 25 MM X 0,6 MM, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO PLASTICO EM COR	UNID	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIO	MEDIX	8860	De acordo.	80495510095 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou.	---	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. FORNECIDA EM CAIXAS CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.		AIS LTD A							
7	Exc lusi vo	40581 - AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25 X 0,8 MM DESCARTÁVEL, MEDINDO (COMPRIMENTO X DIÂMETRO) 25 MM X 0,8 MM, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO, ESTERIL, EMBALAGEM	UNI D	ATL ANTI CO BC PRO DUT OS PAR A SAU DE LTD A	MEDI X	---	De acordo.	804955 10095 - Registr o vigente . Confir mado no portal da ANVI SA.	Apresen tou.	---	O edital exige haste de aço inoxidáv el com ponta em bisel tri facetado, siliconad a, canhão plástico em cor universal . Na ficha técnica, não há informaç ões a respeito das exigênci as de haste de aço

UNITÁRIA EM
PAPEL GRAU
CIRÚRGICO COM
ABERTURA
ASSÉPTICA.
FORNECIDA EM
CAIXAS CONTENDO
ATÉ 100 UNIDADES
CONSTANDO
DADOS DE
IDENTIFICACAO,
LOTE,
PROCEDENCIA,
ESTERILIZACAO,
VALIDADE E
ISENCAO/REGISTRO
M.S./ANVISA.
VALIDADE MINIMA
20 MESES APOS
EMISSAO DA NF DE
ENTREGA.

inoxidáv
el com
ponta em
bisel tri
facetado,
siliconad
a, canhão
plástico
em cor
universal
.

Para
continuid
ade da
análise,
solicitam
os que a
empresa
apresente
documen
tação
complem
entar
para que
seja
possível
verificar
que o
item
atende as
seguintes
exigênci
as do
edital:

1 - Que o
item
ofertado
possui
haste de
aço
inoxidáv
el.

2 - Que o
item
possui
bisel tri
facetado.

3 - Que o
item é
siliconad
o.

											4 - Que o item possui canhão plástico em cor universal .
8	Exc lusi vo	40582 - AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 30 X 0,7 MM DESCARTÁVEL, MEDINDO (COMPRIMENTO X DIÂMETRO) 30 MM X 0,7 MM, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. FORNECIDA EM CAIXAS CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS	UNI D	DIST RILA B DIST RIBU IDOR A DE EQUI PAM ENT OS E INSU MOS LAB ORA TORI AIS LTD A	MEDI X	8895	De acordo.	804955 10095 - Registr o vigente . Confir mado no portal da ANVI SA.	Apresen tou	---	Proposta de acordo com o edital, classifica da.

		EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
9	Exc lusi vo	40583 - AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 30 X 0,8 MM DESCARTÁVEL, MEDINDO (COMPRIMENTO X DIÂMETRO) 30 MM X 0,8 MM, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. FORNECIDA EM CAIXAS CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNI D	DIST RILA B DIST RIBU IDOR A DE EQUI PAM ENT OS E INSU MOS LAB ORA TORI AIS LTD A	MEDI X	8907	De acordo.	804955 10095 - Registr o vigente . Confir mado no portal da ANVI SA.	---	Proposta de acordo com o edital, classifica da.
1 1	Exc lusi vo	40585 - AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA, CALIBRE 25 X 0,7 MM DESCARTÁVEL, MEDINDO (COMPRIMENTO X DIÂMETRO) 25 MM	UNI D	DIST RILA B DIST RIBU IDOR A DE EQUI	MEDI X	8871	De acordo.	804955 10095 - Registr o vigente . Confir	Apresen tou	Proposta de acordo com o edital, classifica da.

		X 0,7 MM, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. FORNECIDA EM CAIXAS CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.		PAM ENT OS E INSU MOS LAB ORA TORI AIS LTD A				mado no portal da ANVISA.			
1 2	Exc lusi vo	40586 - AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,7 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL, MEDINDO (COMPRIMENTO X DIÂMETRO) 25 MM X 0,7 MM, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL,	UNI D	DIST RILA B DIST RIBU IDOR A DE EQUI PAM ENT OS E INSU MOS LAB ORA TORI AIS	MEDI X	8871	De acordo.	804955 10095 - Registr o vigente . Confir mado no portal da ANVISA.	Apresen tou	---	Proposta de acordo com o edital, classifica da.

		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, COM ABERTURA ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S/ /ANVISA, VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.		LTD A							
14	Exc lusi vo	40587 - AGULHA HIPODERMICA CALIBRE 13 X 0,45 MM DESCARTÁVEL, MEDINDO (COMPRIMENTO X DIÂMETRO) 13 MM X 0,45 MM, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITÁRIA EM	UNI D	DIST RILA B DIST RIBU IDOR A DE EQUI PAM ENT OS E INSU MOS LAB ORA TORI AIS LTD A	MEDI X	8846	De acordo.	80495510095 - Registr o vigente . Confir mado no portal da ANVI SA.	Apresen tou	---	Proposta de acordo com o edital, classifica da.

		PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. FORNECIDA EM CAIXAS CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.									
17	Exc lusi vo	40589 - AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 13 X 0,30 MM DESCARTÁVEL, MEDINDO (COMPRIMENTO X DIÂMETRO) 13 MM X 0,30 MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. FORNECIDA EM CAIXAS CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE,	UNI D	ATL ANTI CO BC PRO DUT OS PAR A SAU DE LTD A	MEDI X	---	De acordo.	804955 10095 - Registr o vigente . Confir mado no portal da ANVI SA.	Apresen tou.	---	O edital exige haste de aço inoxidável com ponta em biselel tri facetado, siliconada, canhão plástico em cor universal . Na ficha técnica, não há informações a respeito das exigências de haste de aço inoxidável com ponta em biselel tri facetado, siliconada, canhão plástico em cor universal .

		PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.									Para continuid ade da análise, solicitam os que a empresa apresente documen tação complem entar para que seja possível verificar que o item atende as seguintes exigênci as do edital: 1 - Que o item ofertado possui haste de aço inoxidáv el. 2 - Que o item possui bisel tri facetado. 3 - Que o item é siliconad o. 4 - Que o item possui canhão plástico em cor universal .
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2	Exc	909308 - AGULHA PARA FISTULA 16G AGULHA PARA FISTULA ARTERIO VENOSA, CALIBRE 16G ,CONSTITUIDA DE CANULA DE ACO, ASA, SILICONIZADA, TUBO EXTENSOR DE PAREDE FINA, CONECTOR LUER LOCK, PINCA PARA INTERROMPER FLUXO E TAMPA.DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA ENCAPSULAMENTO TOTAL DA AGULHA EM ATENDIMENTO A NR.32. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA FABRICACAO, PRAZO VALIDADE, NUMERO LOTE E REGISTRO MS.	PC	VOLARE COMERCIO LTDA	FORTE CARE	FIS101612	A proposta apresentada descreve o resumo.	80463910041 - Registro vigente . Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou.	---	O edital exige cânula de aço e cânula siliconizada. Na ficha técnica, não há indicação da cânula ser de aço e siliconizada. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme : 1 - Que o item ofertado possui cânula de aço. 2 - Que o item ofertado possui cânula siliconizada. Para a confirmação dos questionamentos, é necessário o envio de documentação
---	-----	--	----	----------------------	------------	-----------	---	--	-------------	-----	--

											comprob atória.
23	Exc lusi vo	909503 - AGULHA PARA FISTULA 17G AGULHA PARA FISTULA ARTERIO VENOSA, CALIBRE 17G ,CONSTITUIDA DE CANULA DE ACO, ASA, SILICONIZADA, TUBO EXTENSOR DE PAREDE FINA, CONECTOR LUER LOCK, PINCA PARA INTERROMPER FLUXO E TAMPA.DISPOSITIV O DE SEGURANCA PARA ENCAPSULAMENTO TOTAL DA AGULHA EM ATENDIMENTO A NR.32. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA FABRICACAO, PRAZO VALIDADE, NUMERO LOTE E REGISTRO MS.	PC	VOL ARE COM ERCI O LTD A	FORT E CARE	FIS1 0171 2	A proposta apresent a descriptiv o resumid o.	804639 10041 - Registr o vigente . Confir mado no portal da ANVI SA.	Apresen tou.	---	O edital exige cânula de aço e cânula siliconizada. Na ficha técnica, não há indicação da cânula ser de aço e siliconizada. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme : 1 - Que o item ofertado possui cânula de aço. 2 - Que o item ofertado possui cânula siliconizada. Para a confirmação dos questionamentos,

											é necessário envio de documentação comprobatória.
33	Exc lusi vo	916950 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 21 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PUNCAO VENOSA, CURTA DURACAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, BISEL CURTO, TRIFACETADO, CORTANTE COM FACIL INTRODUCAO, SILICONIZADO, SEM COLAGEM ENTRE O TUBO VINILICO, TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO, FLEXIVEL, COM PROTETOR RIGIDO DE CONECTORES DE AGULHA E ASAS, ASA DE EMPUNHADURA FLEXIVEL, COM IDENTIFICACAO DO CALIBRE NA ASA, PROTECAO LUER NA PORCAO DISTAL, COR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,	UNI D	ATL ANTI CO BC PRO DUT OS PAR A SAU DE LTD A	OLIM ED	---	De acordo	802734 50033 - Registr o vigente . Confir mado no portal da ANVI SA.	Apresen tou.	---	O edital exige scalp com dispositivo de segurança. A ficha técnica não indica que o item ofertado possui dispositivo de segurança. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme : 1 - Que o item ofertado possui dispositivo de segurança. Para confirmação do questionamento, é

		TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								necessário o envio de documentação comprobatória.	
35	Exclusivo	916952 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 25 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PUNCAO VENOSA, CURTA DURACAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, BISEL CURTO, TRIFACETADO, CORTANTE COM FACIL INTRODUCAO, SILICONIZADO, SEM COLAGEM ENTRE O TUBO VINILICO, TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO, FLEXIVEL, COM PROTETOR RIGIDO DE CONECTORES DE AGULHA E ASAS, ASA DE EMPUNHADURA FLEXIVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM IDENTIFICACAO DO CALIBRE NA ASA, PROTECAO LUER NA PORCAO DISTAL, COR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE	UNID	ATLANTI CO BC PRODUT OS PARA SAUDE LTDA	OLIMED	---	De acordo.	80273450033 - Registro vigente . Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou.	---	O edital exige scalp com dispositivo de segurança. A ficha técnica não indica que o item ofertado possui dispositivo de segurança. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui dispositivo de segurança. Para confirmação do question

		IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.									amento, é necessário o envio de documentação comprobatória.
39	Exc lusi vo 25 %	16329 - FRASCO DE ALIMENTAÇÃO EM SONDA (500 ML) EM PVC/ POLIETILENO, FLEXÍVEL, BRANCO TRANSPARENTE, GRADUADO, 500 ML, COM ABA PARA SUSPENSÃO, ABERTURA TIPO MAMADEIRA COM BOCA ROSQUEADA E ENTRADA PARA EQUIPO PADRÃO. PROTEÇÃO INDIVIDUAL, RÓTULO INDICATIVO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO M.S./ ANVISA. Cota Reservada até 25%	Unidade	ATL ANTI CO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTD A	BIOB ASE	---	De acordo	80212349002 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou.	---	O edital exige que o item seja branco transparente e aba para suspensão. No prospecto, não foi possível identificar se o item ofertado é branco transparente e possui aba para suspensão. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado é branco transparente.

											2 - Que o item ofertado possui aba para suspensão.
55	Exc lusi vo 25 %	913324 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 10ML SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 10ML,FABRICADA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE (EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTA SUA ESTERILIZACAO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO LUER LOCK. TRACOS E NUMEROS DE INSCRICAO CLAROS, LEGIVEIS E ISENTOS DE FALHAS ATE O MOMENTO DA UTILIZACAO. SENDO A ESCALA NUMERADA EM TRACOS LONGOS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE MANTENHA A AGULHA PRESA NO INTERIOR DO PROTETOR	PC	DIST RILA B DIST RIBU IDOR A DE EQUI PAM ENT OS E INSU MOS LAB ORA TORI AIS LTD A	INJEX	5101 9000 88	De acordo.	101606 10027 - Registr o vigente . Confir mado no portal da ANVI SA.	Apresen tou.	---	Proposta de acordo com o edital, classifica da.

		ATIVADO EM ATENDIMENTO A NR 32. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DE NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSVEL TECNICO. Cota Reservada até 25%									
58	Exc lusi vo	34 - SERINGA DOSADORA ORAL 10 ML COM TAMPA DESCARTAVEL SERINGA DOSADORA ORAL COM VOLUME DE 10 ML COM TAMPA, DESCARTAVEL, COM INDICADOR DE DOSAGEM, CILINDRO NA COR AZUL (PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSIVEIS), HASTE CONFECCIONADA EM POLIMERO ATOXICO, APIROGENICO INERTE, FUNCIONA COMO EMBOLO, ESCALA DE GRADUACAO EM MILILITRO, BICO EM DIAMETRO MAIOR QUE O DAS AGULHAS HIPODERMICAS, TAMPA , ADAPTADOR UNIVERSAL HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM BORRACHA TERMOPLASTICA, ATOXICA, INERTE E FLEXIVEL PARA ADAPTACAO NOS FRASCOS, EMBALAGEM HOSPITALAR, A GRANEL.	UN D	ATL ANTI CO BC PRO DUT OS PAR A SAU DE LTD A	MEDI X	---	De acordo.	804955 10157 - Registr o vigente . Confir mado no portal da ANVI SA.	Apresen tou	---	O edital exige cilindro na cor azul (para medicamentos fotossensíveis). No prospecto, verifica-se que o item ofertado não apresenta cilindro na cor azul e não faz menção a utilização para administração de medicação fotossensível. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa

											confirme : 1 - Que o item ofertado possui cilindro na cor azul. 2 - Que o item ofertado é para administração de medicamentos fotossensíveis. Para a confirmação dos questionamentos, é necessário o envio de documentação comprobatória.
59	Exclusivo	35 - SERINGA DOSADORA ORAL 20 ML COM TAMPA DESCARTAVEL SERINGA DOSADORA ORAL COM VOLUME DE 20 ML COM TAMPA, DESCARTAVEL, COM INDICADOR DE DOSAGEM, CILINDRO NA COR AZUL (PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS), HASTE CONFECCIONADA EM POLIMERO ATOXICO, APIROGENICO INERTE, FUNCIONA	UNID	ATLANTI CO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDIX	---	De acordo.	80495510157 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	O edital exige cilindro na cor azul (para medicamentos fotossensíveis). No prospecto, verifica-se que o item ofertado não apresenta cilindro na cor

COMO EMBOLO,
ESCALA DE
GRADUACAO EM
MILILITRO, BICO
EM DIAMETRO
MAIOR QUE O DAS
AGULHAS
HIPODERMICAS,
TAMPA ,
ADAPTADOR
UNIVERSAL
HOSPITALAR,
CONFECCIONADO
EM BORRACHA
TERMOPLASTICA,
ATOXICA, INERTE E
FLEXIVEL PARA
ADAPTACAO NOS
FRASCOS,
EMBALAGEM
HOSPITALAR, A
GRANEL.

azul e
não faz
menção
a
utilizaçã
o para
administr
ação de
medicaçã
o
fotossens
ível.

Para
continuid
ade da
análise,
solicitam
os que a
empresa
confirme
:

1 - Que o
item
ofertado
possui
cilindro
na cor
azul.

2 - Que o
item
ofertado
é para
administr
ação de
medicam
entos
fotossens
íveis.

Para a
confirma
ção dos
question
amentos,
é
necessári
o o envio
de
documen
tação

											comprob atória.
60	Nor mal	913584 - SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA: SERINGA DESCARTAVEL DE USO EXCLUSIVO PARA COLETA DE SANGUE PARA GASOMETRIA, COM VOLUME DE 0,5 A 03 ML, CONTENDO HEPARINA LITICA, COM TAMPA ADAPTAVEL A SERINGA PARA VEDACAO DE ENTRADA DE AR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, RESPONSVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Principal	PC	DIST RILA B DIST RIBU IDOR A DE EQUI PAM ENT OS E INSU MOS LAB ORA TORI AIS LTD A	NEOL AB	SG25 SA-1	De acordo.	811403 20022 - Registr o vigente . Confir mado no portal da ANVI SA.	Não apresent ou	---	Para a continuid ade da análise, solicitam os que a empresa envie a documen tação indicada no item 8.10.2 do edital.
61	Exc lusi vo 25 %	913584 - SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA: SERINGA DESCARTAVEL DE USO EXCLUSIVO PARA COLETA DE SANGUE PARA GASOMETRIA, COM VOLUME DE 0,5 A 03 ML, CONTENDO HEPARINA LITICA, COM TAMPA ADAPTAVEL A SERINGA PARA VEDACAO DE ENTRADA DE AR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,	PC	DIST RILA B DIST RIBU IDOR A DE EQUI PAM ENT OS E INSU MOS LAB ORA TORI AIS LTD A	NEOL AB	SG25 SA-1	De acordo.	811403 20022 - Registr o vigente . Confir mado no portal da ANVI SA.	Não apresent ou	---	Para a continuid ade da análise, solicitam os que a empresa envie a documen tação indicada no item 8.10.2 do edital.

		RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Reservada até 25%									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 01/10/2025, às 08:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26992344** e o código CRC **87C0630C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.160452-5

26992344v7