

**MEMORANDO SEI Nº 25651601/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 02 de junho de 2025.

À  
**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise de Amostras - Pregão Eletrônico **141/2025**.

**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atenção à Convocação 25539996, segue a análise das amostras recebidas nesta Secretaria da Saúde:

<b>Ite m</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Marca</b>	<b>Parecer</b>
54 25612 - ESPACADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATORIOS; VALVULA DE SILICONE, BOCAL ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MASCARA ADULTO MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPOSTAR DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS (TERMODESINFECTORA); FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, REG. M/SAUDE E INSTRUCOES DE USO.	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	AEROWAY/ PLASTIC WAY	A amostra não suportou a desinfecção em altas temperaturas., Conforme Análise SEI nº 25616597, houve deformação do material, válvulas se soltam facilmente. <b>Amostra reprovada.</b>
55 44875 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS; VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 12 X 8 CM; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPOSTAR DESINFECÇÃO QUÍMICA; FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	AEROWAY/ PLASTIC WAY	Conforme Análise SEI nº 25651572, a película não suportou a desinfecção, se rompeu na primeira lavagem. O produto é muito frágil, não suportou a desinfecção química. <b>Amostra reprovada.</b>
56 917520 - ESPACADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTO RESPIRATÓRIOS, VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 150 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA INFANTIL EM PVC ATÓXICA E MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPOSTAR DESINFECÇÃO QUÍMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	AEROWAY/ PLASTIC WAY	Conforme Análise SEI nº 25651591, a película não suportou a desinfecção, se rompeu na primeira lavagem. O produto é muito frágil, não suportou a desinfecção química. <b>Amostra reprovada.</b>

Em atenção à Convocação 25492741, informamos que a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda não apresentou as amostras para o item 57.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 02/06/2025, às 14:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25651601** e o código CRC **59820739**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.018249-0

25651601v3

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:**

**Pregão Eletrônico 141/2025**

**ITEM 55- ESPACADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATORIOS**

44875 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS; VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 12 X 8 CM; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR DESINFECÇÃO QUÍMICA; FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.

FORNECEDOR: PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

MARCA: AEROWAY/ PLASTIC WAY

REGISTRO: 10387170052

LOTE: 250111

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 1 UNIDADE

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

**EMBALAGEM**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: A película não suportou a desinfecção, se moeu na primeira lavagem

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: O produto é muito frágil, não suportou a desinfecção química

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM (  ) NÃO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_

DATA: 21/6/25

Prefeitura de Joinville  
Secretaria de Saúde  
Ivonei José Leite Bueno  
031  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:**

**Pregão Eletrônico 141/2025**

**ITEM 56- ESPACADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTO RESPIRATÓRIOS**

917520 - ESPACADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTO RESPIRATÓRIOS, VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 150 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA INFANTIL EM PVC ATÓXICA E MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR DESINFECÇÃO QUÍMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.

FORNECEDOR: PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

MARCA: AEROWAY/ PLASTIC WAY

REGISTRO: 10387170052

LOTE: 250502

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 1 UNIDADE

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

**EMBALAGEM**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

( ) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: *A película não suportou a desinfecção, há rompimento na primeira lavagem*

( ) Adequada (  ) Inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: *O produto é muito frágil, não suportou a desinfecção química*

( ) Adequada (  ) Inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM (  ) NÃO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATA: 21/6/25

Prefeitura de Joinville  
Secretaria de Saúde  
*Ivoneke José Leite Bueno*  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO  
COREN/SC 178.626 - Matr. 39.031