



MEMORANDO SEI Nº 27558050/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 18 de novembro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Insumos para Infusão**.

Em atenção ao memorando SEI nº 27552439, seguem as análises solicitadas:

It em	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descrição de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospeto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
14	Normal	42818 - CATETER INTRAVENOS O PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24 G NEONATAL (0,7 X 14 MM) DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOS	UNID	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ADVA	---	De acordo.	101504 70487 - Registrado vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (páginas 3-7)	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado, possui

A CALIBRE 24 G, MEDIDAS 0,7 X 14 MM, PARA USO NEONATAL, IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE							a medida de 0,7x14 mm. No retorno, a empres a inform ou: " (...) <i>nosso cateter é sim o tamanho 0,7x14 mm.</i> "	
							Proposta de acordo com o edital, classificada.	É necessário a apresentação de amostra, conforme exigência do edital.

FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE

15	Exclusivo 25%	PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAME NTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal	UNID	LIV SOLUCOES EM SAUDE LTDA	ADVA	11337N	A proposta apresenta descriitivo resumido.	10150470487 - Registrado vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (páginas 3-6)	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado, possui a medida 0,7x14 mm.

O NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO;						No retorno a empresa informou: "(...) o item possui a medida de 0,7x14 mm, conforme edital."	
						Proposta de acordo com o edital, classificada.	É necessário a apresentação de amostra, conforme exigência do edital.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL

26	Normal	EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAME NTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%	Unida de	GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	GLOMED	---	De acordo.	80273450018 - Registro vigente, com medida cautelarativa: Equipo Descartável - GLOMED - Registrado: 80273450018 (lote 221205). Suspenção: Comercialização, Uso, Armazene	Apresentou (página 4-8)	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui injetor lateral valvulado, que o item ofertado possui conexão distal luer

<p>E DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENT O TRANSPAREN TE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECEND O A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPAREN TE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENT O, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS,</p>			<p>nament o, Distrib uição, Importa ção</p>		<p>lock e que a empres a não irá enviar itens do lote 221205 . Para a confirm ação do questio nament o, foi solicita do que a empres a enviass e docume ntação compro batória.</p> <p>No retorno a empres a inform ou: " (...) Em atendi mento à vossa solicita ção para o Item 26, confirm amos os três pontos abaixo, tendo como base a Ficha Técnica (Ft item 26.pdf) já anexad a:</p>
--	--	--	---	--	---

PARA CONEXOES LUER LOCK OU SLIP; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM

Confirmação do Injetor: O item ofertado possui "injetor lateral valvulado". Conforme Ficha Técnica, este componente é descrito como "Injetor lateral em Y" com característica "Autocatrizante". Confirmação do Conector: O item ofertado possui "conector distal luer lock". A Ficha Técnica comprova na coluna "Conector" que o produto possui a característica "Luer

ABERTURA
EM PÉTALA,
ESTERILIZAD
O A OXIDO DE
ETILENO OU
RAIO GAMA;
COM DADOS
DE
IDENTIFICAÇ
ÃO,
PROCEDÊNCI
A, TIPO E
DATA DE
ESTERILIZAÇ
ÃO,
VALIDADE,
LOTE,
REGISTRO NA
ANVISA, EM
CONFORMID
ADE COM A
PORTARIA
INMETRO 502
DE 29 DE
DEZEMBRO
DE 2011 E
SUAS
ATUALIZAÇÕ
ES. Cota
Principal

*Lock".
Confir
mação
sobre o
Lote:
Em
confor
midade
com o
solicita
do,
declara
mos
formal
mente
que o
lote
221205
(citado
na
pendê
cia)
não
será
enviado
. Garanti
mos
que
todo o
forneci
mento
estará
fora
deste
lote
específi
co. O
modelo
exato
que
atende
a todas
as
especifi
cações
e será
entregu
e é o
Equipo
complet
o Luer
Lock,
código
\$GL-
C/L\$."*

										Analisa ndo a docume ntação enviada (anexo SEI nº 2755 1505, verifica -se que, ao contrári o do que a empres a afirma, o item ofertad o não possui injetor lateral valvula do.
27	Exclu sivo 25%	44206 - EQUIPO MACROGOTA S COM INJETOR LATERAL VALVULADO PARA ADMINISTRA ÇÃO DE SOLUÇÕES	Unida de	HOSP MEDI C SERVI COS LTDA	MEDI X	---	De acordo.	804955 10087 - Registr o vigente. Confir mado no portal da	Apres entou (página 9)	Exige. Na análise prelimi nar, foi solicita do que a empres a confirm asse

PARENTERAI S; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTO S; BICO PERFURANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDAD E DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENT O TRANSPAREN TE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECEND O A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPAREN TE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENT O, QUE NÃO				ANVIS A.	que o item ofertad o possui injetor lateral valvula do, que o item ofertad o possui filtro de partícul as de 15 micras, que o item ofertad o possui gotejad or preciso obedec endo a relaçã 1 ml=20 gotas, que o item ofertad o possui entrada de ar com filtro hidrófo bo e que o item ofertad o possui conecto r distal luer lock. Para a confir mação do questio nament o, foi
--	--	--	--	-------------	--

APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXOES LUER LOCK OU SLIP; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIV O DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONA L REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINU TO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTO S, SEM A NECESSIDAD							solicita do que a empres a enviass e docume ntação compro batória. No retorno, a empres a enviou a docume ntação anexo SEI n° 2755 2412. Analisa ndo a docume ntação enviada ,, verifica -se que o item ofertad o não possui injetor lateral valvula do.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

											ias do edital.
35	Normal	E DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADA O A OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Reservada até 25%	Unida de	ALTER MED MATE RIAL MEDI CO HOSPI TALA R LTDA	POLYBOND	Ecocat h two way	De acordo.	804483 19003 - Registr o vigente. Confir mado no portal da	Apresentou (páginas 34- 37)	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirm

<p>FÊMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS, TUBO FLEXÍVEL E TRANSPAREN TE EM PVC DE NO MÍNIMO 6 CM DE COMPRIMENT O; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUAL MENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁST ICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇ ÃO, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cota Principal</p>			<p>ANVIS A.</p>	<p>asse que o item possui tubo flexível e transpa rente em pvc de no mínimo 6 cm de compri mento e que o item possui um conecto r luer- lock macho univers al. No retorno a empres a inform ou: "Segue respost a da área técnica. "o tubo tem 14 cm de compri mento e conecto r univers al luer lock macho. " Propos ta de acordo com o edital,</p>
--	--	--	---------------------	---

								classifi cada.
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 18/11/2025, às 09:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br>
informando o código verificador **27558050** e o código CRC **5FE8151A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

27558050v8