



**MEMORANDO SEI Nº 0025136966/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 10 de abril de 2025.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **051/2025**

**Objeto:** Aquisição de Testes Rápidos para Diagnóstico, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville e do Hospital Municipal São José

Em atenção aos documentos SEI nº 0025133921 e SEI nº 0025135991 segue análise solicitada:

| Item | Material/Serviço   | Unid. medida | Fornecedor                    | Marca      | Descritivo de acordo com o edital?                                    | 8.10 - Registro ANVISA       | 8.11 - Bula/ Prospecto | 11 - Amostras | Parecer   |
|------|--|--------------|-------------------------------|------------|---|------------------------------|------------------------|---------------|---|
| 3    | 26918 - TESTE RÁPIDO ANTÍGENO NS1 DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA NO MÍNIMO 90% DE SENSIBILIDADE E 95% DE | Unidade      | BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA | ONSITE/CTK | Proposta descreve "oferecemos caixas com 30 testes não fracionáveis". | 80524900032<br>Não analisado | Não analisado          | EXIGE         | Na análise prévia foi solicitado a confirmação de que os testes serão disponibilizados conforme exigido em edital: caixa com no máximo 25 unidades.<br><br>Após diligência realizada, a empresa manifestou-se |

|   |  |         |                               |            |   |                              |               |       |  |
|---|--|---------|-------------------------------|------------|---|------------------------------|---------------|-------|--|
|   | ESPECIFICIDADE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES.   |         |                               |            |   |                              |               |       | via chat: <i>realmente nossas caixas são com 30 testes, sendo não fracionáveis a 25 testes.</i><br><br>Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.   |
| 4 | 26919 - TESTE RÁPIDO ANTICORPOS IgM E IgG DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM E IGM CONTRA O VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA A DETECÇÃO DOS ANTICORPOS IGM E IGG SEPARADAMENTE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA: NO MÍNIMO 94% DE SENSIBILIDADE PARA IGM E IGG; NO MÍNIMO 95% DE ESPECIFICIDADE PARA IGM E IGG. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES. | Unidade | BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA | ONSITE/CTK | Proposta descreve "oferecemos caixas com 30 testes não fracionáveis". | 80524900033<br>Não analisado | Não analisado | EXIGE | Na análise prévia foi solicitado a confirmação de que os testes serão disponibilizados conforme exigido em edital: caixa com no máximo 25 unidades.<br><br>Após diligência realizada, a empresa manifestou-se via chat: <i>realmente nossas caixas são com 30 testes, sendo não fracionáveis a 25 testes.</i><br><br>Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital. |

| Item | Material/Serviço  | Unid. medida | Fornecedor              | 9.6 - m) Alvará Sanitário | 9.6 - n) AFE   | Parecer  |
|------|---|--------------|-------------------------|---------------------------|--|--|
| 5    | 30797 - TESTE RÁPIDO ANTÍGENO COVID-19 TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E OROFARINGE DE HUMANOS. QUE PERMITA RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DE EXTRAÇÃO (CONTA-GOTAS), TAMPA FILTRO E TUBO PARA EXTRAÇÃO, SWAB ESTÉRIL E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA NO MÍNIMO 90% DE SENSIBILIDADE E 95% DE ESPECIFICIDADE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES. | Unidade      | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | Válido até 06/06/2026     | AFE ativa para distribuir produtos para saúde (dispositivos médicos) | Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada. |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 10/04/2025, às 13:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025136966** e o código CRC **5F203E9A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.260053-0

0025136966v7