



Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 0015682975/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 26 de janeiro de 2023.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2023

ITEM 08- 919978 - LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL

DESCRIÇÃO	919978 - LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DISPOSITIVO PERFURANTE PARA PUNÇÃO DIGITAL, (OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR), USO ÚNICO, ESTÉRIL, AGULHA PROTEGIDA E ESTERILIZADA, TAMANHO 21 G X 1,8 MM DE PROFUNDIDADE, PONTA TRIFACETADA, SILICONADA, ACOPLACADA A LANCETADOR DESCARTÁVEL, SISTEMA SEGURO E DE FÁCIL MANUSEIO, RETRÁTIL, ERGONÔMICO, ACIONADO POR CONTATO, MECANISMO PRÓPRIO DISPENSADO USO DE LANCETADORES E USO DE FORÇA AO ACIONAMENTO GARANTINDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, E BULA E REG.MS/ ANVISA, EM CONFORMIDADE COM NR 32. APRESENTAÇÃO EM CX COM MÁXIMA 200 PECAS.
FORNECEDOR	BMI PROSPER LTDA
MARCA	BIOLAND
REGISTRO ANVISA	10410130041
LOTE	BL20210101
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	100 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Realizado testes com 12 lancetas, todas atenderam o objetivo do uso, sem falhas.

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 26/01/2023, às 09:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015682975** e o código CRC **54FAC482**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -

www.joinville.sc.gov.br

22.0.173174-2

0015682975v5