

MEMORANDO SEI Nº 25935821/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 30 de junho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 217/2025.**Objeto:** Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao Memorando 25643742, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unidade	Fornecedor	Marca Registrada	Descrição de acordo com o Edital	Laudo/Comodato	8.10.1 Registro ANVISA	8.10.2 Prospeção	Parecer
1	25009 - AMPOLA DE INDICADOR BIOLOGICO DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA CICLO FLASH AMPOLA DE INDICADOR BIOLOGICO DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA CICLO RÁPIDO, CONTENDO ESPOROS DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, COM TECNOLOGIA DE LEITURA POR FLUORESCENCIA OU QUÍMICA, COM RESPOSTA FINAL EM ATÉ 01 (UMA) HORA. ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA ETIQUETADA PARA IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, RÓTULO EXTERNO CONSTANDO LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVERA SER FORNECIDO INCUBADORA COMPATÍVEL EM REGIME DE COMODATO PARA LEITURA, DEVENDO A MESMA SER CALIBRADA E CERTIFICADA A CADA 06 (SEIS) MESES. (QUANDO ENCAMINHADO PARA CALIBRACAO A INCUBADORA DEVERA SER IMEDIATAMENTE SUBSTITUIDA POR	AMP	MAXXIM ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOSHOSPITALARES LTDA	MAXXI MED	De acordo	Consta na página 2 as informações sobre a incubadora em comodato.	Isento	Apresentou, consta na página 86 da proposta a informação que "dispensa a componentes de vidro".	O edital exige "contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente"; na proposta a empresa indicou tal exigência porém, na ficha técnica apresentada consta a informação que o produto dispensa componentes de vidro. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa informe: 1- O item ofertado possui "ampola de vidro com caldo nutriente"?

	EQUIPAMENTO RESERVA COM AS MESMAS CARACTERISTICAS).								
2	45935 - CONJUNTO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE CONJUNTO COMPOSTO POR 1 ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE AUTOCLAVE COM CERDAS DE NYLON ARREDONDADAS, MEDINDO 14CM DE LARGURA POR 19CM DE COMPRIMENTO COM CABO TELESCOPICO DE ALUMINIO ADAPTÁVEL COM 120CM (± 5 CM) DE COMPRIMENTO E 1 ESCOVA PARA LIMPEZA EXTERNA DE AUTOCLAVE COM CERDAS DE NYLON 5X8X7CM COM CABO COM 23CM (± 2 CM).	Conjunto	TECHST ERI LTDA	TSI-50-5000	Proposta descreve: " <i>escova autoclavável com cerdas de nylon arredondadas de 13,7cm x 21,2cm x 8,8cm com entrada para o cabo telescópio, para cantos de difícil alcance, escova de mão com cabo na medida de 25cm com cerdas em nylon 4,8cm x 6,8cm x 13,4cm e apresenta cabo telescópio de alumínio de 82cm com regulagem medindo até 140cm.</i> " O edital exige " <i>cerdas de nylon arredondadas, medindo 14cm de largura por 19cm de comprimento com cabo telescópico de alumínio adaptável com 120cm (± 5 cm) de comprimento e 1 escova para limpeza externa de autoclave com cerdas de</i>	---	Isento	Apresentou.	O edital exige as medidas das escovas respectivamente: 14 cm x 19cm; e 5 x 8 x 7 cm. Na proposta e no prospecto a empresa indicou as seguintes medidas das escovas: 1ª Escova: 13,7cm x 21,2cm x 8,80cm; 2ª Escova: Proposta: 4,8 cm x 6,8cm x 13,4cm; Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.

					nylon 5x8x7cm com cabo com 23cm (± 2 cm)."				
3	24688 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ARTICULADOS ESCOVA COM CABO PLASTICO ANTIDERRAPANTE, MEDINDO DE 17 A 18 MM E CERDAS EM NYLON MEDINDO 2,5 E 3,5 MM EM DUAS PONTAS, UMA COM TRÊS FILEIRAS DE CERDAS E A OUTRA COM APENAS UMA FILEIRA, PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ARTICULADOS.	Unidade	TECHSTERI LTDA	TSI	A proposta apresenta descritivo resumido	---	Isento	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
5	45937 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM RANHURAS ESCOVA MEDINDO 22 CM (± 2 CM), COM CERDAS RÍGIDAS EM NYLON 78 X 17 X 15 MM PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM RANHURAS.	Unidade	SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	DEVANT	A proposta apresenta duas medidas diferentes conforme segue: "Escova medindo 22cm (± 2 cm), com cerdas rígidas em nylon 78 x 17 x 15 mm para limpeza de instrumentais com ranhuras. Dimensão: 14x30x7MM Comprimento: 177MM"	---	Isento	Apresentou.	Na proposta a empresa indicou 2 medidas distintas, uma referente ao descritivo do edital (" <i>Escova medindo 22cm (± 2 cm), com cerdas rígidas em nylon 78 x 17 x 15 mm para limpeza de instrumentais com ranhuras.</i> ") e outra referente ao produto ofertado, constante na ficha técnica (" <i>Dimensão: 14x30x7mm Comprimento: 177mm</i> "). Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
6	45938 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS GRANDES ESCOVA DESENVOLVIDA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS GRANDES QUE EXIGEM LIMPEZA SUAVE, MEDINDO 22 CM (± 2 CM), COM CERDAS FLEXÍVEIS EM NYLON 78 X 17 X 20 MM.	Unidade	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	SAFEMED	De acordo	---	Isento	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
7	24692 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE RASPAS ACETABULARES ESCOVA COM CABO REFORÇADO MEDINDO DE 12 A 18 CM DE COMPRIMENTO, UMA EXTREMIDADE COM PONTA CIRCULAR DE 4,5 CM DE DIÂMETRO E	Unidade	DEVANT CARE COMER	AOQUIN BUSH	De acordo	---	Isento	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	OUTRA EXTREMIDADE RETA DE 0,8 CM DE DIÂMETRO PARA LIMPEZA DE RASPAS ACETABULARES.		CIAL LTDA						
8	45939 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES IRREGULARES ESCOVA MEDINDO MEDINDO 22 CM (± 2 CM), FABRICADAS EM POLIAMIDA, COM CERDAS RÍGIDAS EM NYLON COM MEDIDAS 78 (± 5 MM) X 17 (± 2 MM) X 10 MM (± 2 MM) PARA LIMPEZA PROFUNDA DE INSTRUMENTAIS COM SUPERFÍCIES IRREGULARES.	Unidade	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	SAFEM ED	De acordo	---	Isento	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
9	45940 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIO 1,5 MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIO, COM CERDAS RESISTENTES EM UMA DAS EXTREMIDADES EM NYLON ANTIMICROBIANAS COM DIÂMETRO 1,5 MM (± 0,2 MM) E HASTE DE MATERIAL FLEXÍVEL MEDINDO COM 180 CM (± 5 CM).	Unidade	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	SAFEM ED	De acordo	---	Isento	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
10	911916 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO TAMANHO 10 MM X 50 CM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO MEDINDO NO MINIMO 50 CM DE COMPRIMENTO, COM CABO EM HASTE DE METAL OU POLIPROPILENO RESISTENTE, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. EXTREMIDADE PARA LIMPEZA COMPOSTA DE NYLON MACIO LONGO E COM 10 MM DIAMETRO. REUTILIZAVEIS.	PC	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	AOQUN BUSH	De acordo	---	Isento	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
11	911917 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO TAMANHO 2 MM X 30 CM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO MEDINDO NO MINIMO 30 CM DE COMPRIMENTO, COM CABO EM HASTE DE METAL, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO.	PC	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	AOQUN BUSH	A proposta apresenta descritivo resumido	---	Isento	Apresentou.	O edital exige cabo em haste de metal O prospecto indica que as escovas podem ser feitas com pegadores e/ou hastes em PP (polipropileno) e/ou Aço inoxidável, não especificando se a haste da escova ofertada é de aço inoxidável ou polipropileno.

	EXTREMIDADE PARA LIMPEZA COMPOSTA DE NYLON MACIO LONGO E COM 2 MM DIAMETRO. REUTILIZAVEIS.								Classificação condicionada a empresa confirmar: 1- Que a escova ofertada possui o cabo em haste de metal.
12	13082 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 3MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 3 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.	Peças	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	AOQUN BUSH	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento	Apresentou.	O edital exige cabo em haste de metal. O prospecto indica que as escovas podem ser feitas com pegadores e/ou hastes em PP (polipropileno) e/ou Aço inoxidável, não especificando se a haste da escova ofertada é de aço inoxidável ou polipropileno. Classificação condicionada a empresa confirmar: 1- Que a escova ofertada possui a haste rígida em aço inoxidável.
13	13083 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 5MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 5 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.	Peças	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	AOQUN BUSH	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento	Apresentou.	O edital exige cabo em haste rígida em aço inoxidável. O prospecto indica que as escovas podem ser feitas com pegadores e/ou hastes em PP (polipropileno) e/ou Aço inoxidável, não especificando se a haste da escova ofertada é de aço inoxidável ou polipropileno. Classificação condicionada a empresa confirmar: 1- Que a escova ofertada possui a haste rígida em aço inoxidável.
									O edital exige cabo em haste rígida em aço inoxidável. O prospecto indica que as escovas

14	13084 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 7MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 7 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO DE 70 A 80 CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.	Peças	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	AOQUN BUSH	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento	Apresentou	podem ser feitas com pegadores e/ou hastes em PP (polipropileno) e/ou Aço inoxidável, não especificando se a haste da escova ofertada é de aço inoxidável ou polipropileno. Classificação condicionada a empresa confirmar: 1- Que a escova ofertada possui a haste rígida em aço inoxidável.
15	13086 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 15MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON ANTIMICROBIANAS PARA LIMPEZA PESADA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 15 MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA EVITAR DOBRAS MEDINDO DE 40 A 50CM DE COMPRIMENTO, COM FORMATO QUE FACILITE O ARMAZENAMENTO. REUTILIZÁVEL.	Peças	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MONTEGGIA	De acordo.	---	Isento	Apresentou.	O edital exige o diâmetro das cerdas de 15mm. Na ficha técnica, não há indicação da escova com cerdas de 15mm. Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1- Diâmetro das cerdas de 15mm.
17	45942 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIO 3,2 MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIO, COM CERDAS RESISTENTES EM UMA DAS EXTREMIDADES EM NYLON ANTIMICROBIANAS COM DIÂMETRO 3,2 MM (± 0,5 MM) E HASTE DE MATERIAL FLEXÍVEL MEDINDO 200 CM. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DESCARTÁVEL.	Unidade	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	SAFEMED	De acordo	---	Isento	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
18	45943 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE PAPAGAIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE PAPAGAIO DE AÇO INOX, COM CERDAS EM NYLON E ANEL. MEDIDAS DAS CERDAS: 350 MM (± 10 MM) ESPESSURA DO FIO: 0,40 MM DIÂMETRO DAS CERDAS: 50 / 80 / 40 MM COMPRIMENTO TOTAL DA ESCOVA: 480 MM (± 10 MM).	Unidade	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	AOQUN BUSH	De acordo	---	Isento	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
	24696 - ESCOVA PARA								

19	LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ESCOVA COM CABO PLASTICO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, COM CERDAS DE AÇO EM INOX, MEDINDO DE 35 MM A 40 MM DE COMPRIMENTO E AS CERDAS 10 MM A 12 MM	Unidade	TECHSTERI LTDA	TSI	De acordo	---	Isento	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
22	21992 - INDICADOR DE LIMPEZA PARA INSTRUMENTAIS INDICADOR DE LIMPEZA PARA AVALIAÇÃO DE RESÍDUO DE PROTEÍNA, APÓS LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA, PARA DETERMINAR SE UM INSTRUMENTAL ESTÁ LIMPO (AMOSTRAGEM). FUNCIONA POR MEIO DE ALTERAÇÃO COLORIMÉTRICA QUE OCORRE COMO RESULTADO DA REAÇÃO COM PROTEÍNAS.	Unidade	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	STC/STERICONTROL	De acordo	Item ofertado utiliza tecnologia que dispensa a incubadora	Isento	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
25	45887 - INDICADOR/EMULADOR QUÍMICO-INTEGRADOR CLASSE 6 DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E A AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. INDICADO PARA USO INTERIOR NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. VALORES DECLARADOS DEVEM SER IGUAIS A 5 (CINCO) MINUTOS A 134º C E DE 15 A 20 MINUTOS A 121º C. DEVERA TER SUA COR MODIFICADA, DA COR A PARA A COR B, DE FORMA UNIFORME. COM REATIVO ATOXICO, LIVRE DE CHUMBO, POSSIBILITANDO A LEITURA DOS SEGUINTES PARÂMETROS: TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1 E SUAS ATUALIZAÇÕES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTE COM NO MAXIMO 500 UNIDADES.	Unidade	MAXXIM ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOSHOSPITALARES LTDA	MAXXI MED	De acordo	---	Isento	Apresentou.	Na proposta a empresa indicou descritivo igual ao edital, porém, no prospecto (página 93) há a informação que o integrador está calibrado para monitorar os ciclos de esterilização de 134° C por 04 minutos. o edital exige valor declarado igual a 05 (cinco) minutos a 134° C. Para finalização da análise, questionamos: Quais os valores declarados a 134º C?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 01/07/2025, às 11:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25935821** e o código CRC **2DEA42EB**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.067136-9

25935821v14