



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0018531770/2023 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 27 de setembro de 2023.

À  
SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico das amostras

Pregão Eletrônico 351/2023 - Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos, para o Hospital Municipal São José.

EMPRESA	DOCUMENTO SEI Nº
BRASIL MED - item 10	BRASIL MED - item 10 - 0018388032 - APROVADO
TORTELLI - item 11, 12 e 13	TORTELLI - item 11 - 0018388124 - REPROVADO TORTELLI - item 12 - 0018388152 - APROVADO
IMPACTO - item 24	TORTELLI - item 13 - 0018388175 - APROVADO IMPACTO - item 24 - 0018388269 - APROVADO
RCORE - itens 16,17,18,19,20,21 e 22	RCORE - item 16 - 0018388382 - APROVADO RCORE - item 17 - 0018388394 - APROVADO RCORE - item 18 - 0018388419 - APROVADO RCORE - item 19 - 0018388434 - APROVADO RCORE - item 20 - 0018388456 - APROVADO

RCORE - item 21 - 0018388471 - APROVADO

RCORE - item 22 - 0018531762 - DESCLASSIFICADO

Protocolo de amostra:

BRASIL MED - 0018388002

TORTELLI - 0018388088

IMPACTO - 0018388228

RCORE - 0018388352

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 28/09/2023, às 14:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018531770** e o código CRC **6BF31E4B**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.183444-6

0018531770v4

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
10	912391 - KIT DE LIGADURA ELÁSTICA ESOFÁGICA KIT DE LIGADURA ELÁSTICA PARA VARIZES DO ESÔFAGO, EM MATERIAL BIOCAMPATÍVEL, COMPOSTO DE: TAMBOR COM LIGADURA ELÁSTICA PRÉ MONTADA E CORDAS COM NO MÍNIMO (6 CORDAS/BANDAS) DE DISPARO, MANOPLA, CATETER DE CARREGAMENTO E ADAPTADOR DE IRRIGAÇÃO DESCARTÁVEL, REFIL DO KIT DE LIGADURA COM NO MÍNIMO 06 UNIDADES DE ELÁSTICOS.
<p><b>AVALIAÇÃO TÉCNICA</b></p> <p>PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 351/2023 SEI: 23.0.183444-6            SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO            MARCA: KFF/KFF S.A            FORNECEDOR: BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA            Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80991389041            LOTE: SLVE-DR-14042023            FABRICANTE: FABRICANTE: KFF S.A. - ARGENTINA</p> <p>QUANTIDADE AVALIADA: 02            EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica            FUNCIONALIDADE: _____</p>	
<p><b>CONCLUSÃO</b></p> <p>APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM            ( ) NÃO MOTIVO: _____  <i>Material com funcionamentos adequados</i></p>	
<p>Dra. Juliana Polido de Araújo            Especialidade em Gastroenterologia            e Endoscopia Digestiva            CRM 12.396</p>	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 29/09/2023

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
11	911013 - KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA CH 20 KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCOPICA ESTERIL CH 20 - CONTENDO: 1 CJ DE SONDA, 1 DISCO DE RETENÇÃO EXTERNA, 1 CONECTOR ESTERIL DE PORTA DUAL, 1 AGULHA 21GA, 1 AGULHA 25GA, 1 SERINGA, 1 LAMINA BISTURI Nº11, 1 CATETER COM AGULHA DE 18GA, 1 FIO GUIA COM LACO, 1 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO, 1 FAIXA DE RETENÇÃO.
<b>AVALIAÇÃO TÉCNICA</b>	
PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 351/2023    SEI: 23.0.183444-6	
SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO	
MARCA: KFF S.A	
FORNECEDOR: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10289689027	
LOTE: 20230302	
FABRICANTE: DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	
QUANTIDADE AVALIADA: 01	
EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica	
FUNCIONALIDADE: _____	
_____	
_____	
_____	
<b>CONCLUSÃO</b>	
APROVA O MATERIAL? ( ) SIM	
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO MOTIVO: <i>Silicone pouco maleável da sonda.</i>	
<i>Causou lacerações profundas no esfago, com</i>	
<i>risco inclusive de perfuração</i>	
_____	
_____	
<b>Dra. Juliana Polido de Araújo</b> Especialidade em Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva CRM 12.396	
_____	
_____	



ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 28 / 09 / 2023



## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
12	909639 - PRÓTESE OTOLOGICA PRÓTESE OTOLÓGICA - TUBO DE VENTILAÇÃO, CONFECCIONADOS EM SILICONE DE ALTA FLEXIBILIDADE. EMBALADA UNITARIAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO.
<b>AVALIAÇÃO TÉCNICA</b> PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 351/2023    SEI: 23.0.183444-6 SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO MARCA: MEDICONE FORNECEDOR: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80020550020 LOTE: 23.01.120765 FABRICANTE: DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  QUANTIDADE AVALIADA: 01 EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica FUNCIONALIDADE: _____ _____ _____ _____	
<b>CONCLUSÃO</b> APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO    MOTIVO: <u>material de acordo com pedras de qualidade usuais.</u> _____ _____ _____ <div style="text-align: right;">             Dr. Gabriel Gonçalves Dias              Otorrinolaringologista              CRM-SC 17063   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">             Dr. Gabriel Gonçalves Dias              Otorrinolaringologista   </div>	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 14 / 09 / 23





## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
24	24369 - TUBO T TRAQUEAL (MONTGOMERY) ADULTO 12MM TUBO EM T, TUBO DE MONTGOMERY DE SILICONE, PARA IMPLANTE TEMPORÁRIO EM CIRURGIA DE TRAQUEIA, DIÂMETRO DE 12 MM.
<p><b>AVALIAÇÃO TÉCNICA</b></p> <p>PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 351/2023    SEI: 23.0.183444-6</p> <p>SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO</p> <p>MARCA: TUBO T</p> <p>FORNECEDOR: IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</p> <p>Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80358740020</p> <p>LOTE: MPSQ610</p> <p>FABRICANTE: IMPACTO MEDICAL</p> <p>QUANTIDADE AVALIADA: 01</p> <p>EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica</p> <p>FUNCIONALIDADE: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p><b>CONCLUSÃO</b></p> <p>APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM</p> <p>( ) NÃO    MOTIVO: <u>material adequado</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO


DATA: 15/09/2023





## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
17	910743 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA A.V. 3F 80CM TIPO FOGARTY CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL (TIPO FOGARTY) CH 3. CATETER EXTRATOR DE ÊMBOS E TROMBOS ARTERIAIS, EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM BALÃO EM LÁTEX, GUARNIÇÃO DE LUER-LOCK EM PVC RÍGIDO, MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, RADIOPACO, GRADUADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 80 CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO CH (CALIBRE). ACOMPANHA SERINGA PARA INSUFLAÇÃO COMPATÍVEL E ADEQUADA À CAPACIDADE DO BALÃO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
<b>AVALIAÇÃO TÉCNICA</b> PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 351/2023 SEI: 23.0.183444-6 SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO MARCA: RAWAMED FORNECEDOR: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10150470414 LOTE: FABRICANTE: HAGMED SP. Z. O. O. SP. K. - POLÔNIA  QUANTIDADE AVALIADA: 01 EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica FUNCIONALIDADE: _____  _____ _____ _____	
<b>CONCLUSÃO</b> APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO MOTIVO: <u>se acordo com o material apresentado</u>  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	
 Dr. Thiago R. Josino Cir. Vascular e Endovascular CRM 101.444/2012	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 27/09/2023

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
18	910744 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA A.V. 4F 80CM TIPO FOGARTY CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL (TIPO FOGARTY) CH 4. CATETER EXTRATOR DE ÊMBOLOS E TROMBOS ARTERIAIS, EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM BALÃO EM LÁTEX, GUARNIÇÃO DE LUER-LOCK EM PVC RÍGIDO, MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, RADIOPACO, GRADUADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 80 CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO CH (CALIBRE). ACOMPANHA SERINGA PARA INSUFLAÇÃO COMPATÍVEL E ADEQUADA À CAPACIDADE DO BALÃO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 351/2023 SEI: 23.0.183444-6

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: RAWAMED

FORNECEDOR: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10150470414

LOTE:

FABRICANTE: HAGMED SP. Z. O. O. SP. K. - POLÔNIA

QUANTIDADE AVALIADA: 01


EMBALAGEM:  Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: \_\_\_\_\_

### CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL?  SIM

( ) NÃO MOTIVO: De acordo com o material apresentado

  
 Dr. Thiago F. Joazeiro  
 Cir. Vascular e Endovascular  
 CRM 1012472 DE 14728


ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 27/09/2023



## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
19	909027 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA A.V. 5F 80CM TIPO FOGARTY CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL (TIPO FOGARTY) CH 5. CATETER EXTRATOR DE ÊMBOLOS E TROMBOS ARTERIAIS, EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM BALÃO EM LÁTEX, GUARNIÇÃO DE LUER-LOCK EM PVC RÍGIDO, MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, RADIOPACO, GRADUADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 80 CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO CH (CALIBRE). ACOMPANHA SERINGA PARA INSUFLAÇÃO COMPATÍVEL E ADEQUADA À CAPACIDADE DO BALÃO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
<p><b>AVALIAÇÃO TÉCNICA</b></p> <p>PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 351/2023 SEI: 23.0.183444-6</p> <p>SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO</p> <p>MARCA: RAWAMED</p> <p>FORNECEDOR: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA</p> <p>Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10150470414</p> <p>LOTE: 20221201R</p> <p>FABRICANTE: HAGMED SP. Z. O. O. SP. K. - POLÔNIA</p> <p>QUANTIDADE AVALIADA: 01</p> <p>EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica</p> <p>FUNCIONALIDADE: <u>De acordo com a funcionalidade</u></p>	
<p><b>CONCLUSÃO</b></p> <p>APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM</p> <p>( ) NÃO MOTIVO: <u>De acordo com material apresentado</u></p>	
 <b>Dr. Thiago A. Josino</b> Cir. Vascular e Endovascular CRM 18724/RQE 14726	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 27/09/2023



## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO


1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
20	910745 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA A.V. 6F 80CM TIPO FOGARTY CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL (TIPO FOGARTY) CH 6. CATETER EXTRATOR DE ÊMBOS E TROMBOS ARTERIAIS, EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM BALÃO EM LÁTEX, GUARNIÇÃO DE LUER-LOCK EM PVC RÍGIDO, MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, RADIOPACO, GRADUADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 80 CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO CH (CALIBRE). ACOMPANHA SERINGA PARA INSUFLAÇÃO COMPATÍVEL E ADEQUADA À CAPACIDADE DO BALÃO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
<b>AVALIAÇÃO TÉCNICA</b> PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 351/2023 SEI: 23.0.183444-6 SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO MARCA: RAWAMED FORNECEDOR: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10150470414 LOTE: FABRICANTE: HAGMED SP. Z. O. O. SP. K. - POLÔNIA  QUANTIDADE AVALIADA: 01 EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica FUNCIONALIDADE: _____  _____ _____ _____	
<b>CONCLUSÃO</b> APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO MOTIVO: <u>De acordo com o material apresentado</u>  _____ _____ _____ _____ _____ _____	

  
 ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO  
 DATA: 27/09/2023

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
21	910746 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA A.V. 7F 80CM TIPO FOGARTY CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL (TIPO FOGARTY) CH 7. CATETER EXTRATOR DE ÊMBOLOS E TROMBOS ARTERIAIS, EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM BALÃO EM LÁTEX, GUARNIÇÃO DE LUER-LOCK EM PVC RÍGIDO, MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, RADIOPACO, GRADUADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 80 CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO CH (CALIBRE). ACOMPANHA SERINGA PARA INSUFLAÇÃO COMPATÍVEL E ADEQUADA À CAPACIDADE DO BALÃO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
<b>AVALIAÇÃO TÉCNICA</b> PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 351/2023 SEI: 23.0.183444-6 SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO MARCA: RAWAMED FORNECEDOR: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10150470414 LOTE: FABRICANTE: HAGMED SP. Z. O. O. SP. K. - POLÔNIA  QUANTIDADE AVALIADA: 01 EMBALAGEM: <input checked="" type="checkbox"/> Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica FUNCIONALIDADE: _____  _____  _____  _____	
<b>CONCLUSÃO</b> APROVA O MATERIAL? <input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO MOTIVO: <u>De acordo com o material apresentado.</u>  _____  _____  _____  _____  _____	
 Dr. Thiago F. Joaze Cir. Vascular e Endovascular CRM 101240/02 14728	


ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 24/09/2023



## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
22	911156 - ELETRODO P/MARCAPASSO TEMPORARIO 5FR CATÉTER DE ESTIMULAÇÃO BIPOLAR TEMPORÁRIO COM INTRODUTOR E PROTETOR DE CATÉTER TIPO "CAMISINHA", COM TAMANHO DE 5F E TAMANHO DO CATÉTER ENTRE 100 CM E 130 CM EM SUA TOTALIDADE. CATÉTER COM DOIS PÓLOS E A DISTÂNCIA APROXIMADA ENTRE OS PÓLOS DE 10 MM
<p><b>AVALIAÇÃO TÉCNICA</b></p> <p>PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 351/2023 SEI: 23.0.183444-6</p> <p>SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO</p> <p>MARCA: MEDIKA</p> <p>FORNECEDOR: R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA</p> <p>Nº MS/ REGISTRO ANVISA:</p> <p>LOTE:</p> <p>FABRICANTE:</p> <p>QUANTIDADE AVALIADA: 01</p> <p>EMBALAGEM: ( ) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica</p> <p>FUNCIONALIDADE: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p><b>CONCLUSÃO</b></p> <p>APROVA O MATERIAL? ( ) SIM</p> <p>(X) NÃO MOTIVO: _____</p> <p>_____</p> <p style="color: blue;">Empresa não apresentou amostra durante o prazo estipulado.</p> <p style="text-align: center;">   <b>Enf. Aline R. Lopes</b>            COREN-SC 197881            Líder de Área II - OPME/SCIH         </p>	

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 26/09/2023