



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0018594593/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 03 de outubro de 2023.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico n° 145/2023.

Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem (insumos para punção, infusão e monitoração) para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria Municipal da Saúde.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0018424367), segue a análise técnica das propostas apresentadas para os itens 61, 76, 101, 105 e 106:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	Amostra?	Parecer
61	913320 - EQUIPO DE MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS MACROGOTAS, COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXIVEL COM FILTRO DE PARTICULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELACAO IML=20GOTAS, BICO PERFURANTE, COM FILTRO DE ENTRADA DE AR HIDROFOBO BACTERIOLOGICO, CONECTOR PLASTICO COM TAMPA DE PROTECAO TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE 1,50 METROS DE COMPRIMENTO,INJETOR LATERAL VALVULADO ISENTO DE LATEX E PARTES METALICAS , QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXOES LUER LOCK OU SLIP, CONECTOR	PC	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INFUSÃO HOSPITALAR/60373	De acordo	81516739009- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pede	Proposta classificada (haverá a necessidade de apresentar amostras).

	DISTAL LUER LOCK COM PROTETOR E FILTRO DE AR HIDROFOBO PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO MS, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. Cota reservada 25%							
76	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota reservada 25%	Unidade	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900162-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pede	Apesar da empresa indicar descritivo idêntico ao edital, na análise do registro na Anvisa, verificou-se que o mesmo registro atende várias versões diferentes, havendo a necessidade de confirmar alguns pontos; desta forma, solicitamos que a empresa confirme o atendimento aos seguintes pontos: 1- Todos os conectores são luer-lock (os distais e o proximal)? 2- O item ofertado possui 4 (quatro) tampas? 3- O item possui 2 vias? Caso a empresa confirme as informações, estará apta a apresentar a documentação de habilitação (haverá a necessidade de apresentar amostras).
101	13182 - TAMPA PROTETORA DE DISPOSITIVO DE INFUSÃO TAMPA PROTETORA DE CONECTOR LUER LOCK MACHO/FÊMEA PARA VEDAÇÃO DE DISPOSITIVOS EM SISTEMA DE INFUSÃO (SERINGAS, EQUIPO	Peças	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	DESCARPACK	De acordo	10330660271-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	Em análise ao registro na Anvisa, verificamos que este está vinculado a 3 modelos diferentes: "Macho", "Fêmea" e "Macho/Fêmea" Aprovação condicionada a empresa confirmar

	ETC). DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.						que o item ofertado é o modelo " Tampa Vedante Luer Descarpack - Macho/Fêmea", que atende as exigências do edital.	
105	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.. Cota reservada 25%	Unidade	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	SOL-CARE / SOL MILLENNIUM	De acordo	80937150006- Registro vigente, referente a escalpe com dispositivo de segurança, confirmado no portal da Anvisa	Pede	<p>O edital exige escalpe com adaptador fixo na agulha ou separado e caso seja separado, deverá ser enviado no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas e o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte da agulha.</p> <p>Para a continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme as seguintes informações:</p> <p>1- O item ofertado possui dispositivo de segurança?</p> <p>2- O item ofertado possui adaptador fixo na agulha ou separado? Caso seja separado, a empresa encaminhará no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas?</p> <p>3- O adaptador possui mecanismo automático de descarte da agulha?</p> <p>A continuidade da análise ocorrerá após a manifestação da empresa.</p>
106	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM	Unidade	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sol-Care / Promisemed	De acordo	80937159015- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pede	<p>Apesar do edital não exigir, a empresa anexou a ficha técnica do produto ofertado; na ficha técnica é indicado que o item possui dispositivo de segurança e que o item possui adaptador, porém, há a necessidade de confirmar as seguintes informações:</p> <p>1- O item ofertado possui adaptador fixo na agulha ou separado?</p> <p>2- Caso seja separado, a empresa encaminhará no</p>

VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.. Cota principal 75%						mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas e possuem mecanismo automático de descarte da agulha? A continuidade da análise ocorrerá após a manifestação da empresa.
--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 03/10/2023, às 08:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018594593** e o código CRC **893A12CC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0018594593v3