

MEMORANDO SEI N° 0019936294/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 29 de janeiro de 2024.

À SAPLCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico n° 327/2023.

Objeto: Aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atendimento ao Memorando SAPLCT (SEI n° 0019881140) e Memorando SAPLCT (SEI n° 0019936222), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	EMPRESA	MARCA	Proposta de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 - b) Laudos BFE (eficiência de filtração bacteriana) para os Itens 24/25, 26/27, 28, 29, 37, 38 e 39	8.10 - c) Prospecto/ Ficha técnica/ Imagem de site para is Itens 1, 2/3, 36, 67/68 a 76/77 e 80	11 - Amostra	Parecer
4	909666 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 180 CM ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA	PC	PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	ERIMAX	Apresentou descrição resumida, porém, será possível	80698130001- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

	DE ALGODÃO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICAÇÃO: NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.				verificar o atendimento integral do edital na análise das amostras.					
6	909668 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 180 CM ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. Cota principal	PC	PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	ERIMAX	Apresentou descrição resumida, porém, será possível verificar o atendimento integral do edital na análise das amostras.	80698130001- Registro vigente, portal da Anvisa	Não se aplica	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
20	909675 - ATADURA GESSADA 10 CM X 3M ATADURA GESSADA MEDINDO 10 CM X 3 M A 4 M, BORDAS LATERAIS CORTADAS EM ZIGUE-ZAGUE EVITANDO O DESFIAMENTO, CREMOSIDADE ADEQUADA, ISENTA DE ARENOSIDADE, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM EM 5	Unidade	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	POLAR FIX	De acordo	8003400035- Registro Ativo, verificado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

	MINUTOS, NAO DEVENDO APRESENTAR DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR, ENROLADA DE FORMA CONTINUA EM TUBETE E ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E NUMERO DE LOTE.									
22	909676 - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M ATADURA GESSADA MEDINDO 15 CM X 3 M A 4 M, BORDAS LATERAIS CORTADAS EM ZIGUE-ZAGUE EVITANDO O DESFIAMENTO, CREMOSIDADE ADEQUADA, ISENTA DE ARENOSIDADE, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM EM 5 MINUTOS, NAO DEVENDO APRESENTAR DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR, ENROLADA DE FORMA CONTINUA EM TUBETE E ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE SACO PLASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E NUMERO DE LOTE. Cota Reservada até 25%	Unidade	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	POLAR FIX	De acordo	8003400035- Registro Ativo, verificado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
37	275 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO	Unidade	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	POLARFIX	De acordo	8003400026- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não apresentou.	Não se aplica.	EXIGE	Proposta desclassificada por não atender o item 8.10.b do edital.

	TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.									
38	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE,	Unidade	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	BRAVA	De acordo	82263440009, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não apresentou.	Não se aplica.	EXIGE	Proposta desclassificada por não atender o item 8.10.b do edital.

	ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.									
45	912973 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 5 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORMANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO	PCT	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ORTOFEN	De acordo	80205290009- Registro vigente, com medida de fiscalização vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Não se aplica	Não se aplica	Exige	<p>Em consulta ao portal da Anvisa, verifica-se que o registro possui medida de fiscalização vigente.</p> <p>Aprovação condicionada a empresa confirmar:</p> <p>1 -Que a medida de fiscalização é referente a lote específico;</p> <p>2- Que não serão entregues itens de lotes com restrição junto a autoridade sanitária.</p>

	COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 5 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767. Cota principal									
54	912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 7.5 X 7.5 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS,ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Reservada até 25%	PCT	J.N.S. TEXTIL LTDA	J.N.S. TEXTIL LTDA	Apresentou descrição resumida, porém, será possível verificar o atendimento integral do edital na análise das amostras.	81962510004- Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
59	916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M FITA ADESIVA, IMPERMEAVEL, DE COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO COM FIBRAS DISTRIBUIDAS	UNID	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CREMER	De acordo	80245219058- Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

	<p>NA TRAMA EM RACHADURAS QUE FACILITA O ROMPIMENTO AO MANUSEIO, SEM DESFILAMENTO, IMPERMEABILIDADE ADEQUADA PARA SUA FINALIDADE, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE EM DOBRAS DA PELE SEM CAUSAR DANOS, MASSA ADESIVA DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE FACIL DESPRENDIMENTO/ REMOCAO SEM DEIXAR RESIDUOS OU MANCHAS NA SUPERFICIE. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, CORTE FACIL EM AMBOS OS SENTIDOS, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, ATOXICO, ACONDICIONADO EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA, EM EMBALAGEM UNITARIA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota principal</p>									
60	<p>916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M FITA ADESIVA, IMPERMEAVEL, DE COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO COM FIBRAS DISTRIBUIDAS NA TRAMA EM RACHADURAS QUE FACILITA O</p>	UNID	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MAXICOR	De acordo	10299800019 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Não se aplica	Exige	<p>A proposta da empresa está de acordo com o edital, porém, ofertou produto de mesma marca que já teve a amostra</p>

ROMPIMENTO AO MANUSEIO,
SEM DESFILAMENTO,
IMPERMEABILIDADE
ADEQUADA PARA SUA
FINALIDADE, FLEXIVEL PARA
ADAPTAR-SE EM DOBRAS DA
PELE SEM CAUSAR DANOS,
MASSA ADESIVA DE
PRIMEIRA QUALIDADE E DE
FACIL DESPRENDIMENTO/
REMOCAO SEM DEIXAR
RESIDUOS OU MANCHAS NA
SUPERFICIE. BORDAS
DEVIDAMENTE ACABADAS,
CORTE FACIL EM AMBOS OS
SENTIDOS, ISENTO DE
SUBSTANCIAS ALERGICAS,
ATOXICO, ACONDICIONADO
EM CARRETEL COM CAPA
PROTETORA, EM
EMBALAGEM UNITARIA,
CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA, VALIDADE,
LOTE, RESPONSAVEL
TECNICO,
ISENCAO/REGISTRO NO
M.S./ANVISA. VALIDADE
MINIMA 20 MESES APOS
EMISSAO DA NF DE
ENTREGA. Cota Reservada até
25%

analizada e
reprovada
anteriormente no
presente processo,
conforme constante
no Memorando
SES.UAD.ACM
(SEI n°
0019823992):
"Conforme parecer
técnico SEI n°
0019823488, a
amostra não possui
flexibilidade
adequada, pouca
massa adesiva.
Possui pouca
adesividade à pele,
principalmente em
locais com pelos,
soltando.
AMOSTRA
REPROVADA".
Com o intuito de
evitar atrasos na
tramitação do
processo e custos à
empresa com o
envio de amostras
que já foram
reprovadas
anteriormente,
indicamos que a
empresa verifique
junto ao fabricante
se para o registro
da Anvisa
10299800019
existe apenas uma
linha de

										esparadrapo ou se estão contemplados mais de um modelo. Caso exista apenas um modelo do produto, sugere-se a desistência da proposta, visto que na solicitação da amostra, esta será reprovada.
62	917189 - FITA HIPOALERGICA 2,5 CM X 10 M FITA ADESIVA FLEXIVEL, NAO TECIDO, ADESIVO UNIFORME E HIPOALERGENICO, BOA ADERENCIA, PARA FIXACAO DIVERSAS, USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, COR BRANCA, PROTEGIDO POR UMA CAMADA DE PAPEL NAO ADERENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, PERMEAVEL AOS GASES, EVITANDO A MACERACAO, BOBINA EM PLASTICO RIGIDO, EMBALAGEM UNITARIA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota principal	UNID	COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	CIEX	De acordo	10332829016, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica.	Não se aplica.	EXIGE	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
68	917116 - LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO	UNID	SOUZAMED IMPORTADORA E	NOBRE	De acordo	Isento	Não se aplica	Apresentou. Prospecto descreve	Não se aplica	Na análise preliminar foi indicado:

CONFECCIONADO EM TNT,
100% POLIPROPILENO,
GRAMATURA 30
GR/M², TAMANHO MINIMO
0,90 CM X 2,00 M, COM
ELASTICO, EMBALADO EM
SACO PLASTICO COM NO
MAXIMO 10 PECAS,
CONSTANDO DATA DE
FABRICACAO LOTE,
PROCEDENCIA, VALIDADE,
ISENCAO/REGISTRO NO
M.S./ANVISA. ALIDADE
MINIMA 20 MESES APOS
EMISSAO DA NF DE
ENTREGA. Cota Reservada até
25%

DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR
LTDA

"gramatura
20/ 30/ 40".

"Prospecto
descreve
"gramatura 20/ 30/
40" e edital exige
"gramatura 30
gr/m²".
Classificação
condicionada a
empresa confirmar
que modelo
ofertado atende as
exigências
"gramatura 30
gr/m²"."

Em resposta a
empresa se
manifestou em chat
informando
que *"Juntamente
com a proposta
estaremos
enviando a ficha
técnica desse
produto,
confirmando suas
exigências"*

Ocorre que a ficha
técnica já havia
sido analisada
anteriormente, e
como já exposto,
indica gramaturas
de 20/ 30 e 40.
Novamente, há a
necessidade da
empresa se
manifestar acerca
da gramatura do
item ofertado.

