

MEMORANDO SEI Nº 29883790/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 19 de junho de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **156/2026**.**Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de brocas e lâminas para o motor NSK (Primado 2)**.

Em atenção a Convocação (SEI nº 29462135), seguem as informações das amostras já analisadas pelo Hospital Municipal São José:

nº	Empresa	Item	Parecer
06	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO LTDA	47476 - LÂMINAS PARA SERRA SAGITAL	Amostra aprovada conforme SEI nº 29883765.

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777300
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 19/06/2026, às 11:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29883790** e o código CRC **70FF53F6**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de CAME / PADRONIZAÇÃO – Ramal: 9137

ITEM	MATERIAL
6	47476 - LÂMINAS PARA SERRA SAGITAL AS MEDIDAS DE COMPRIMENTO DA LÂMINA E ESPESSURA SERÃO DEFINIDAS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. AS PEÇAS DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE TOTAL DE ENGATE COM O EQUIPAMENTO NSK PRIMADO 2, GARANTINDO ENCAIXE PRECISO E SEGURO

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: Produto ainda não adquirido pelo Hospital

SETOR TESTE: Centro Cirurgico

MARCA: BIOMETAL

FORNECEDOR: BHIOS

LOTE: 26341

FABRICANTE: Biometal Indústria e Comércio

REGISTRO ANVISA: 80482499009

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃOAPROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO: _____

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: ____/____/____

19/06/2026

Dr. Leonardo G. Moller
CRM/SO 15278
Otorrinolaringologista
Circ. São José - 4 Pescoço