

MEMORANDO SEI Nº 27126611/2025 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 13 de outubro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 409/2025

Objeto: Aquisição de Materiais de Hemodinâmica para atender a demanda do Hospital Municipal São José

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao disposto no Memorando SEI Nº 27120262/2025 - SAP.LCT, informamos que os itens foram devidamente avaliados de acordo com o estabelecido no Edital SEI nº 26638998. Assim, encaminhamos abaixo a análise dos documentos técnicos apresentados

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Avaliação Técnica
13	44065 - STENT CORONARIANO FARMACOLÓGICO STENT DE LIGA CROMO-COBALTO, REVESTIDO DE FÁRMACO, NOS TAMANHOS DE 2,25 A 4,0 MM DE DIÂMETRO E DE 8,0 A 38 MM DE COMPRIMENTO, MONTADO EM BALÃO, COMPRIMENTO DO SISTEMA DE ENTREGA DE NO MÍNIMO 140 CM, COMPATÍVEL COM CATÉTER GUIA DE DIÂMETRO 6 FR, COM MARCAS RADIOPACAS DISTAL E PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - CÓDIGO SUS 0702040614.	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Supraflex Cruz Sahajanand Med Tec	DOCUMENTAÇÃO APROVADA As documentações apresentadas estão de acordo conforme Proposta comercial 27120254, e encontramse vigentes no período Para este item a empresa deverá apresentar amostras.
18	45406 - CATETER DIAGNÓSTICO VERTEBRAL 5FR LONGO CONFECCIONADO EM NYLON COM AÇO INOX; DIAGNÓSTICO; EXTREMIDADES	MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ZHEJIANG BART MEDICAL	<u>DOCUMENTAÇÃO</u> <u>REPROVADA</u>

NÃO TRAUMÁTICAS, BEM ACABADAS E BOA DIRIGIBILIDADE, COM ORIFÍCIO DISTAL: COMPATÍVEL COM O USO EM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES. RESISTENTE A TORCÕES TIPO VERTEBRAL, SEM ORIFÍCIOS LATERAIS; COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM.; DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, PARA FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS. DEVE SER EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DO **PRODUTO** DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

As documentações apresentadas na Proposta Comercial 27114114, apresentam material não compatível com procedimentos **neurovasculares**, apenas compatível em procedimentos **vasculares**, conforme explícito nas página 2 tópico III " Este cateter não deve ser utilizado nos ramos coronários e cerebrais."

Atenciosamente,





Documento assinado eletronicamente por Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a), em 13/10/2025, às 09:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 27126611 e o código CRC F04DC514.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.179791-9

27126611v9