

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00231/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha De Biópsia Aplicação: Aspirativa , Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Dimensão: 21 G X 15 Cm , Tipo Ponta: Ponta Chiba Ecogênica , Componente I: C/ Bloqueador Profundidade , Componente Ii: C/ Estilete Removível , Conector: Conector Luer Lock , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 600,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (6)

2 - Alça

Descrição Detalhada: Alça Tipo: Aço Inoxidável , Compatibilidade: Compatível C/ Canal 2,8 Mm , Características Adicionais: Endoscópica , Tipo Uso: Reusável , Acessórios: Um Mandril, Caixa Com 10 Laços De Cerca 40 Mm , Tamanho: Comprimento Cerca De 230 Cm , Tipo Embalagem: Manopla Sem Entrada Para Eletrocautério

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.275,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (18)

3 - Alça

Descrição Detalhada: Alça Tipo: Aço Inoxidável , Compatibilidade: Compatível C/ Canal 2,8 Mm , Características Adicionais: Endoscópica , Tipo Uso: Reusável , Acessórios: Um Mandril, Caixa Com 10 Laços De Cerca 40 Mm , Tamanho: Comprimento Cerca De 230 Cm , Tipo Embalagem: Manopla Sem Entrada Para Eletrocautério

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.587,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

4 - Alça

Descrição Detalhada: Alça Tipo: Aço Inoxidável , Compatibilidade: Compatível C/ Canal 2,8 Mm , Características Adicionais: Endoscópica , Tipo Uso: Reusável , Acessórios: Um Mandril, Caixa Com 10 Laços De Cerca 40 Mm , Tamanho: Comprimento Cerca De 230 Cm , Tipo Embalagem: Manopla Sem Entrada Para Eletrocautério

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.271,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

5 - Alça

Descrição Detalhada: Alça Tipo: Aço Inoxidável , Compatibilidade: Compatível C/ Canal 2,8 Mm , Características Adicionais: Endoscópica , Tipo Uso: Reusável , Acessórios: Um Mandril, Caixa Com 10 Laços De Cerca 40 Mm , Tamanho: Comprimento Cerca De 230 Cm , Tipo Embalagem: Manopla Sem Entrada Para Eletrocautério

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.859,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

6 - Alça

Descrição Detalhada: Alça Tipo: Aço Inoxidável , Compatibilidade: Compatível C/ Canal 2,8 Mm , Características Adicionais: Endoscópica , Tipo Uso: Reusável , Acessórios: Um Mandril, Caixa Com 10 Laços De Cerca 40 Mm , Tamanho: Comprimento Cerca De 230 Cm , Tipo Embalagem: Manopla Sem Entrada Para Eletrocautério

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 236,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

7 - Alça

Descrição Detalhada: Alça Tipo: Aço Inoxidável , Compatibilidade: Compatível C/ Canal 2,8 Mm , Características Adicionais: Endoscópica , Tipo Uso: Reusável , Acessórios: Um Mandril, Caixa Com 10 Laços De Cerca 40 Mm , Tamanho: Comprimento Cerca De 230 Cm , Tipo Embalagem: Manopla Sem Entrada Para Eletrocautério

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 750,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (24)

8 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Reto , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

9 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Reto , Componente: C/ Tira P/ Fixação Ajustável , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

10 - Escova P/ Citologia

Descrição Detalhada: Escova P/ Citologia Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Desmontável, Autoclavável , Tipo Cerdas: Cerdas Em Nylon , Uso: Ponta Metálica, Protegida , Características Adicionais: Extremidade Não Traumática, Cateter De Teflon , Diâmetro: 1,8 MM, Aplicação: P/ Citologia De Broncoscopia , Comprimento: 120 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 220,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (16)

11 - Pinça p/ endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça P/ Endoscópio Tipo: Extração De Cálculo , Tipo Ponta: Cesta (Basket) Hexagonal , Tipo Fio: 4 Fios De Aço , Diâmetro Ponta: Cerca De 25 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 180 Cm , Haste: Haste S/ Isolamento , Componente 2: Manopla , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.634,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

12 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça P/ Endoscópio Tipo Fio: Aço Inoxidável , Haste: Haste S/ Isolamento , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Componente 2: Manopla , Tipo: Retirada De Corpo Estranho , Tipo Ponta: Com 4 Garras , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

13 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça P/ Endoscópio Tipo Fio: Aço Inoxidável , Haste: Haste S/ Isolamento , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Componente 2: Manopla , Tipo: Biópsia , Tipo Ponta: Concha Fenestrada , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.870,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

14 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça P/ Endoscópio Tipo: Biópsia , Tipo Ponta: Concha Fenestrada C/ Espícula , Tipo Fio: Aço Inoxidável , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 120 Cm , Haste: Haste S/ Isolamento , Componente 2: Manopla , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.426,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (6)

15 - Pinça p/ endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho , Tipo Ponta: Jacaré C/ Dente De Rato , Tipo Fio: Aço Inoxidável , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 160 Cm , Haste: Haste S/ Isolamento , Componente 2: Manopla , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.449,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

16 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho , Tipo Ponta: Jacaré , Tipo Fio: Aço Inoxidável , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste S/ Isolamento , Componente 2: Manopla , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.080,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

17 - Pinça p/ endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho , Tipo Ponta: Com 4 Garras , Tipo Fio: Aço Inoxidável , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste S/ Isolamento , Componente 2: Manopla , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.893,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (8)

18 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Traumática , Modelo 2: Jacaré , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Componente: Manopla C/ Cremalheira , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 928,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (6)

19 - Pinça p/ endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça P/ Endoscópio Tipo: Biópsia , Tipo Ponta: Oval , Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar , Diâmetro Ponta: Cerca De 35 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste Isolada , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.750,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (24)

20 - Pinça p/ endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça P/ Endoscópio Tipo: Biópsia , Tipo Ponta: Concha , Tipo Fio: Aço Inoxidável , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm , Haste: Haste S/ Isolamento , Componente 2: Manopla , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.353,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (24)

21 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Pinça P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho , Tipo Ponta: Dente De Rato , Tipo Fio: Aço Inoxidável , Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 230 Cm , Haste: Haste S/ Isolamento , Componente 2: Manopla , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.360,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (18)