

MEMORANDO SEI N° 0020411580/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 05 de março de 2024.

À SAP - LCT

Sra. Pregoeira Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **542/2023**

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezada Senhora,

Em atenção a Informação SEI nº 0020235892, referente a convocação do item 9, informamos que a amostra foi recebida e testada pela equipe técnica do Laboratório Municipal.

Sendo assim, segue o Parecer Técnico:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer Técnico
9	5166 - Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou K3, 2ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	Distrilab Distribuidora de Equipamentos e Insumos Laboratoriais Ltda	FIRSTLAB	APROVADA Parecer técnico 0020412569

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 05/03/2024, às 15:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020411580** e o código CRC **099E51DB**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.255210-0

0020411580v5

PARECER TÉCNICO Nº 11/2024

Material: **Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou k3, 2ml**
Quantidade Enviada: 100 unidades
Marca: FIRSTLAB
Lote: 2558.0005.23
Validade: 11/2024
Setor Avaliador: Coleta, Controle de Qualidade e Hematologia
Período da Avaliação: Fevereiro 2024

Descritivo do Edital para avaliação:


Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão.

1. As características físicas do material estão de acordo com o descritivo do edital?
 SIM () NÃO
2. A tampa veda bem?
 SIM () NÃO () NÃO SE APLICA
3. Tamanho da boca do Tubo facilita o ato de desprezar o material?
 SIM () NÃO () NÃO SE APLICA
4. Recipiente tem marca para orientar o volume mínimo e máximo de preenchimento?
 SIM () NÃO () NÃO SE APLICA
5. Boa visualização do material?
 SIM () NÃO
6. É de material resistente?
 SIM () NÃO
7. Boa segurança no manuseio?
 SIM () NÃO

Avaliação: APROVADO
 REPROVADO


Michelle Regine Anversi Cordeiro
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0178AU
Matrícula 44.143


Márcia Cristina dos Santos Pereira
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0046AU
Matrícula 37.064


Tássia Regina Selinke
Analista Clínico – CRF/SC 6122
Matrícula 56.504


Carolina Simone de Souza de Oliveira
Responsável Técnica - CRF/SC 8600
Coordenação
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA
Coordenação e Responsável Técnica
CRF SC 8600
Matrícula 40.412