



MEMORANDO SEI Nº 30381349/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 31 de julho de 2026.

À SAP.LCT

Prezados,

Em resposta ao Memorando SEI 30378081, encaminhamos análise das propostas apresentadas no Processo Licitatório SEI nº 26.0.104151-4, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca Registrada	Valor Unit. Lance	Proposta	Registro do Produto	Ficha técnica	Exige Amostras	Análise
8	911803 - BOLSA PRESSURIZADORA BOLSA PRESSURIZADORA PARA INFUSÃO DE FLUÍDOS (SORO/SANGUE), ALÇA DE FIXAÇÃO AO SUPORTE, GANCHO PARA SUPORTE DE FRASCOS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO, COM MANÔMETRO ANALÓGICO CONECTADO DIRETAMENTE NO CORPO DO PRESSURIZADOR. COM CAPACIDADE DE PRESSÃO DE NO MÍNIMO 300 MMHG, VISOR EM ACRÍLICO/POLIMETILMETACRILATO E BOMBA DE AR (PERA/BULBO) QUE SE CONECTA AO MANGUITO, PERMITINDO INFLÁ-LO. LIVRE DE LÁTEX. CAPACIDADE DE 1.000 ML, CONFECCIONADA COM MATERIAL QUE PERMITA HIGIENIZAÇÃO.	UN	50	NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CLEAR FUSE	785,00	página 01 e 02 - 30378057	Anvisa: 80574040002 página 06 - 30378057	página 04 e 05 - 30378057	Exige	Solicito diligência: ausência de informação na ficha técnica sobre pressão do pressurizador de no mínimo 300mmHg, ausência de informação sobre visor ser de acrílico/polimetilacrilato.
37	25053 - DRENO DE TORAX Nº 12 C /1000 ML (KIT COMPLETO) COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, PVC, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO COM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO. ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KIT	70	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDSHARP	30,88	página 01 - 30377998	Anvisa: 80267170021 página 02 - 30377998	páginas 04 e 05 - 30377998	-----	Proposta classificada
38	25054 - DRENO DE TORAX Nº 14 COM 1000 ML (KIT COMPLETO) COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, PVC, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO COM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO. ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KIT	70	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDSHARP	30,88	página 01 - 30377998	Anvisa: 80267170021 página 02 - 30377998	páginas 04 e 05 - 30377998	-----	Proposta classificada

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777330
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 31/07/2026, às 08:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30381349** e o código CRC **65D97920**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.104151-4

30381349v3