



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0017603660/2023 - SES.UAFACM

Joinville, 10 de julho de 2023.

À SAPLCT

Encaminhamos a análise técnica da proposta apresentada para o item 106, assim como, a análise das respostas dos questionamentos referentes aos itens 53 e

54:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostra	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
53	25052	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) MONOLUMEN 6 FR	KIT PARA INSERÇÃO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), MONOLUMEM, COM CALIBRE DE 6 FR, COMPRIMENTO DE 60 A 75 CM, CONFECCIONADO EM SILICONE, RADIOPACO, DEVERÁ APRESENTAR MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO DE UM CONJUNTO INTRODUTOR COM AGULHA E CATETER PERIFÉRICO TIPO BIPARTIDO, DE ABAS FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER LOCK COM TUBO EXTENSOR INTEGRADO E CLAMP CORTA FLUXO SENDO A AGULHA DO CATETER CONSTITUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, FITA MÉTRICA E GARROTE PARA PUNÇÃO ESTÉRIL. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNIDADE	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA.	Medicone	Descrição da proposta refere comprimento cerca de 110 cm e edital exige comprimento de 60 a 75 cm (SEI 0017542337 pág. 01) porém na ficha técnica apresentada (SEI 0017542337 pág. 06) consta Modelo 6 Fr comprimento de 650 mm. Proposta não deixa claro que o item possui garrote para punção estéril.	80020550045 Registro ativo, confirmado no portal ANVISA.	Exige	Válido até 07/12/2023	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Considerando a informação da empresa no chat (SEI nº 0017602607), de que o item ofertado não possui garrote estéril, a proposta está reprovada por não atender as exigências do edital.
54	13214	COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER	CURATIVO AUTOADESIVO DE POLIURETANO, TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO, SEMIPERMEAVEL AS TROCAS	UNIDADE	CPC Comércio e Representações Comerciais LTDA	CRAL/ COPERTINA	De acordo	10379860234 Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 06/09/2023	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada

			GASOSAS, HIPOALERGENICO. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES. APRESENTAR FENDA PARA SAÍDA DE EQUIPOS E TUBULAÇÕES. DEVE POSSUIR TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER E FIXAÇÃO ADEQUADA E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 6 A 9 CM DE LARGURA E 7 A 10CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP. TECNICO E REG. NA ANVISA.									
106	5157	ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G)	ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA ), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.	UNIDADE	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE Ltda	Medix	De acordo	80495519044- Registro vigente, porém, referente a escalpe sem dispositivo de segurança, confirmado no portal da Anvisa. Em consulta ao portal da Anvisa, consta número diferente de registro vinculado aos escalpes da marca ofertada com dispositivo de segurança.	Exige	---	-----	Proposta reprovada, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a escalpe sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, consta outro registro do apresentado pela empresa referente a escalpe com dispositivo de segurança.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 10/07/2023, às 16:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017603660** e o código CRC **8FAA7A8C**.

