

MEMORANDO SEI Nº 30707560/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 28 de agosto de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Convocação da amostras - Pregão Eletrônico **112/2026**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem - Fios cirúrgicos.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a Convocação SEI nº 30426632 segue o resultado da análise das amostras:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Parecer
60	47042 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM	ENV	CIRURGICA SENHORA LTDA	NOSSA MEDIX	Amostra aprovada conforme SEI nº 30705742

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 28/08/2026, às 11:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30707560** e o código CRC **F4E66789**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.040569-5

30707560v9

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 112/2026

ITEM : 60 –FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 1,9 CM A 2,0 CM

DESCRIÇÃO: 47042 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 1,9 CM A 2,0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 5.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO DE 1,90 A 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

FORNECEDOR: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA

MARCA: MEDIX

REGISTRO 80495519040

LOTE: = 250701

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04

AValiação Técnica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	☒ Atende () Não atende
Maleabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	☒ Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Formato da ponta:	☒ Atende () Não atende
Curvatura:	☒ Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	☒ Atende () Não atende
Penetrabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência do arame:	☒ Atende () Não atende
Encastamento da agulha e fio:	☒ Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na ANVISA, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

(☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Bom

DATA: 26/08/2026 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Dr. Felipe Fogliatto
CRM/SC 43120