



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS**

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310  
Fone: (47) 3481-5125 – Web: <http://saude.joinville.sc.gov.br>  
E-mail: [suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br](mailto:suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br)



Ata da reunião para análise das propostas apresentadas ao Pregão nº 188/2016, para **Aquisição de Materiais de Enfermagem**. Aos 25 dias de janeiro de 2017, às 14:00h, reuniram-se na Coordenação de Suprimentos, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 4/2017/SMS**, para análise das propostas apresentadas. O Pregoeiro juntamente com sua equipe e a Comissão de Padronização classificaram as empresas conforme Memorando nº 007/2017/SMS/GUAF/SAMA, e após esta análise foram desclassificados os seguintes itens das seguintes empresas: **DIMACI SC MAT. CIRÚRGICOS LTDA** - Itens desclassificados: **Item 012** (Agulha 13 x 4,5 mm) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) não consta o tamanho da agulha citado no descritivo do edital anexo I; **Item 015** (Agulha 30 x 07 mm) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) não consta o tamanho da agulha citado no descritivo do edital anexo I; **Item 224** (Lanceta com disp. segurança) - Motivo: Proposta não cita o modelo cotado e o registro do produto (ANVISA) não constam os tamanhos das agulhas solicitados em edital no anexo I. **DISQUEMED DIST. DE MAT. HOSP. LTDA** - Itens desclassificados: **Item 018** (Agulha para caneta de insulina 5mm) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) não consta o tamanho da agulha citado no descritivo do edital anexo I; **Item 070** (Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm estéril) - Motivo: Não Apresentou Registro do produto (ANVISA) ou isenção conforme solicitado em edital 8.13.1; **Item 0115** (Fixador para exame citopatológico) - Motivo: Não Apresentou Registro do produto (ANVISA) ou isenção conforme solicitado em edital 8.13.1; **Item 0116** (Frasco de alimentação) - Motivo: Não Apresentou Registro do produto (ANVISA) ou isenção conforme solicitado em edital 8.13.1; **Item 0119** (Gorro descartável) - Motivo: Não Apresentou Registro do produto (ANVISA) ou isenção conforme solicitado em edital 8.13.1; **Item 0154** (Óculos de proteção) - Motivo: Não Apresentou Registro do produto (ANVISA) ou isenção conforme solicitado em edital 8.13.1; **Item 0165** (Seringa de insulina) - Motivo: Registro do produto na (ANVISA) em desacordo com o descritivo citado em edital no anexo I; **Item 220** (Avental cir. Estéril G) - Motivo: Propostas não contem os laudos originais ou autenticadas conforme citado edital 8.13.10; **Item 221** (Campo cir. estéril) - Motivo: Propostas não contem os laudos originais ou autenticadas conforme citado edital 8.13.10; **Item 222** (Campo cir. Fenestrado estéril) - Motivo: Propostas não contem os laudos originais ou autenticadas conforme citado edital 8.13.10; **Item 225** (Mat. esterilização 30 x 30 cm) - Motivo: Propostas não contem os laudos originais ou autenticadas conforme citado edital 8.13.9; **Item 226** (Mat. esterilização 60 x 60 cm) - Motivo: Propostas não contem os laudos originais ou autenticadas conforme citado edital 8.13.9; **Item 227** (Mat. esterilização 30 x 30 cm (azul) - Motivo: Propostas não contem os laudos originais ou autenticadas conforme citado edital 8.13.9; **Item 228** (Mat. esterilização 60 x 60 cm (azul) - Motivo: Propostas não contem os laudos originais ou autenticadas conforme citado edital 8.13.9. **METROMED COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA** - Itens desclassificados: **Item 59** (Cateter 20) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) não consta dispositivo de segurança conforme solicitado em edital no anexo I; Empresa apresentou proposta de produto com parecer negativo, não sendo necessário nova avaliação. Edital 267/2015 (**Reprovado**, as amostras apresentadas não apresentaram resultado satisfatório em uso, pois o sistema de segurança apresenta fragilidade podendo colocar o profissional técnico em risco); **Item 60** (Cateter 22) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) não consta que dispositivo de segurança conforme solicitado em edital no anexo I; Empresa apresentou proposta de produto com parecer negativo, não sendo necessário nova avaliação. Edital 267/2015 (**Reprovado**, as amostras apresentadas não apresentaram resultado satisfatório em uso, pois o sistema de segurança apresenta fragilidade podendo colocar o profissional técnico em risco); **Item 61** (Cateter 24) - Motivo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS**

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310  
Fone: (47) 3481-5125 – Web: <http://saude.joinville.sc.gov.br>  
E-mail: [suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br](mailto:suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br)



Registro do produto (ANVISA) não consta que dispositivo de segurança conforme solicitado em edital no anexo I; Empresa apresentou proposta de produto com parecer negativo, não sendo necessário nova avaliação. Edital 267/2015 (**Reprovado**, as amostras apresentadas não apresentaram resultado satisfatório em uso, pois o sistema de segurança apresenta fragilidade podendo colocar o profissional técnico em risco); **Item 132** (Lençol de tnt) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) com divergência com o produto citado (campo cirúrgico e não consta o tamanho citado no descritivo do edital anexo I). **INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA -** Itens desclassificados: **Item 66** (Coletor perfuro cortante 20 litros) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) não consta a quantidade de litros do produto conforme citado no descritivo no edital anexo I; **Item 84** (equipo macrogotas valvulado) - Motivo: Registro com divergência e não consta os laudos citado em edital 8.13.2. **MDA INDUSTRIA E COM. EPP -** Itens desclassificados: **Item 69** (Compressa de gaze tipo queijo) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) vencido. **CPH – ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA EPP -** Itens desclassificados: **Item 68** (Compressa campo operatório) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) com divergência, pois não cita fio radiopaco conforme solicitado em edital no anexo I; **Item 71** (Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm c 500 pçs) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) com divergência, pois não cita o peso do produto conforme solicitado em edital no anexo I; **Item 59** (Cateter 20) - Motivo: proposta não costa a declaração conforme solicitado em edital 8.13.4; Empresa apresentou proposta de produto com parecer negativo, não sendo necessário nova avaliação. Edital 267/2015 (**Reprovado**, as amostras apresentadas não apresentaram resultado satisfatório em uso, pois o sistema de segurança apresenta fragilidade podendo colocar o profissional técnico em risco); **Item 60** (Cateter 22) - Motivo: proposta não costa a declaração conforme solicitado em edital 8.13.4; Empresa apresentou proposta de produto com parecer negativo, não sendo necessário nova avaliação. Edital 267/2015 (**Reprovado**, as amostras apresentadas não apresentaram resultado satisfatório em uso, pois o sistema de segurança apresenta fragilidade podendo colocar o profissional técnico em risco); **Item 61** (Cateter 24) - Motivo: proposta não costa a declaração conforme solicitado em edital 8.13.4; Empresa apresentou proposta de produto com parecer negativo, não sendo necessário nova avaliação. Edital 267/2015 (**Reprovado**, as amostras apresentadas não apresentaram resultado satisfatório em uso, pois o sistema de segurança apresenta fragilidade podendo colocar o profissional técnico em risco); **Item 84** (equipo macrogotas valvulado) - Motivo: Registro com divergência e não contém os laudos e declaração conforme citado em edital 8.13.2. **BLUMEDICA PROD. MÉDICOS E CIR. LTDA -** Itens desclassificados: **Item 59** (Cateter 20) - Motivo: Empresa apresentou proposta de produto com parecer negativo, não sendo necessário nova avaliação. Edital 267/2015 (**Reprovado**, as amostras apresentadas não apresentaram resultado satisfatório em uso, pois o sistema de segurança apresenta fragilidade podendo colocar o profissional técnico em risco); **Item 60** (Cateter 22) - Motivo: Empresa apresentou proposta de produto com parecer negativo, não sendo necessário nova avaliação. Edital 267/2015 (**Reprovado**, as amostras apresentadas não apresentaram resultado satisfatório em uso, pois o sistema de segurança apresenta fragilidade podendo colocar o profissional técnico em risco); **Item 61** (Cateter 24) - Empresa apresentou proposta de produto com parecer negativo, não sendo necessário nova avaliação. Edital 267/2015 (**Reprovado**, as amostras apresentadas não apresentaram resultado satisfatório em uso, pois o sistema de segurança apresenta fragilidade podendo colocar o profissional técnico em risco); **Item 90** (Esparadrapo) - Motivo: Proposta com divergência na digitação da quantidade e valores conforme solicitado em edital no anexo I; **Item 138** (Luva Gin. Plastica) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) vencido; **Item 84** (equipo macrogotas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS**

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310  
Fone: (47) 3481-5125 – Web: <http://saude.joinville.sc.gov.br>  
E-mail: [suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br](mailto:suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br)



valvulado) - Motivo: Proposta em divergência pois não cita o modelo cotado; Laudo não cita descritivo do edital anexo I; **Item 224** (Lanceta com disp. segurança) - Motivo: Proposta não cita o modelo cotado para conferência do registro do produto (ANVISA). **CF MEDICAL ME** - Itens desclassificados: **Item 133** (luva cir. estéril) - Motivo: Proposta com divergência do descritivo do edital do anexo I; **Item 134** (luva cir. estéril) - Motivo: Proposta com divergência do descritivo do edital do anexo I; **Item 135** (luva cir. estéril) - Motivo: Proposta com divergência do descritivo do edital do anexo I; **Item 136** (luva cir. estéril) - Motivo: Proposta com divergência do descritivo do edital do anexo I; **Item 137** (luva cir. estéril) - Motivo: Proposta com divergência do descritivo do edital do anexo I. **CIRURGICA SANTA CRUZ** - Itens desclassificados: **Item 230** (Indicador Integrador químico) - Motivo: Proposta e registro (ANVISA) não constam o registro BSI citado no descritivo de produto conforme solicitado em edital anexo I. **ALTERMED MAT. MÉD. HOSP. LTDA** - Itens desclassificados: **Item 15** (Agulha 30 x 8 mm) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) em divergência com a marca cotada; **Item 84** (equipo macrogotas valvulado) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) e laudos com divergências do descritivo do edital 8.13.2; Cancelamento da proposta a pedido da empresa. **Item 224** (Lanceta com disp. segurança) - Motivo: Registro do produto (ANVISA) não cita dispositivo de segurança, não consta a declaração conforme solicitado em edital 8.13.7. **OLIMED MAT. HOSP. LTDA** - Itens desclassificados: \*\* Toda a proposta da cota Exclusiva e Reservada, pois a empresa não se enquadra nestas duas modalidades para o edital; **Item 131** (lençol de papel descartável,) - Motivo: Não apresentou registro (ANVISA) ou isenção conforme solicitado em edital 8.13.1. **STARMED ART. MED. HOSP. LTDA** - Item desclassificado: **Item 131** (lençol de papel descartável,) - Motivo: Não apresentou registro (ANVISA) ou isenção conforme solicitado em edital 8.13.1; **Item 84** (equipo macrogotas valvulado) - Motivo: Proposta não cita o modelo cotado; Registro (ANVISA) não cita descritivo do edital; Não apresenta o os laudos solicitados no edital 8.13.2; **Item 225** (Mat. esterilização 30 x 30 cm) - Motivo: Registro em desacordo e propostas não contem os laudos originais ou autenticadas conforme citado edital 8.13.9; **Item 226** (Mat. esterilização 60 x 60 cm) - Motivo: Registro em desacordo e propostas não contem os laudos originais ou autenticadas conforme citado edital 8.13.9. **PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA** - Itens desclassificados: **Item 59** (Cateter 20) - Motivo: Empresa apresentou proposta de produto com parecer negativo, não sendo necessário nova avaliação. Edital 267/2015 (**Reprovado**, as amostras apresentadas não apresentaram resultado satisfatório em uso, pois o sistema de segurança apresenta fragilidade podendo colocar o profissional técnico em risco); **Item 60** (Cateter 22) - Motivo: proposta não consta a declaração conforme solicitado em edital 8.13.4; Empresa apresentou proposta de produto com parecer negativo, não sendo necessário nova avaliação. Edital 267/2015 (**Reprovado**, as amostras apresentadas não apresentaram resultado satisfatório em uso, pois o sistema de segurança apresenta fragilidade podendo colocar o profissional técnico em risco); **Item 61** (Cateter 24) - Motivo: proposta não consta a declaração conforme solicitado em edital 8.13.4; Empresa apresentou proposta de produto com parecer negativo, não sendo necessário nova avaliação. Edital 267/2015 (**Reprovado**, as amostras apresentadas não apresentaram resultado satisfatório em uso, pois o sistema de segurança apresenta fragilidade podendo colocar o profissional técnico em risco); **SEBOLD COM. E ATAC LTDA ME** - **Item 84** (equipo macrogotas valvulado) - Motivo: Cancelamento da proposta a pedido da empresa. **CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA** - **Item 84** (equipo macrogotas valvulado) - Motivo: Cancelamento da proposta a pedido da empresa. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS**

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310  
Fone: (47) 3481-5125 – Web: <http://saude.joinville.sc.gov.br>  
E-mail: [suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br](mailto:suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br)



**Pregoeira:** Silvia Cristina Bello

**Equipe de apoio:** Marcio Haverroth

Camila Cristina Kalef