



MEMORANDO SEI Nº 26895882/2025 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 22 de setembro de 2025.

Ao
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 334/2025.
Objeto: Aquisição de embalagem para esterilização para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.

Prezados,

Em resposta aos Memorandos SEI 26892933 , viemos por meio deste, encaminhar a análise das propostas do Processo Licitatório SEI nº 25.0.129927-7 para o item 3, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Registro	Prospecto	Laudos	Análise
1	EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 120 X 120 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE	Unidade	36.000	SISPACK/ACM EDICALTDA	Sispack/Modulo: SM0120L	Isento, conforme Nota Técnica 218/2020 página 4 -	OK, apresentou - página 3 - 26683323	Ok, de acordo Apresentou no prospecto a composição do tecido, inserido no documento 26683323; Laudo sobre a impermeabili	Proposta habilitada para próxima fase

MATERIAIS HOSPITALA RES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/ MELTBLOW/ SUPUNBON D 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIAN A DOTADA DE POROSIDAD E CONTROLA DA, ATÓXICA, HIPOALERG ÊNICA E NÃO INFLAMÁVE L; DEVE SER HIDRORREP ELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁV EL, GRAMATUR A MÍNIMA 40G/M2. POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃ O E GRAMATUR A DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIAN A E VIRAL, NÃO EMIÇÃO DE PARTÍCULA S, BARREIRA MICROBIAN A.					26683 323	dade e gramatura na página 30 do documento 26 774211, e laudos de eficiência de filtração bacteriana e viral nas páginas 21 e 22 26774211, sobre a não emissão de partículas, a certificação está ligada à sua barreira microbiana eficaz e biocompatibil idade vide páginas 1 e 19 26774211	
---	--	--	--	--	--------------	---	--

	MEDIDAS: 120 X 120 CM.								
2	EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 100 X 100 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/ MELTBLOW/ SUPUNBOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANADA DOTADA DE POROSIDADE E CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA E NÃO INFLAMAVEL; DEVE SER HIDROREPELENTE, MOLDÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 40G/M2. POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E	Unidade	48.000	SI SP AC K M ED IC AL LT D A	Sispack/ Sispack Mod elo: SM S10 010 0L	Isento, conforme Nota Técnica 218/2020 página 4 - 26683323	OK, apresentou - página 3 - 26683323	Ok, de acordo Apresentou no prospecto a composição do tecido, inserido no documento 26 683323; Laudo sobre a impermeabilidade e gramatura na página 30 do documento 26 774211, e laudos de eficiência de filtração bacteriana e viral nas páginas 21 e 22 26774211, sobre a não emissão de partículas, a certificação está ligada à sua barreira microbiana eficaz e biocompatibilidade vide páginas 1 e 19 26774211	Proposta habilitada para próxima fase

	GRAMATURADO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMIÇÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 100 X 100 CM								
3	EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 80 X 80 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/ MELTBLOW/ SUPUNBOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA E NÃO INFLAMATÓRIA	Unidade	144.000	POLARFIX CÓD. F07554 US 90x90cm TRILIA E COMERCIALIZADOS AUTODISTRIBUÍDA	Polarr Fix CÓD. F07554 90x90cm	Isento, conforme Resolução 1.249/2021, página 5 a 9 - 26773796	OK, apresentou na página 2 a 3 - 26773796	Empresa apresentou medidas maiores e não compromete sua finalidade, podendo ser utilizado perfeitamente. Apresentou na página 1 do documento 26892888 a composição e gramatura correspondente; Laudos de eficiência em filtração viral nas páginas 2 à 7 do documento 26892888 porém a gramatura do tecido testado é de 60 G/M² e não de 40 G/M² como consta nas páginas 3 e 5 ;	Aguardando nova diligência nos laudos

	L; DEVE SER HIDRORREP ELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATUR A MÍNIMA 40G/M2. POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 80 X 80 CM						Laudo em eficiência de filtração bacteriana na página 8 do documento 26 892888. NÃO APRESENTOU LAUDO DE EMISSÃO DE PARTÍCULAS E GRAMATURA DO MATERIAL TESTADO EM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL NOS LAUDOS NÃO CORRESPONDE COM GRAMATURA SOLICITADA	
4	EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 50 X 50 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/ MELTBLOW/ SUPUNBOND 3	Unidade	144.000	SISPAC M EDIC ALTD A	Sispack/ Sispack Modulo: SM S50 50L	Isento, conforme Nota Técnica 218/2020 página 4 - 26683323	OK, apresentou - página 3 - 26683323 Ok, de acordo Apresentou no prospecto a composição do tecido, inserido no documento 26 683323; Laudo sobre a impermeabilidade e gramatura na página 30 do documento 26 774211, e laudos de eficiência de filtração bacteriana e viral nas páginas 21 e 22 26774211,	Proposta habilitada para próxima fase

CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMAVEL; DEVE SER HIDROREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 40G/M2. POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 50 X 50 CM						sobre a não emissão de partículas, a certificação está ligada à sua barreira microbiana eficaz e biocompatibilidade vide páginas 1 e 19 26774211	
---	--	--	--	--	--	--	--



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Soares, Servidor(a) Público(a)**, em 23/09/2025, às 09:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26895882** e o código CRC **5B717FB8**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.129927-7

26895882v7