Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 0024740921/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 07 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **547/2024**
ITEM 05 - CÓDIGO 918020 - GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO

DESCRIÇÃO	918020 - GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO COM GRAMATURA DE 30 G / M2, ANTIALÉRGICO, NA COR BRANCO, VENTILAÇÃO ADEQUADA, FORMATO ANATÔMICO, ELÁSTICO DUPLO. EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADES.
FORNECEDOR	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
MARCA	VABENE
REGISTRO ANVISA	Registro da proposta 81818109001. Registro da amostra 81818100004
LOTE	VB1334-03/2024
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 pacote com 100 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA
EMBALAGEM
Apontamentos:
(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica
ATENDIMENTO AO DESCRITIVO
Apontamentos:
( ) Adequada (X) inadequada ( ) Não se aplica
O edital exige "com gramatura de 30 g / m^2", porém, a amostra ofertada possui gramatura inferior a 20g/m^2.
FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA
Apontamentos:
( ) Adequada (X) inadequada ( ) Não se aplica
Gramatura inferior ao solicitado em edital.

CONCLUSÃO: A amostra possui gramatura inferior ao exigido no edital. A amostra é referente a produto com registro Anvisa diferente do informado pela empresa na prosposta. AMOSTRA REPROVADA.

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 07/03/2025, às 09:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0024740921** e o código CRC **B441B4EB**.