

**MEMORANDO SEI Nº 30208722/2026 - SES.UCO.ACM**

Joinville, 15 de julho de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **132/2026**

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Em atenção ao memorando SEI nº 30207859, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medi da	Fornecedo r	Marca Registr ada	Modelo	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostr as	Parecer
16	910956 - CURATIVO ALGINATO DE	PC	DBV COMERCI O	Casex	A1010 A	A proposta apresenta descritivo	1022232 0005 - Registro	Apresentou .	Exige.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

CALCIO 10 X 10 CM TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM - FIBRAS DE ALGINATO MACIAS FORMADAS EM MATERIAL NAO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXSUDATO TRANSFORMAND O EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	IMPORTA CAO E EXPORTA CAO DO BRASIL LTDA			resumido.	vigente. Confirma do no portal da ANVISA.		É necessário a apresentação de amostras, conforme exigência do edital.
---	---	--	--	-----------	---	--	---

20	917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO COM AÇÃO ANTIMICROBIAN A, IMPREGNADA COM PRATA, ESTERIL, ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO, TAMANHO MÍNIMO 15 X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA EMISSAO DA NOTA DE ENTREGA.	UNID	BACE COMERCIO INTERNA CIONAL LTDA	OF. PROXIMEL NB AG SILICONE / H. FORYO U Marca na proposta: PROXIMEL BASIC NON BORDER TRACHEOSTOMIA 8X8 CM	15713110	Descritivo da proposta diferente do item 20 do edital.	80170310097 - Registro do curativo PROXIMEL® BASIC NON BORDER . Vigente. Confirma do no portal da ANVISA .	Apresentou	Exige.	O edital exige: <i>curativo de alta absorção com prata composto por espuma de poliuretano com ação antimicrobiana, impregnada com prata, estéril, alta capacidade de absorção, tamanho mínimo 15 x 15 cm. A proposta apresenta o seguinte descritivo: oferecemos curativo de espuma de poliuretano, estéril, medidas: 8x8cm, macio pré recortado para traqueostomia e drenos, composto por uma estrutura de duas camadas, sendo elas: uma camada superior protetora em filme de poliuretano à prova d'água e permeável ao vapor e uma camada de espuma absorvente de poliuretano. desenvolvida para estimular o gerenciamento dinâmico de fluidos, a composição em duas camadas proporciona um ambiente úmido ideal. o curativo para traqueostomia é indicado para o cuidado adjacente às cânulas de traqueostomia e aplicações tubulares se</i>
----	---	------	-----------------------------------	---	----------	--	--	------------	--------	--

								<i>necessário, o curativo pode ser recortado para adaptar-se ainda melhor. embalagem individual contendo: nº de lote, data de fabricação, validade, responsável técnico e registro na ANVISA. 911 sei 26.0.048874.</i> <i>O prospecto apresenta o seguinte descritivo: O Proximel® Basic Non Border consiste em uma cobertura de poliuretano composta por duas camadas sendo elas: uma camada superior protetora em filme de poliuretano à prova d'água e permeável ao vapor e uma camada de espuma absorvente de poliuretano. Desenvolvida para estimular o gerenciamento dinâmico de fluidos, a composição em duas camadas proporciona um ambiente úmido ideal.</i> Proposta desclassificada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

28	25655 - CURATIVO TRANSPARENTE DE SILICONE 10 CM X 15 CM UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS TRAUMÁTICAS, ABRASIVAS, PERDA DE PELE; PERMITE PASSAGEM DO EXUDATO PARA OUTRO CURATIVO SECUNDÁRIO; CONFECCIONADO EM SILICONE E FILME DE POLIURETANO, PERFURADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO; TAMANHO MÍNIMO 10 X 15 CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REG. MS/ ANVISA.	UNIDADE	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	ESSITY /BSN MEDICAL	CUTICELL CONTA CT 10X18 CM.	De acordo.	10224000074 - registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA	Apresentou	Exige.	Proposta de acordo com o edital, classificada. Não haverá necessidade de apresentação de amostra, considerando que o item já foi analisado e aprovado anteriormente, conforme memorando SEI 27792044.
----	---	---------	---	---------------------	-----------------------------	------------	--	------------	--------	--

32	13743 - HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 10 X 10 CM IMPERMEÁVEL A LÍQUIDO, COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, CAMADA INTERNA FORMADA POR PARTÍCULAS HIDROATIVAS, A BASE DE CARBOXIMETILC ELULOSE E/OU GELATINA E/OU PECTINA, PODENDO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO, TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ ANVISA.	PÇ	GOLDME D IMPORTA CAO DE PRODUTO S HOSPITAL ARES LTDA.	Pharma plast	Pharma coll - CollExt raT 100100	De acordo.	8160609 0054 - registro vigente. Confirma do no portal da ANVISA .	Apresentou .	Exige.	Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário a apresentação de amostras, conforme exigência do edital.
----	---	----	---	-----------------	--	------------	--	-----------------	--------	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Coordenador(a)**, em 16/07/2026, às 11:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30208722** e o código CRC **9E528348**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.048874-4

30208722v11