

MEMORANDO SEI Nº 0021379224/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 17 de maio de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica de Amostras.

Pregão Eletrônico 327/2023 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Encaminhamos as informações acerca das amostras já analisadas:

Item	Material/Serviço	EMPRESA	PARECER
14	916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM	AMED S/A	Amostra aprovada conforme SEI nº 0021377835 (página 1).
16	916912 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0021377835 (página 2).
20	909675 - ATADURA GESSADA 10 CM X 3M	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	Conforme SEI nº 0021320304, durante a análise das amostras verificou-se que estas apresentam baixa cremosidade, desprendimento do gesso ao molhar, desfiamento e arenosidade. Amostra reprovada.
25	9424 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0021196930.
32	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0021300376.
33	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL	FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	Conforme SEI nº 0021236918, durante a análise das amostras verificou-se as seguintes medidas: Altura 107 cm x Largura 130 cm. O

	DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT	MATERIAS HOSPITALARES LTDA	edital exige medidas mínimas Altura: 110 cm X largura 140 cm. Amostra reprovada.
34	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO	SUL MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0021266407.
47	909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25CM X 23CM	AMED S/A	Conforme SEI nº 0021323486 , durante a análise das amostras verificou-se que o cadarço duplo em forma de alça rompe com facilidade. Amostra reprovada.
48	909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25CM X 23CM	CSMED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0021327359 (página 2).
54	912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0021377835 (página 3).
55	909690 - COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS	AMED S/A	Amostra aprovada conforme SEI nº 0021323486.
56	909690 - COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS	CSMED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0021327359 (página 1).
60	916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M FITA ADESIVA	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	Conforme SEI nº 0021320300, durante a análise das amostras verificou-se que o material não adere ao contato com a pele, solta com facilidade e com desfiamento das bordas. Amostra reprovada.
79	29858 - MASCARA PFF2 PARA ATENDIMENTO AO COVID-19	SC MED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0021377835 (página 4).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 17/05/2024, às 11:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021379224** e o código CRC **803083CC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.176853-2

0021379224v2

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 14

916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 32,50 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota principal

FORNECEDOR: AMED S/A

MARCA: EDUARDA PREMIUM

LOTE: C18-9

REGISTRO (ANVISA): 81481900008

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Embalagem adequada.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Dados corretos conforme descritivo.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Material de boa qualidade, adequado as necessidades exigidas pelo setor do pronto socorro.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 16/05/24

Daniela Tassan
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 16

916912 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, TAMANHO 20 CM X 1,8 M EM REPOUSO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 42 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota principal

FORNECEDOR: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: MARCA: POLARFIX

LOTE: 022024 CQ:78084 B

REGISTRO (ANVISA): 8003400027

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: com dados corretos e embalagem adequada

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: De acordo com descritivo.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: boa utilização no pronto socorro. Adequada às necessidades exigidas

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 16/05/24

Daniela Ferrari
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Enfermeira Supervisor
DANIELA FERRARI
COREN 136628

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 54

912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 7.5 X 7.5 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS, ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: LARISMED

LOTE: 008 13F

REGISTRO (ANVISA): 80773020009

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 PACOTES COM 10 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Embalagem adequada com boa qualidade

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: De acordo com descritivo, dados adequados.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Adequada as necessidades do pronto socorro.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 16/05/24

Daniela
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 79

29858 - MASCARA PFF2 PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 RESPIRADOR COM FILTRO CLASSE PFF-2, APRESENTANDO EFICIENCIA DE FILTRACAO NO MÍNIMO DE 94% CONTRA A PENETRACAO DE AEROSSOIS PARTICULADOS NAO OLEOSOS E EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA (EFB) SUPERIOR A 99%, COM BARREIRA CONTRA FLUIDOS E PARTICULAS GRANDES DE GOTICULA. DESCARTAVEL, PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL PARA PARTICULAS, DE USO INDIVIDUAL, FORMATO ANATOMICO, TIPO CONCHA OU BICO DE PATO, FACIL AJUSTE FACIAL, VEDACAO ADEQUADA, TAMANHO REGULAR, PEQUENO, COM UM CLIPE NASAL PARA AJUSTE NO NARIZ COM PROTECAO INTERNA E COM DOIS TIRANTES ELASTICOS PARA UMA MELHOR FIXACAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698/1996, ATENDER NORMAS VIGENTES DE EPI. EMBALAGEM UNITARIA CONSTANDO VALIDADE, LOTE, FABRICANTE. APRESENTAR ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANCA E SAÚDE OU LAUDOS COMPROBATÓRIOS DE EFICIENCIA DE FILTRACAO CONTRA A PENETRACAO DE AEROSSOIS PARTICULADOS NAO OLEOSOS E EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA (EFB). Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: SC MED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA

MARCA: NEVE PREMIUM

LOTE: 2203010205

REGISTRO (ANVISA): 81855830032

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Embalagem adequada, resistente e impermeável.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: De acordo com descritivo acima citado

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Bom contorno facial e adequada as necessidades do ponto socio

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 16/05/24

Daniela Viana
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 20

909675 - ATADURA GESSADA 10 CM X 3M ATADURA GESSADA MEDINDO 10 CM X 3 M A 4 M, BORDAS LATERAIS CORTADAS EM ZIGUE-ZAGUE EVITANDO O DESFIAMENTO, CREMOSIDADE ADEQUADA, ISENTA DE ARENOSIDADE, PERMITINDO USO EFETIVO E BOA SECAGEM EM 5 MINUTOS, NAO DEVENDO APRESENTAR DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR, ENROLADA DE FORMA CONTINUA EM TUBETE E ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E NUMERO DE LOTE

FORNECEDOR: CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

MARCA: MARCA: POLARFIX

LOTE: 69973 02

REGISTRO (ANVISA): 8003400048

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Atende ao descritivo

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Apresenta baixa cremosidade, desprendimento do gesso ao molhar, desfiamento e arenosidade.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Pontos de arenosidade, vindo a apresentar irritabilidade cutânea.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: realiza atrito c/ a pele causando lesão local.

DATA: 10 / 05 / 24

Doniela S. Ferrari
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Doniela S. Ferrari
Enfermeira Superior
COREN 136650/SP

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 47

909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25CM X 23CM COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25 CM X 23 CM = CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRACOES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, POSSUIR FIO RADIOPACO, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, NAO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LIQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTANCIAIS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES TOPICOS. PACOTE PLASTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. Cota principal

FORNECEDOR: AMED S/A

MARCA: VALENTINNA PREMIUM

LOTE: C17-6

REGISTRO (ANVISA): 81481900002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 PACOTES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Embalagem atende ao descrito

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: CADARCO duplo em forma de alça rompe com facilidade.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: PROBLEMAS NO CADARCO DUPLO, muito frágil.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA:

FRAGILIDADE NO MANUSEIO CADARCO.

DATA: 14/05/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 55

909690 - COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 10CM X10CM 13 FIOS - CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS. ALVEJADAS E PURIFICADAS. ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. DEVEM POSSUIR DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR DESFIAMENTO. ALTA CAPACIDADE DE ABSORSAO. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.PACOTE COM 500 UNIDADES Cota principal

FORNECEDOR: AMED S/A

MARCA: CATHARINA PREMIUM

LOTE: C17-5

REGISTRO (ANVISA): 81481900005

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 PACOTES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Embalagem atende descritiva

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: /

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Bom resultado, uso adequado

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: /

DATA: 14/05/24

João Mat. 80200
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 56

DESCRIÇÃO: COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS. CONFECCIONADAS COM FIOS 100 % ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS. ALVEJADAS E PURIFICADAS. ISENTAS DE IMPUREZAS SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. DEVEM POSSUIR DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR DESFIAMENTO. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. IDENTIFICAÇÃO : NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. PACOTE COM 500 UNIDADES. Cota reservada até 25%.

FORNECEDOR: CS MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

MARCA: AMED MODELO : CATHARINA

LOTE: C05-5

REGISTRO ANVISA - 81481900005

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: De acordo com descritivo, fechado e resistente

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: De acordo com descritivo, boa absorção e sem desfiamento.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA: 14/05/24

Sueli Ap. Martins dos Santos, COREN 476108
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO Mohicle 99356

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 48

909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25CM X 23CM COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25 CM X 23 CM = CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRACOES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, POSSUIR FIO RADIOPACO, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, NAO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LIQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES TOPICOS. PACOTE PLASTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE

FORNECEDOR: CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

MARCA: AMED/ VALENTINA

LOTE: C08-6

REGISTRO (ANVISA): 81481900002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 pacotes com 50 unidades cada

AValiação Técnica

EMBALAGEM

Apontamentos: De acordo com descritivo, embalagem fechada e resistente. Com identificação

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: De acordo com descritivo

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: boa absorção e bom antedreno, porém pequena para a demanda exigida no setor de pronto socorro

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 14/05/24

Amila
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 60

916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M FITA ADESIVA, IMPERMEAVEL, DE COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO COM FIBRAS DISTRIBUIDAS NA TRAMA EM RACHADURAS QUE FACILITA O ROMPIMENTO AO MANUSEIO, SEM DESFILAMENTO, IMPERMEABILIDADE ADEQUADA PARA SUA FINALIDADE, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE EM DOBRAS DA PELE SEM CAUSAR DANOS, MASSA ADESIVA DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE FACIL DESPRENDIMENTO/ REMOCAO SEM DEIXAR RESIDUOS OU MANCHAS NA SUPERFICIE. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, CORTE FACIL EM AMBOS OS SENTIDOS, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, ATOXICO, ACONDICIONADO EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA, EM EMBALAGEM UNITARIA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: DISMATH DISTRIB. MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA

MARCA: ADPELE. Fabricante Missner

LOTE: NSH02401

REGISTRO (ANVISA): 80003309005

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Produto atende ao descritivo relacionado ao fácil desprendimento, porém redução da qualidade na fixação do material.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Solte com facilidade, com desfiamento das bordas.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: material não adere ao contato com a pele.

DATA: 10/05/24

Doniela Jassari

Doniela Jassari
Enfermeira Superior
COREN 136898