



MEMORANDO SEI N° 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 29 de janeiro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 473/2023.

Objeto: Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0019930491), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	Comodato?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica	Parecer
24	22156 - INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO	Unidade	185000	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	STERISTAR / C-1055BR	Desacordo. Edital exige embalagem com no	-----	Isento	Apresentou	Proposta indica caixa com 250 unidades e o edital exige no

INTEGRADOR QUÍMICO
CLASSE 5 PARA
MONITORIZAÇÃO DO
CICLO DE ESTERILIZAÇÃO
A VAPOR SATURADO SOB
PRESSÃO, INDICADO PARA
USO INTERNO NOS
PACOTES DURANTE O
PROCESSO DE
ESTERILIZAÇÃO. EFETIVO
ENTRE 121°C E 134°C, OS
VALORES DECLARADOS
DEVEM SER SUPERIORES
A 16,5 MINUTOS A 121°C E
1,2 MINUTOS A 134°C, COM
TIRA INDICADORA
QUÍMICA COM OU SEM
ADESIVO. A LEITURA
PODERÁ SER FEITA A
PARTIR DA MODIFICAÇÃO
VISUAL, TÍPICAMENTE DE
UMA COR A PARA UMA
COR B DISTINTA, OU
RESPOSTA GRADUAL,
COMO OS INTEGRADORES
QUÍMICOS DE
MOVIMENTO FRONTAL
NOS QUAIS SE OBSERVA
UMA MUDANÇA
PROGRESSIVA NO
SENTIDO DE UMA ZONA
DE ACEITAÇÃO APÓS
EXPOSIÇÃO A TODAS AS
VARIÁVEIS CRÍTICAS DO
PROCESSO. DEVERÁ
ATENDER A NBR/ISO
11.140-1. VALIDADE
MÍNIMA DE 12 MESES.
ACONDICIONAR EM

máximo 50
unidades e a
proposta
indica
"Embalagem
com 250 tiras
por pacote.
Valor
referente a
unidade/ tira.
Não abrimos
embalagem."

máximo 50
unidades.
Proposta
desclassificada.

	EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTES COM NO MÁXIMO 50 UNIDADES.									
26	916871 - MATERIAL PARA ESTERILIZACAO 30 X 30 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 30 CM LARG. X 30 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500	FL	600000	ODONTOMED CANAA LTDA	Hospflex	De acordo	-----	Apresentou documentação indicando isenção	Não apresentou	Proposta desclassificada por não atender o item 8.10.2 do edital.

	FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.									
27	916872 - MATERIAL PARA ESTERELIZACAO 60 X 60 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 60 CM LARG. X 60 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A	FL	300000	ODONTOMED CANAA LTDA	Hospflex	De acordo	-----	Apresentou documentação indicando isenção	Não apresentou	Proposta desclassificada por não atender o item 8.10.2 do edital.

TRAÇÃO E A RASGO,
AJUSTÁVEL E MALEÁVEL
AO MANUSEIO E DOBRAS,
USO ÚNICO, PERMEÁVEL
AO AGENTE
ESTERILIZANTE. CONTER
BARREIRA MICROBIANA
COMPROVADA ATRAVÉS
DE LAUDOS BFE
(EFICIÊNCIA DE
FILTRAÇÃO
BACTERIANA) E VFE
(EFICIÊNCIA DE
FILTRAÇÃO VIRAL) DE
ACORDO COM A NORMA
ABNT/NBR 14990/2010.
EMBALAGEM COM NO
MÁXIMO 500 FOLHAS
SEGURA QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO
PRODUTO, CONTENDO
DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE,
LOTE, REGISTRO NO
M.S./ANVISA. VALIDADE
MÍNIMA 20 MESES APOS
EMISSÃO DA N.F. DE
ENTREGA. APRESENTAR
JUNTO DA PROPOSTA
LAUDOS TÉCNICOS
EMITIDOS POR
LABORATÓRIO OFICIAL
CREDENCIADO PELA
ANVISA, ORIGINAL OU
AUTENTICADO, EM
PORTUGUÊS, PARA
GARANTIR A LEITURA E A

VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Material/Serviço	Fornecedor	8.10.1- Registro Anvisa	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
8	24693 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES IRREGULARES	VITAL & LS HOSPITALAR LTDA	Isento	Válido até 12/07/2024- De acordo	Item não regulado pela Anvisa, isento de AFE	Documentação técnica aprovada
10	911916 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO TAMANHO 10 MM X 50 CM	VITAL & LS HOSPITALAR LTDA	Isento	Válido até 12/07/2024- De acordo	Item não regulado pela Anvisa, isento de AFE	Documentação técnica aprovada
15	13086 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 15MM	BERTHAX SURGICAL LTDA	Isento	Válido até 17/04/2024- De acordo	Item não regulado pela Anvisa, isento de AFE	Documentação técnica aprovada

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 29/01/2024, às 09:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019930923** e o código CRC **6CC5F535**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.228613-2

0019930923v3