



MEMORANDO SEI Nº 30572956/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 17 de agosto de 2026.

À SAP.LCT

Em resposta à convocação SEI nº 30368887, segue a relação de amostras recebidas e analisadas:

Item	Código	Denominação	Empresa	Parecer
03	910248	AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 16G X 16CM PARA DISPARADOR AUTOMATICO	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	Amostra aprovada conforme SEI Nº 30572924
04	910249	AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 18G X 20CM PARA DISPARADOR AUTOMÁTICO	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	Amostra aprovada conforme SEI Nº 30572941
66	910683	PLACA ELETROCIRURGICA	BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA	Amostra aprovada conforme SEI Nº 30538684
68	47398	SENSOR DE MONITORIZAÇÃO DA FUNÇÃO CEREBRAL UNILATERAL OU BILATERAL	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Amostra aprovada conforme SEI Nº 30538716

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777300
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 17/08/2026, às 09:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30572956** e o código CRC **9D50AEC8**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.104151-4

30572956v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de CAME / PADRONIZAÇÃO – Ramal: 9137

ITEM	MATERIAL
3	AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 16G X 16CM PARA DISPARADOR AUTOMATICO AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 16G X 16 CM PARA DISPARADOR AUTOMÁTICO - (QUE DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO). AGULHA PARA BIOPSIA DE ASPIRAÇÃO HISTOLÓGICA E CITOLÓGICA EM TECIDOS MOLES COMO FÍGADO E RIM, TAMANHO 16G X 16 CM. ATRAUMÁTICA. USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO: LOTE, DATA DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 244/2026

SETOR TESTE:

MARCA: UNIT

FORNECEDOR: UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA

LOTE: 06703906042026-0

FABRICANTE: Bowa Medical / BOWA-eletronic GmbH & Co. KG

REGISTRO ANVISA: 10287070051

QUANTIDADE: 04

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

30M MATERIAL**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO:

Ademar Regueira Filho
Assessor Técnico Intervencionista
PROFISSIONAL/CARIMBO
DATA: ____/____/____

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de CAME / PADRONIZAÇÃO – Ramal: 9137

ITEM	MATERIAL
4	AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 18G X 20CM PARA DISPARADOR AUTOMATICO AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 18G X 20CM PARA DISPARADOR AUTOMÁTICO - (QUE DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO). AGULHA PARA BIOPSIA DE ASPIRAÇÃO HISTOLÓGICA E CITOLÓGICA EM TECIDOS MOLES COMO FÍGADO E RIM, TAMANHO 18G X 20 CM. ATRAUMÁTICA. USO UNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGENICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO: LOTE, DATA DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 244/2026

SETOR TESTE:

MARCA: UNIT

FORNECEDOR: UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA

LOTE: 0452822042026-1

FABRICANTE: Bowa Medical / BOWA-eletronic GmbH & Co. KG

REGISTRO ANVISA: 10287070051

QUANTIDADE: 04

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

SEM MATERIAL

CONCLUSÃOAPROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Ademar Regueira Filho
Radiologia Intervencionista
CRM-SC 11424

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: ____/____/____

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de CAME / PADRONIZAÇÃO – Ramal: 9137

ITEM	MATERIAL
66	PLACA ELETROCIRURGICA PLACA DE RETORNO (PLACA TERRA) DESCARTAVEL, ADULTO, RECOBERTA COM POLIMERO HIDROGEL, CONDUTOR QUE ADAPTA-SE TOTALMENTE A REGIÃO DO CORPO ONDE ESTÁ SENDO APLICADA, COM BORDAS ADESIVAS QUE IMPEÇAM A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS NA ZONA DE CONTATO, POSSUIR SISTEMA DE MONITORAÇÃO DA QUALIDADE DE CONTATO QUE IMPEÇA QUEIMADURAS POR FUGA DE CORRENTE (COMPATIVEL COM SISTEMA REM), QUE BLOQUEIA O USO DO BISTURI ELETRICO QUANDO OCORRER QUEDA NO SINAL DE IMPEDANCIA, BIPARTIDA, SEM CABO CONECTOR ELETRICO. COMPATIVEL COM O CABO/CONECTOR DOS BISTURIS ELETRICOS WEN, MODELO SS-500; VALLEYLAB MODELO FORCE 2, BIRCHER MODELO 4400 POWER PLUS.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 244/2026

SETOR TESTE:

MARCA: Bowa

FORNECEDOR: Bowa Medical

LOTE: 537-539

FABRICANTE: Bowa Medical / BOWA-eletronic GmbH & Co. KG

REGISTRO ANVISA: 81532930014

QUANTIDADE: 04

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO: Placa de cauterio com boa adaptação ao corpo do paciente, boa cabagem e sem desconexão ou interferências durante o procedimento cirúrgico.

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 11/08/26

Dr. Giuliano S. Batista
 CRM 18693 - RQE 16794

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de CAME / PADRONIZAÇÃO – Ramal: 9137

ITEM	MATERIAL
68	SENSOR DE MONITORIZAÇÃO DA FUNÇÃO CEREBRAL UNILATERAL OU BILATERAL SENSOR ADESIVO HIPOALÉRGICO, CIRCUITO EM POLIÉSTER, COM ELETRODOS COMPOSTOS POR GEL AQUOSO E DISCO EM PLÁSTICO NYLON, ISENTO DE LÁTEX E PVC, RADIOTRANSARENTE. DEVE POSSIBILITAR NO MÍNIMO, A MONITORIZAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: CURVA DE EEG, ÍNDICE DE PROFUNDIDADE ANESTÉSICA OU ÍNDICE DE SEDAÇÃO, EMG (ELETROMIOGRAFIA FACIAL), ÍNDICE DE ARTEFATOS OU ÍNDICE DE QUALIDADE DE SINAL E SR (RELAÇÃO/FATOR DE SUPRESSÃO). COMPATÍVEL COM O USO SIMULTÂNEO DE EQUIPAMENMTO DE ELETROCAUTÉRIO E ULTRASSOM, SEM INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DO SINAL OU FUNCIONAMENTO DOS PARÂMETROS MONITORADOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E LACRADO, DEVE POSSUIR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO MS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 244/2026

SETOR TESTE:

MARCA: COVIDIEN

FORNECEDOR: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

LOTE: 1227251B

FABRICANTE: Bis

REGISTRO ANVISA: 10349000388

QUANTIDADE: 04

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplicaFUNCIONALIDADE: *boa funcionalidade, não apresentou interferência no funcionamento durante procedimento cirúrgico, satisfatória no nível eletrofisiológico e atingiu os valores de BTs de forma consistente com boa qualidade de monitorização.***CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Marta Antônia S. Espindola
Médico Anestesiologista
CRM-410574

Franciele Rosa
Médica
CRMSC 37178

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 11/08/26