



## MEMORANDO SEI Nº 28039298/2026 - SES.UAD.ACM

Joinville, 12 de janeiro de 2026.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

**Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Insumos para Infusão.

Em atenção ao memorando SEI nº 28037200, seguem as análises solicitadas:

It em	Trat ame nto	Material/Serviço	Unid. medi da	Forn eced or	Marca Registr ada	Model o (Propo sta)	Descrit ivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVIS A	8.10.2 - Prospect o, ficha técnica, imagem de site	11 - Amost ras	Parece r
1 6	Normal	44205 - CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM	Unid ade	PUR AH ME DIC AL & CO LTD A	SENSI NOV	---	De acordo.	8184054 9027 - Registro vigente. Confirm ado no portal da ANVIS A.	Apresent ou (páginas 3 a 7)	Exige.	Propost a de acordo com o editorial, classifi cada.  É necessá rio a apresen tação de amostra , confor me

AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDAD E NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENT O OU ACOTOVELAM ENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÃO ES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE							exigênc ia do edital.
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENT E PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APÓS

	EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal							
3 6	Exclusivo 25%  46149 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM CONECTOR DISTAL LUER LOCK POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FÊMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS, TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENT E EM PVC DE NO MÍNIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cota Reservada até 25%	Unidade	VIT AL & LS HOS PIT ALA R LTD A	MP HOSPI TALA R	---	De acordo.	8030556 0036 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Proposta de acordo com o edital, classificada.  Apresentou (página 5)  Exige

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,  
**Coordenador(a)**, em 12/01/2026, às 15:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº  
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>  
informando o código verificador **28039298** e o código CRC **C22401C6**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

25.0.200744-0

28039298v5