

MEMORANDO SEI Nº 0020463847/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 08 de março de 2024.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 014/2024.

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0020463306), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de Site.	11 - Amostras para os itens 8, 18, 19, 20, 21, 26 e 27.	Parecer
25	917691 - SONDA NASOENTERAL Nº 08 ELASTICA, DE SILICONE OU POLIURETANO, 105 A 120CM DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACA COM MARCACAO DE REFERENCIA, PESO SOLIDO EM TUNGSTENIO OU METAL ATOXICO, NA EXTREMIDADE DISTAL, ORIFICIOS NA PONTA DISTAL DA SONDA PERMITINDO A INFUSAO DE SOLUCOES, COMPATIVEL COM A NUMERACAO, ATRAUMATICA, CONEXAO UNIVERSAL PRECISA, TAMPA ACOPLADA VEDANTE, LUBRIFICADA, MADRIL FLEXIVEL EM ACO INOX, DE FACIL RETIRADA, PROJETADA PARA SER REMOVIDA SEM ADICAO DE LUBRIFICANTES OU AGUA, QUE NAO TRACIONE A SONDA E NAO SAIA PELOS ORIFICIOS DA PONTA DISTAL. ESTERIL	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	SOLUMED	8 FR	De acordo	Apresentou	Não se aplica	Na proposta a empresa indicou descritivo compatível com o edital. A ficha técnica apresentada possui duas medidas possíveis para a sonda calibre 8 FR: 60 ou 100 cm, sendo estas, inferiores ao exigido no edital. Proposta desclassificada.

	DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA							
50	910555 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 SILICONE SONDA TIPO FOLEY Nº 22, CONFECCIONADA EM SILICONE, COM 2 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CM HOSPITALAR S.A.	MEDIX	MEDIX	De acordo	Apresentou	Não se aplica	A ficha técnica apresentada não trás todas as informações do produto, em especial, que este é confeccionado em silicone, porém, a empresa indicou na proposta o registro Anvisa 80495510042. em consulta ao portal da agencia reguladora, constatou-se que o item em questão é registrado como sonda foley de silicone. Proposta classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 08/03/2024, às 15:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020463847** e o código CRC **BD0AFBB3**.