



MEMORANDO SEI Nº 0023622322/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 21 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 371/2024.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem para Exames e Monitorização.

Em atenção ao documento SEI nº 0023621650, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.11- Prospecto, ficha técnica, print de tela	Análise preliminar e manifestação da empresa	Parecer
21	33477 - GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA 100 ML/ GR ATOXICO, HIDROSSOLUVEL, HIPOALERGENICO, ISENTO DE SAL E DE IMPUREZAS COM PRINCIPIO ATIVO NAO	UNID	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A.	MULTIGEL	-----	Não especifica todas as exigências do edital.	80316110003, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Não restou clara a informação da empresa; embalagens tipo bisnaga ou almotolias, geralmente possuem bico dosador.	No retorno, a empresa apresentou imagem do produto ofertado, demonstrando que este possui bico

	MEDICAMENTOSO, VISCOSIDADE ADEQUADA PARA QUE NAO ESCORRA, PH NEUTRO, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM VOLUME MÍNIMO DE 100 ML/GRAMAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PRODEENCIA, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								Solicitamos que a empresa informe, como é o bico de saída do produto da embalagem, possui bico? É com uma tampa com rosca? Ou é em embalagem que precisa ser cortada e depois não tem como fechar novamente?	dosador. Proposta classificada.
22	33478 - GEL ELETROCARDIOGRAMA 100 ML/GR GEL PASTA ECG PARA MEIO DE CONTATO PARA CONDUCAO DE IMPULSO HIPOALERGENICO, ATOXICO, ISENTO DE PRINCIPIO ATIVO, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM VOLUME MÍNIMO DE 100 ML/ GRAMAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A.	MULTIGEL	-----	Não especifica todas as exigências do edital.	80316110003, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Não restou clara a informação da empresa; embalagens tipo bisnaga ou almotolias, geralmente possuem bico dosador. Solicitamos que a empresa informe, como é o bico de saída do produto da embalagem, possui bico? É com uma tampa com rosca? Ou é em embalagem que precisa ser cortada e depois não tem como fechar novamente?	No retorno, a empresa apresentou imagem do produto ofertado, demonstrando que este possui bico dosador. Proposta classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 21/11/2024, às 15:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023622322** e o código CRC **ABFD6687**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.145852-7

0023622322v4