



MEMORANDO SEI Nº 0024874968/2025 - SES.UFL.LAB

Joinville, 19 de março de 2025.

À SAP.LCT

Sra. Roberta Elena do Nascimento

À SES.UAD.ACM

Sr. Ivosney João Leite Bueno

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 139/2025

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Tubos) para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezados,

Em atenção aos MEMORANDOS SEI Nº 0024870500 - SAP.LCT e 0024874902 - SES.UAD.ACM, encaminhamos análise técnica da documentação de habilitação das empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 139/2025

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	9.6 m - Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
1	TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 4ML, COM ANTICOAGULANTE	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA	ASPY	Válido até 30/05/2025 - SEI 0024842446 pág. 84.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa.	Empresa habilitada

	HEPARINA DE LÍTIO PARA OBTENÇÃO DE PLASMA. COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR VERDE E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSÃO OU COM ROSCA.					
2	Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante Fluoreto de Sódio + EDTA . Com tampa plástica protetora na cor cinza e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA MG	GT Group	Válido até 11/08/2025 - SEI 0024842723 pág. 216.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa.	Empresa habilitada
3	Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 8ml ou 8,5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 16x100mm, aspiração de 8ml ou 8,5ml , com gel separador e ativador de coágulo. Com tampa plástica protetora na cor amarela ou vermelha e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VACUETTE	Válido até 02/09/2025 - SEI 0024842786 pág. 38.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa.	Empresa habilitada
4	Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x100mm, aspiração de 5ml, com gel separador e ativador de coágulo. Com tampa plástica protetora na cor amarela ou vermelha e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VACUETTE	Válido até 02/09/2025 - SEI 0024842786 pág. 38.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa.	Empresa habilitada
5	Tubo para coleta de sangue a vácuo Citrato 2,7ml ou 3,5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente,	SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA	INJEX	Válido até 03/06/2025 - SEI 0024842882 pág. 31.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa.	Empresa habilitada

	incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2,7ml ou 3,5ml, com anticoagulante Citrato de sódio a 3,2%. Com tampa plástica protetora na cor azul claro e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	DIAGNOSTICO LTDA				
6	Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou K3, 2ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VACUETTE	Válido até 02/09/2025 - SEI 0024842786 pág. 38.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa.	Empresa habilitada
7	Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou K3, 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão.	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VACUETTE	Válido até 02/09/2025 - SEI 0024842786 pág. 38.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa.	Empresa habilitada
8	Tubo (trace) sem aditivo para coleta de sangue a vácuo Tubo (trace) sem aditivo para coleta de sangue a vácuo, transparente, estéril, medindo 13x100 mm, aspiração de 6ml, para determinações de metais. Com tampa plástica protetora e fechamento com tampa de borracha sob pressão ou com rosca.	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VACUETTE	Válido até 02/09/2025 - SEI 0024842786 pág. 38.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa.	Empresa habilitada
9	TUBO DE DESCARTE OU TRANSPORTE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVO TUBO DE DESCARTE OU TRANSPORTE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SEM ADITIVO, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VACUETTE	Válido até 02/09/2025 - SEI 0024842786 pág. 38.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa.	Empresa habilitada

	MM, ASPIRAÇÃO DE 3 A 4ML. COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSÃO.					
10	Tubo para coleta a vácuo EDTA K2 ou K3 com gel separador, 4ml ou 5ml Tubo para coleta a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora e fechamento com tampa de borracha sob pressão ou com rosca, cor pérola ou roxa, medindo 13x100mm ou 13x75mm, aspiração de 5ml ou 4ml Com gel separador poliéster e anticoagulante EDTA K3 ou K2 na forma de spray seco.	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VACUETTE	Válido até 02/09/2025 - SEI 0024842786 pág. 38.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa.	Empresa habilitada
11	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR 3,5ML TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 3,5ML, COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULO. COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AMARELA OU VERMELHA E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSÃO.	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VACUETTE	Válido até 02/09/2025 - SEI 0024842786 pág. 38.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa.	Empresa habilitada
12	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO CITRATO 1,8ML TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 1,8ML, COM ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO A 3,2%. COM TAMPA	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	GT GROUP	Válido até 11/08/2025 - SEI 0024842723 pág. 216.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa.	Empresa habilitada

PLÁSTICA PROTETORA NA COR AZUL CLARO E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSÃO.				
---	--	--	--	--

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 19/03/2025, às 10:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024874968** e o código CRC **7CA82833**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.018247-3

0024874968v11