



MEMORANDO SEI Nº 0019889309/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de janeiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **581/2023**.**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0019827604), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca/Modelo	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1-Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto	PARECER
28	912545 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO 6,5MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO: 6,5MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO ANVISA.	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Well Lead	-----	De acordo	10150470331-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada
29	912546 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO 7,0MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Well Lead	-----	De acordo	10150470331-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada

	TAMANHO: 7,0MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO ANVISA.								
30	912547 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO 7,5MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO: 7,5MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO ANVISA.	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Well Lead	-----	De acordo	10150470331- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada
31	912548 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO 8,0MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE TAMANHO: 8,0MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Well Lead	-----	De acordo	10150470331- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada

	REGISTRO ANVISA.								
32	912540 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO 7,0MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO: 7,0MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO ANVISA.	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Well Lead	-----	De acordo	10150470331- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada
33	912541 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO 7,5MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO: 7,5MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA, EMBALAGEM ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO ANVISA.	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Well Lead	-----	De acordo	10150470331- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada
34	912542 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO 8,0MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO: 8,0MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSIVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Well Lead	-----	De acordo	10150470331- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada

	RETRAIDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.								
35	912543 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO 8,5MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO: 8,5MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Well Lead	-----	De acordo	10150470331- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada
36	912539 - CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO 6,5MM CANULA ENDOTRAQUEAL POLAR SUL TAMANHO: 6,5MM.EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALAO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTINUA E EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Well Lead	-----	De acordo	10150470331- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada
48	909762 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTÁVEL) COM BALAO 9.0 BAIXA PRESSÃO LONGA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTÁVEL) COM BALAO 9.0 BAIXA PRESSÃO LONGA - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 9.0, FABRICADA EM PVC,	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI	-----	De acordo	10297020065- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada

	<p>DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, LONGA, CURVATURA EM ANGULO RETO, COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM VALVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGA LUER LOCK, PONTA RETRAIDA, ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR, LINHA RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO E ANEL ROSQUEAVEL PERMITINDO AJUSTE DE PROFUNDIDADE, ASA DE FIXAÇÃO FLEXIVEL E FITA DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM UNITARIA, ESTERIL, CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.</p>								
72	<p>25773 - SONDA CARLENS Nº 35 DIREITA DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA DIREITA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.</p>	Unidade	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VITAL GOLD	-----	De acordo	10296900063- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	<p>A ficha técnica apresentada pela empresa não trás diversas informações exigidas no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento as seguintes exigências:</p> <p>1-Com gancho de carina;</p> <p>2- Balões de alta pressão e baixo volume e 2 balões de controle, com encaixes universais para seringas;</p> <p>3- Anéis de marcação radiopacas.</p>

73	25774 - SONDA CARLENS Nº 35 ESQUERDA DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA ESQUERDA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Unidade	DLM HOSPITALAR LTDA	VITAL GOLD	-----	De acordo	10296900089	Apresentou	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende a seguinte exigência do edital: 1- Anéis de marcação radiopacas
74	25775 - SONDA CARLENS Nº 37 DIREITA DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA DIREITA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Unidade	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI	-----	De acordo	10297020039- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Proposta classificada
75	25776 - SONDA CARLENS Nº 37 ESQUERDA DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA ESQUERDA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES	Unidade	DLM HOSPITALAR LTDA	VITAL GOLD	-----	De acordo	10296900089- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende a seguinte exigência do edital:

	DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.							1- Anéis de marcação radiopacas
76	25777 - SONDA CARLENS Nº 39 DIREITA DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA DIREITA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Unidade	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VITAL GOLD	-----	De acordo	10296900063- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou A ficha técnica apresentada pela empresa não trás diversas informações exigidas no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento as seguintes exigências: 1-Com gancho de carina; 2- Balões de alta pressão e baixo volume e 2 balões de controle, com encaixes universais para seringas; 3- Anéis de marcação radiopacas.
77	25778 - SONDA CARLENS Nº 39 ESQUERDA DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA ESQUERDA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO	Unidade	DLM HOSPITALAR LTDA	VITAL GOLD	-----	De acordo	10296900089- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende a seguinte exigência do edital: 1- Anéis de marcação radiopacas

	RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE								
78	25779 - SONDA CARLENS Nº 41 DIREITA DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA DIREITA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Unidade	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VITAL GOLD	-----	De acordo	10296900063- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	A ficha técnica apresentada pela empresa não trás diversas informações exigidas no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento as seguintes exigências: 1- Com gancho de carina; 2- Balões de alta pressão e baixo volume e 2 balões de controle, com encaixes universais para seringas; 3- Anéis de marcação radiopacas.
79	25780 - SONDA CARLENS Nº 41 ESQUERDA DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA ESQUERDA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E	Unidade	DLM HOSPITALAR LTDA	VITAL GOLD	-----	De acordo	10296900089- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende a seguinte exigência do edital: 1- Anéis de marcação radiopacas

	VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.							
110	4286 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL COM CANAL CENTRAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERCAO), CALIBRADO (DISTANCIA DE INSERCAO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANCA), COM DIAMETRO EXTERNO DE 05 A 06 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDE COM ANGULACAO APROXIMADA DE 35 A 40° (PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO DE ANEIS TRAQUEAIS) E CANAL CENTRAL PARA ASPIRACAO DE SECRECOES OU FORNECIMENTO DE OXIGENIO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	Unidade	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Medtech-----	De acordo	10299940013- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás todas as exigências do edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento às seguintes exigências: 1- Comprimento de 60-70 cm. 2- Canal central para aspiração de secreções ou fornecimento de oxigênio
111	912552 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERÇÃO), CALIBRADO (DISTÂNCIA DE INSERÇÃO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANÇA), COM DIÂMETRO EXTERNO DE 5 A 6 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDÉ COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 35 A 40° (PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Medtech-----	De acordo	10299940013- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás todas as exigências do edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento às seguintes exigências: 1- Comprimento de 60-70 cm.

ANÉIS TRAQUEAIS).REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/01/2024, às 11:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019889309** e o código CRC **6B54DDB7**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.280614-4

0019889309v3