



---

**MEMORANDO SEI N° 0021975395/2024 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 05 de julho de 2024.

À

**SAP.LCT****Assunto: Análise Técnica.**

Pregão Eletrônico 327/2023 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Encaminhamos as informações acerca da análise das amostras apresentadas para o item 17:

<b>Item</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Empresa Atual</b>	<b>Parecer</b>
17	916912- ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM 13 FIOS/CM2	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	Conforme Análise de amostra item 17 (SEI nº 0021975388), o material não é composto de 80% algodão e sim 70% algodão conforme descrito na embalagem, não possui 13 fios/cm2 (realizado contagem manual), largura da atadura 18,5 cm. Na avaliação prática, foi verificado que devido aos itens inconsistentes a atadura não possui elasticidade adequada. <b>Amostra reprovada.</b>

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 05/07/2024, às 14:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021975395** e o código CRC **4A2A6EA0**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.176853-2

0021975395v5

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO 327/2023

ITEM: 17

916912 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM 13 FIOS/CM<sup>2</sup>, FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, TAMANHO 20 CM X 1,8 M EM REPOUSO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 42 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA

MARCA: POLAR FIX

LOTE: 33183

REGISTRO (ANVISA): 8003400027

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 03 unidades

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: material não é composto de 80% algodão e

sim 70% algodão conforme descrito na embalagem, não possui  
13 fios/cm<sup>2</sup> (malha de costura manual), largura de atadura 18,5cm

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Devido aos itens inconsistentes a atadura não

possui elasticidade adequada.

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM  NÃO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_

DATA: 04/07/2024

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

  
ALINE R. LOPES  
COREN 19.7881