



MEMORANDO SEI Nº 27043987/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 06 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 389/2025

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração).

Em atenção ao memorando SEI nº 26943228, seguem as análises solicitadas:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
24	Exclusivo	917500 - AGULHA PARA PUNCAO LOMBAR (25 G X 4 3/4) 0,53 X 1,20 MM BISEL TRIFACETADO, MANDRIL DE ENCAIXE ANATOMICO, CANHAO TRANSPARENTE, ESTERIL, EMPUNHADURA ANATOMICA COM DEPRESSAO DIGITAL, CODIFICACAO EM CORES PADRAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	KDL	---	De acordo.	10150470689 - Registro válido até 25/10/2031. Confirmação no portal da ANVISA.	Apresentou	---	Proposta de acordo com o edital, classificada.
25	Exclusivo	917502 - AGULHA PARA PUNCAO LOMBAR (G22 X 3 1/2) 0,70 X 0,88 MM BISEL TRIFACETADO, MANDRIL DE ENCAIXE ANATOMICO, CANHAO TRANSPARENTE, EMPUNHADURA ANATOMICA COM DEPRESSAO DIGITAL, CODIFICACAO EM CORES PADRAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	KDL	---	De acordo	10150470678 - Registro válido até 21/12/2030. Confirmação no portal da ANVISA.	Apresentou	---	Proposta de acordo com o edital, classificada.
26	Exclusivo	917501 - AGULHA PARA PUNCAO LOMBAR (G25 X	UNID	TORRE FORTE	KDL	---	De acordo	10150470689 -	Apresentou	---	Proposta de acordo com

		3 1/2) 0,53 X 0,88 MM BISEL TRIFACETADO, MANDRIL DE ENCAIXE ANATOMICO, CANHAO TRANSPARENTE, EMPUNHADURA ANATOMICA COM DEPRESSAO DIGITAL, CODIFICACAO EM CORES PADRAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.		ATACADO E VAREJO LTDA				Registro válido até 25/10/2031. Confirmado no portal da ANVISA.			o edital, classificada.
32	Exclusivo	22765 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 19 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PUNCAO VENOSA, CURTA DURACAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, BISEL CURTO, TRIFACETADO, CORTANTE COM FACIL INTRODUCAO, SILICONIZADO, SEM COLAGEM ENTRE O TUBO VINILICO, TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO, FLEXIVEL, COM PROTETOR RIGIDO DE CONECTORES DE AGULHA E ASAS, ASA DE EMPUNHADURA FLEXIVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM IDENTIFICACAO DO CALIBRE NA ASA, PROTECAO LUER NA PORCAO DISTAL, COR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	VENPER	---	De acordo	81840549029 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	Proposta de acordo com o edital, classificada.
34	Exclusivo	916951 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PUNCAO VENOSA, CURTA DURACAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, BISEL CURTO, TRIFACETADO, CORTANTE COM FACIL INTRODUCAO, SILICONIZADO, SEM COLAGEM ENTRE O TUBO VINILICO, TRANSPARENTE, ATOXICO	UNID	AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	VENPER	---	De acordo.	81840549029 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		E APIROGENICO, FLEXIVEL, COM PROTETOR RIGIDO DE CONECTORES DE AGULHA E ASAS, ASA DE EMPUNHADURA FLEXIVEL, COM IDENTIFICACAO DO CALIBRE NA ASA, PROTECAO LUER NA PORCAO DISTAL, COR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.									
36	Exclusivo	910210 - EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 120CM COM OS CONECTORES LUER LOCK EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 120 CM COM OS CONECTORES LUER LOCK. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	LAVITA	---	De acordo.	80288099003 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou.	---	O edital exige conector luér lock e extensor de 120 cm. Na ficha técnica, há a indicação de conector com opção de bico luér slip e luér lock, assim como quatro medidas de extensor. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui conector luér lock. 2 - Que o item ofertado possui 120 cm de extensão.
37	Exclusivo	909130 - EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 60CM COM OS CONECTORES LUER LOCK EXTENSOR PARA INFUSÃO DE 1 VIA COM 60 CM COM OS CONECTORES LUER LOCK. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, EMBALADO EM PAPEL	PC	AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	LAVITA	---	De acordo.	80288099003 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou.	---	O edital exige conector luér lock e extensor de 60 cm. Na ficha técnica, há a indicação de conector

		GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.									com opção de bico luer slip e luer lock, assim como quatro medidas de extensor. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui conector luer lock. 2 - Que o item ofertado possui 60 cm de extensão.
40	Exclusivo	913546 - PERFUSORES DE INFUSAO CONTINUA PERFUSORES DE INFUSAO CONTINUA TAMANHO 120 CM DIAMETRO APROX 0,2 - 0,3CM. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PC	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MP	16017	De acordo.	80305560069 - Registro vigente, confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	O edital exige diâmetro 0,2 a 0,3 cm. Na ficha técnica não foi possível identificar o diâmetro do item. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui entre 0,2 e 0,3 cm de diâmetro. (Para confirmação do questionamento, é necessário que a empresa envie documentação comprobatória.)
41	Exclusivo	911908 - SERINGA DESCARTAVEL 20 ML COM ROSCA - PARA QUIMIOTERAPIA SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM	PC	ATLANTICO BC PRODUTOS	SR	---	De acordo	80026180029 - Registro vigente. Medida	Apresentou	---	Aprovação condicionada a a empresa confirmar que não

		ROSCA - FABRICADA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE (EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTE SUA ESTERILIZACAO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO LUER LOCK (COM ROSCA). FACIL LEITURA DE DOSAGENS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, EVITANDO ACIDENTES E PERDAS DE SUBSTANCIAS. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.		PARA SAUDE LTDA				cautelar ativa - recolhimento: Voluntário , Comercialização, Distribuição, Uso. Referente ao lote H901. Confirmação no portal da ANVISA.			serão entregues produtos do lote H901 ou outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA. Ademais, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado possui bico com rosca, conforme exigência do edital.
43	Exclusivo 25%	909701 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML SERINGA DESCARTAVEL 20ML - FABRICADA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE (EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTE SUA ESTERILIZACAO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO SLIP (SEM ROSCA). FACIL LEITURA DE DOSAGENS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, EVITANDO ACIDENTES E PERDAS DE SUBSTANCIAS. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. Cota Reservada até 25%	PC	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SR	---	De acordo.	80026180029 - Registro vigente. Medida cautelar ativa - recolhimento: Voluntário , Comercialização, Distribuição, Uso. Referente ao lote H901. Confirmação no portal da ANVISA.	Apresentou .	---	Aprovação condicionada a a empresa confirmar que não serão entregues produtos do lote H901 ou outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA. Ademais, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado possui bico luer slip (sem rosca), conforme exigência do edital.
44	Exclusivo	913020 - SERINGA DESCARTAVEL 60 ML BICO SLIP LATERAL SERINGA DESCARTAVEL 60 ML BICO SLIP LATERAL, COM CILINDRO TRANSPARENTE, COM ANEL DE RETENCAO, ESCALA GRADUADA COM ALTO GRAU DE PRECISAO, TRACOS E NUMEROS LEGIVEIS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO ANVISA.	PC	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	MEDIX	---	De acordo.	80495519018 - Registro vigente. Confirmação no portal da ANVISA.	Apresentou .	---	O edital exige bico slip lateral. Na ficha técnica, há a indicação de modelos com bico luer slip central e lateral. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado

											possui bico luer slipe lateral.
45	Normal	917215 - SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1CC COM AGULHA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE U-100 INSULINA, BICO UNIVERSAL, COM AGULHA 8 X 0,30 MM, 5/16, FIXA COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO SEM REBARBAS, SEM ESPACO MORTO, SILICONIZADA, GRADUACAO EXATA DE 2 EM 2 UNIDADES, NITIDA E PERMANENTE, EMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDACAO, DESLIZANTE, CORPO TRANSLUCIDO, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO. Cota Principal	PC	INJEX INDUS TRIAS CIRURGICAS LTDA	INJEX	---	A proposta apresenta descritivo resumido.	10160610007 - Registro vigente, para seringas sem agulha (indicado na proposta) . 10160610013 - Registro vigente. Confirma do no portal da ANVISA. (indicado na ficha técnica) Medida cautelar ativa - Suspensão: Importação, Uso, Distribuição, Comercialização, Propaganda - lote 4322/22 (indicado na ficha técnica).	Apresentou	---	O registro da ANVISA, indicado na proposta é o 10160610007, porém esse registro é referente a seringa sem agulha. Na ficha técnica apresentada, consta o registro 10160610013 com medida cautelar ativa para o lote 4322/22. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa: 1 - Informe qual é o registro da ANVISA do item ofertado.
47	Exclusivo	910920 - SERINGA DESCARTAVEL PERDA RESISTENCIA PARA TÉCNICA DE PERDA DE RESISTÊNCIA UTILIZADA EM ANESTESIA, LUER LOCK, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VOLUME DE 10 ML.	PC	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	UNISIS	---	De acordo.	10150470418 - Registro vigente. Confirma do no portal da ANVISA.	Apresentou	---	O edital exige luer lock e o volume de 10 ml. Na ficha técnica, são indicadas seringas com 07 ml luer slip, 10 ml luer slip e 10 ml luer lock. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui bico luer lock. 2 - Que o item ofertado possui

											graduação de 10ml.
48	Normal	913322 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML,FABRICADA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE (EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTA SUA ESTERILIZACAO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO LUER LOCK. TRACOS E NUMEROS DE INSCRICAO CLAROS, LEGIVEIS E ISENTOS DE FALHAS ATE O MOMENTO DA UTILIZACAO. SENDO A ESCALA NUMERADA EM TRACOS LONGOS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE MANTENHA A AGULHA PRESA NO INTERIOR DO PROTETOR ATIVADO EM ATENDIMENTO A NR 32. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DE NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. Cota Principal	PC	ALTER MED MATERIAL MEDICO O HOSPITALAR LTDA	SR	---	De acordo.	81391540010 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	---		O edital exige seringa de 3ml, com bico luer lock. No prospecto, há a indicação de seringas disponíveis de diversas capacidades de volume com modelos luer lock e luer slip. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado tem volume de 3ml. 2 - Que o item ofertado possui bico luer lock
49	Exclusivo 25%	913322 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML,FABRICADA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE (EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTA SUA ESTERILIZACAO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO LUER LOCK. TRACOS E NUMEROS DE INSCRICAO CLAROS, LEGIVEIS E ISENTOS DE FALHAS ATE O MOMENTO DA UTILIZACAO. SENDO A ESCALA NUMERADA EM TRACOS LONGOS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE	PC	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SR	---	De acordo.	81391540010 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	O edital exige seringa de 3ml, com bico luer lock. No prospecto, há a indicação de seringas disponíveis de diversas capacidades de volume com modelos luer lock e luer slip. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado tem

		RETENCAO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE MANTENHA A AGULHA PRESA NO INTERIOR DO PROTETOR ATIVADO EM ATENDIMENTO A NR 32. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DE NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. Cota Reservada até 25%									volume de 3ml. 2 - Que o item ofertado possui bico luer lock.
50	Normal	913323 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 5ML SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 5ML,FABRICADA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE (EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTA SUA ESTERILIZACAO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO LUER LOCK. TRACOS E NUMEROS DE INSCRICAO CLAROS, LEGIVEIS E ISENTOS DE FALHAS ATE O MOMENTO DA UTILIZACAO. SENDO A ESCALA NUMERADA EM TRACOS LONGOS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE MANTENHA A AGULHA PRESA NO INTERIOR DO PROTETOR ATIVADO EM ATENDIMENTO A NR 32. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DE NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. Cota Principal	PC	INJEX INDUS TRIAS CIRURGICAS LTDA	INJEX	---	A proposta apresenta descritivo resumido.	10160610027 - Registro vigente. Confirma do no portal da ANVISA.	Apresentou	---	Proposta de acordo com o edital, classificada.
51	Exclusivo 25%	913323 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 5ML SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 5ML,FABRICADA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE (EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTA SUA ESTERILIZACAO E DE	PC	BLUME DICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SR	---	De acordo	81391540010 - Registro vigente. Confirma do no portal da ANVISA.	Apresentou	---	O edital exige seringa de 5ml, com bico luer lock. No prospecto, há a indicação de seringas disponíveis de diversas capacidades de volume com modelos luer lock e luer slip.

		FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO LUER LOCK. TRACOS E NUMEROS DE INSCRICAO CLAROS, LEGIVEIS E ISENTOS DE FALHAS ATE O MOMENTO DA UTILIZACAO. SENDO A ESCALA NUMERADA EM TRACOS LONGOS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE MANTENHA A AGULHA PRESA NO INTERIOR DO PROTETOR ATIVADO EM ATENDIMENTO A NR 32. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DE NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. Cota Reservada até 25%								Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado tem volume de 5ml. 2 - Que o item ofertado possui bico luer lock.	
52	Exclusivo	909147 - SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM ALTO GRAU DE PRECISAO, TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÃO CLAROS, LEGÍVES E ISENTOS DE FALHAS ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. SENDO A ESCALA NUMERADA EM TRAÇOS LONGOS A CADA 10 U.I., ENCAIXE TIPO LUER SLIP, COM TINTA ATÓXICA AZUL OU PRETA. IDENTIFICAÇÃO: FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL DA SERINGA EM ML, INDICATIVO DE ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO , DATA E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	BLUME DICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SR	---	De acordo.	80026180025 - Registro vigente. Confirmação no portal da ANVISA.	Apresentou	---	O edital exige seringa com bico luer slip. No prospecto, há a indicação de seringas com modelos luer lock e luer slip. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui bico luer slip.
53	Exclusivo	10847 - SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 CC, BICO UNIVERSAL, SEM AGULHA, COM ROSCA, SILICONIZADA, GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE, EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, VEDAÇÃO, CORPO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/	Unidade	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	MEDIX	---	De acordo.	80495519018 - Registro vigente. Confirmação no portal da ANVISA.	Apresentou	---	O edital exige bico universal com rosca. Na ficha técnica há a indicação de bico luer slip e luer lock. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado

		REGISTRO NO M.S./ANVISA.									possui bico com rosca (luer lock).
56	Exclusivo	917190 - SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 60 ML EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 60 ML, BICO PARA CATETER/SONDA, SILICONIZADA, GRADUACAO EXATA NITIDA PERMANENTE, EMBOLO COM PISTAO (BORRACHA), DESLIZANTE, COM VEDACAO, CORPO TRANSLUCIDO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA . EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	PC	ATLAN TICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SR	---	De acordo.	80026180029 - Registro vigente. Medida cautelar ativa - recolhimento: Voluntário, Comercialização, Distribuição, Uso. Referente ao lote H901. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	Aprovação condicionada a a empresa confirmar que não serão entregues produtos do lote H901 ou outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA. Ademais, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado possui bico para cateter/sonda, conforme exigência do edital.
57	Exclusivo	25048 - SERINGA DESCARTÁVEL 60ML LUER LOCK SEM AGULHA EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 60 ML, LUER LOCK (COM ROSCA), GRADUACAO EXATA NITIDA PERMANENTE, EMBOLO COM PISTAO (BORRACHA), DESLIZANTE, COM VEDACAO, CORPO TRANSLUCIDO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	Unidade	ATLAN TICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SR	---	De acordo.	80026180029 - Registro vigente. Medida cautelar ativa - recolhimento: Voluntário, Comercialização, Distribuição, Uso. Referente ao lote H901. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	Aprovação condicionada a a empresa confirmar que não serão entregues produtos do lote H901 ou outro lote que venha a sofrer medida cautelar pela ANVISA. Ademais, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado possui bico luer lock (com rosca), conforme exigência do edital.
62	Exclusivo	13182 - TAMPA PROTETORA DE DISPOSITIVO DE INFUSÃO TAMPA PROTETORA DE CONECTOR LUER LOCK MACHO/FÊMEA PARA VEDAÇÃO DE DISPOSITIVOS EM SISTEMA DE INFUSÃO (SERINGAS, EQUIPO ETC). DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE,	Peças	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	BIOBAS E	---	De acordo.	80212340025 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	O edital exige conector luer lock macho/fêmea. O prospecto indica <i>Conector Luer Lock Fêmea</i> .

06/10/2025, 09:05SEI/PMJ - 27043987 - Memorando

		PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.									Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui conector macho/fêmea. (Para confirmação do questionamento, é necessário que a empresa envie documentação comprobatória.)
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 06/10/2025, às 08:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27043987** e o código CRC **0EDF2A19**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br