

**OFÍCIO SEI Nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME**

Joinville, 07 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **111/2025**.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.

Em atenção ao disposto no Ofício SEI Nº 0024744630/2025 - SAP.LCT, informamos que os itens foram devidamente avaliados de acordo com o estabelecido no Edital SEI nº 0024130157. Assim, encaminhamos abaixo a análise dos documentos técnicos apresentados:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Avaliação Técnica
8	30067 - CATETER DIAGNÓSTICO SIMMONS 1 5FR CATETER DIAGNÓSTICO EM NYLON COM AÇO, TIPO SIMMONS 1 5FR DE DIÂMETRO - CONFECCIONADO EM NYLON COM AÇO INOX; DIAGNÓSTICO; EXTREMIDADES NÃO TRAUMÁTICAS, BEM ACABADAS E BOA DIRIGIBILIDADE, COM ORIFÍCIO DISTAL; COMPATÍVEL COM O USO EM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES, RESISTENTE A TORÇÕES TIPO SIMMONS 1, SEM ORIFÍCIOS LATERAIS, COM COMPRIMENTO DE 99 À 115 CM. DESCARTÁVEL, ATÓXICO APIROGÊNICO, PARA FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS. DEVE SER EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MERIT MEDICAL	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido ser material já utilizado na casa conforme ATA de registro de Preços 0014139544
9	30068 - CATETER DIAGNÓSTICO SIMMONS 2 5FR CATETER DIAGNÓSTICO EM NYLON COM AÇO, TIPO SIMMONS 2 5FR DE DIÂMETRO - CONFECCIONADO EM NYLON COM AÇO INOX; DIAGNÓSTICO; EXTREMIDADES NÃO TRAUMÁTICAS, BEM ACABADAS E BOA DIRIGIBILIDADE, COM ORIFÍCIO	MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MERIT MEDICAL	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido ser material já utilizado na casa conforme ATA de registro de Preços 0014139544

	DISTAL; COMPATÍVEL COM O USO EM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES, RESISTENTE A TORÇÕES TIPO SIMMONS 2, SEM ORIFÍCIOS LATERAIS; COM COMPRIMENTO DE 99 À 115 CM. DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, PARA FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS. DEVE SER EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
10	30069 - CATETER DIAGNÓSTICO SIMMONS 3 5FR CATETER DIAGNÓSTICO SIMMONS 3 5FR - CONFECCIONADO EM NYLON COM AÇO INOX; DIAGNÓSTICO; EXTREMIDADES NÃO TRAUMÁTICAS, BEM ACABADAS E BOA DIRIGIBILIDADE, COM ORIFÍCIO DISTAL; COMPATÍVEL COM O USO EM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES, RESISTENTE A TORÇÕES TIPO SIMMONS 3, SEM ORIFÍCIOS LATERAIS; COM COMPRIMENTO DE 99 À 115 CM. DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO PARA FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS. DEVE SER EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MSB MEDICAL	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa deverá apresentar amostras.
12	45406 - CATETER DIAGNÓSTICO VERTEBRAL 5FR LONGO CONFECCIONADO EM NYLON COM AÇO INOX; DIAGNÓSTICO; EXTREMIDADES NÃO TRAUMÁTICAS, BEM ACABADAS E BOA DIRIGIBILIDADE, COM ORIFÍCIO DISTAL; COMPATÍVEL COM O USO EM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES. RESISTENTE A TORÇÕES TIPO VERTEBRAL, SEM ORIFÍCIOS LATERAIS; COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM.; DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, PARA FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS. DEVE SER EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA	BARTY MEDICAL	<u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa deverá apresentar amostras.

Sem mais para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 07/03/2025, às 13:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024747306** e o código CRC **7387F9C6**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.007239-2

0024747306v11