



MEMORANDO SEI Nº 0014433619/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 27 de setembro de 2022.

À SAP.LCT

Encaminhamos as informações das análises técnicas das amostras apresentadas para os itens 18, 19 e 21:

Item	Material/Serviço	Marca	Unid. medida	EMPRESA	8.9.1-REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA	PARECER
18	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, CONTER BARREIRA DE PROTEÇÃO, (VFE) EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL CONFORME NORMAS VIGENTES.	CIRUS SM PROTECT	Pç	SUL MINAS	82118300004	AMOSTRA APROVADA CONFORME SEI 0014433448
19	9422 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, CONTER BARREIRA DE PROTEÇÃO, (VFE) EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL CONFORME NORMAS VIGENTES.	CIRUS SM PROTECT	Pç	SUL MINAS	82118300004	AMOSTRA APROVADA CONFORME SEI 0014433523
21	29856 - AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MINIMA 40 G/M² (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGENICO, RESISTENTE, CONFORTAVEL, MALEAVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 122 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA.	PROTECTOR	Unidade	PROTECTOR	81004770010	AMOSTRA APROVADA CONFORME SEI 0014404349



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 27/09/2022, às 14:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014433619** e o código CRC **96106684**.



Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI N° 0014433448/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 27 de setembro de 2022.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM 18

DESCRIÇÃO	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M ² , ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, CONTER BARREIRA DE PROTEÇÃO, (VFE) EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL CONFORME NORMAS VIGENTES.
FORNECEDOR	SUL MINAS
MARCA	CIRUS SM PROTECT
REGISTRO ANVISA	82118300004
LOTE	0004
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 27/09/2022, às 14:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014433448** e o código CRC **3D7173F2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.236135-3

0014433448v3



Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI N° 0014433523/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 27 de setembro de 2022.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM 19

DESCRIÇÃO	9422 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M ² , ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, CONTER BARREIRA DE PROTEÇÃO, (VFE) EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL CONFORME NORMAS VIGENTES.
FORNECEDOR	SUL MINAS
MARCA	CIRUS SM PROTECT
REGISTRO ANVISA	82118300004
LOTE	0004
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 27/09/2022, às 14:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014433523** e o código CRC **F40F061B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.236135-3

0014433523v3



ANÁLISE SEI N° 0014404349/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 23 de setembro de 2022.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **342/2022**

ITEM 21- AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL

DESCRIÇÃO	29856 - AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MINIMA 40 G/M ² (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGENICO, RESISTENTE, CONFORTAVEL, MALEAVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 122 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	PROTECTOR
MARCA	PROTECTOR
REGISTRO ANVISA	81004770010
LOTE	0536/22
QUANTIDADE RECEBIDA PARA	4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 23/09/2022, às 16:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014404349** e o código CRC **38547B7A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br