

**MEMORANDO SEI N° 0020988710/2024 - HMSJ.DNIR.ALA**

Joinville, 19 de abril de 2024.

**À SAP - LCT**

Sra. Pregoeira Luciana Klitzke

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **075/2024**

**Objeto:** Aquisição de corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda.

Prezada Senhora,

Em atenção a Informação SEI nº 0020887219, referente a convocação dos itens 2, 5, 8, 9, 10 e 11, informamos que a amostra foi recebida e testada pela equipe técnica do Laboratório do Hospital Municipal São José.

Sendo assim, segue o Parecer Técnico:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer Técnico
2	31052 - COLORAÇÃO GRAM - KIT COMPOSTO POR 4 FRASCOS DE 500 ML (VIOLETA, LUGOL, DESCORANTE E FUCSINA)	Renylab - Química e Farmacêutica Ltda	RENYLAB / RENYLAB – QUÍMICA E FARMACÊUTICA LT	<b>APROVADO</b> Parecer técnico Nº 03/2024 0020984373

5	31448 - CONJUNTO CORANTE PANOTICO RAPIDO I-II-III PARA HEMATOLOGIA. FRASCOS DE 500 ML.	Renylab - Química e Farmacêutica Ltda	RENYLAB / RENYLAB – QUÍMICA E FARMACÊUTICA LT	<b>APROVADO</b> Parecer técnico Nº04/2024 0020984373
8	20912 - Garrote em tiras, livre de látex, não talcado e de uso único. Com tiras com largura mínima de 2,5 cm e comprimento entre 36 e 50 cm. Apresentação em rolo.	New Med Importadora e Distribuidora De Materiais Médicos Ltda	Sol-millenium	<b>APROVADO</b> Parecer técnico Nº 05/2024 0020984373
9	31054 - SACHE/SWAB DE ÁLCOOL 70% COMPRESSA NÃO-TECIDO PARA ANTISSEPSIA DA PELE ANTES DA COLETA DE SANGUE, NAS APLICAÇÕES ENDOVENOSAS E INTRAMUSCULARES, IMPREGNADA COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70% HIGIÊNICO E DESCARTÁVEL. NÃO INFLAMÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO: APROXIMADAMENTE 6 CM X 3 CM.	New Med Importadora e Distribuidora De Materiais Médicos Ltda	Labor alcool	<b>APROVADO</b> Parecer técnico Nº 06/2024 0020984373
10	25398 - SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART OU AMIES ESTÉRIL, HASTE PLÁSTICA INDIVIDUAL. SWAB COM 150MM DE COMPRIMENTO E PONTA DE RAYON.	Dimalab Eletronics do Brasil Ltda.	GLOBAL	<b>APROVADO</b> Parecer técnico Nº 02/2024 0020984373
11	25211 - SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS ESTÉRIL, FLEXÍVEL, HASTE PLÁSTICA E INDIVIDUAL. SWAB COM 150 MM DE COMPRIMENTO E PONTA DE RAYON	Firstlab Indústria Importação e Exportação de Produtos para Laboratórios Ltda	FirstLab	<b>APROVADO</b> Parecer técnico Nº01/2024 0020984373

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Itamar Gazzoni, Servidor(a) Público(a)**, em 19/04/2024, às 10:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

---



Documento assinado eletronicamente por **Cibely Schipitoski, Coordenador(a)**, em 19/04/2024, às 10:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020988710** e o código CRC **1BFC383F**.

---

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro an - CEP 89202-000 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

23.0.298894-3

0020988710v3

Joinville, 18 de abril de 2024.

**PARECER TÉCNICO Nº 01/2024**

**Produto:** 25211 - SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS ESTÉRIL, FLEXÍVEL, HASTE PLÁSTICA E INDIVIDUAL. SWAB COM 150 MM DE COMPRIMENTO E PONTA DE RAYON

**Marca:** FirstLab

**Registro MS:** 81628880037


**Fabricante:** JIANGSU RONGYE TECHNOLOGY CO. LTD – CHINA, República Popular

**Setor Avaliador:** Microbiologia

1. A apresentação da embalagem contém as informações sobre conteúdo, fabricante, lote, data de fabricação, validade, condições de armazenamento, concentração?  
( X ) SIM ( ) NÃO
2. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material?  
( X ) SIM ( ) NÃO
3. As características físicas do produto estão adequadas?  
( X ) SIM ( ) NÃO
4. As instruções de uso são claras e permitiram a correta utilização do produto?  
( X ) SIM ( ) NÃO

**Resultados da Avaliação :** ( X ) Aprovado  
( ) Reprovado

**Avaliadores:** ITAMAR GAZZONI/TATIANE CRISTINE WANDERSEE

Cibely Schipitoski  
Mat. 89744  
Coordenadora de Análises Clínicas  
e Agência Transfusional  
  
Cibely Schipitoski  
Coordenação do Laboratório do  
Hospital São José

  
Itamar Gazzoni  
Responsável Técnico do Laboratório do  
Hospital São José

Rua Dr. Plácido Gomes, 488 – Anita Garibaldi - 89202-000  
Contato: (47) 3441-6646  
www.joinville.sc.gov.br

Joinville, 18 de abril de 2024.

**PARECER TÉCNICO Nº 02/2024**

**Produto:** 25398 - SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART OU AMIES ESTÉRIL, HASTE PLÁSTICA INDIVIDUAL. SWAB COM 150MM DE COMPRIMENTO E PONTA DE RAYON.

**Marca:** GLOBAL

**Registro MS:** 80633180001

**Fabricante:** JIANGSU KANJIAN MEDICAL APPARATUS CO. LTD – CHINA, República Popular


**Setor Avaliador:** Microbiologia

1. A apresentação da embalagem contém as informações sobre conteúdo, fabricante, lote, data de fabricação, validade, condições de armazenamento, concentração?  
( X ) SIM ( ) NÃO
2. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material?  
( X ) SIM ( ) NÃO
3. As características físicas do produto estão adequadas?  
( X ) SIM ( ) NÃO
4. As instruções de uso são claras e permitiram a correta utilização do produto?  
( X ) SIM ( ) NÃO

**Resultados da Avaliação :** ( X ) **Aprovado**  
( ) **Reprovado**

**Avaliadores:** ITAMAR GAZZONI/TATIANE CRISTINE WANDERSEE

Cibely Schipitoski  
Mat. 89744  
Coordenadora de Análises Clínicas  
e Agência Transfusional  
  
Cibely Schipitoski  
Coordenação do Laboratório do  
Hospital São José

  
Itamar Gazzoni  
Responsável Técnico do Laboratório do  
Hospital São José

Rua Dr. Plácido Gomes, 488 – Anita Garibaldi - 89202-000  
Contato: (47) 3441-6646  
www.joinville.sc.gov.br

Joinville, 18 de abril de 2024.

**PARECER TÉCNICO Nº 03/2024**

**Produto:** 31052 - COLORAÇÃO GRAM - KIT COMPOSTO POR 4 FRASCOS DE 500 ML (VIOLETA, LUGOL, DESCORANTE E FUCSINA)

**Marca:** RENYLAB / RENYLAB – QUÍMICA E FARMACÊUTICA LT

**Registro MS:** 80002670066


**Fabricante:** Renylab - Química e Farmacêutica Ltda


**Setor Avaliador:** Microbiologia

1. A apresentação da embalagem contém as informações sobre conteúdo, fabricante, lote, data de fabricação, validade, condições de armazenamento, concentração?  
( X ) SIM ( ) NÃO
2. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material?  
( X ) SIM ( ) NÃO
3. As características físicas do produto estão adequadas?  
( X ) SIM ( ) NÃO
4. As instruções de uso são claras e permitiram a correta utilização do produto?  
( X ) SIM ( ) NÃO

**Resultados da Avaliação :** ( X ) **Aprovado**  
( ) **Reprovado**

**Avaliadores:** ITAMAR GAZZONI/TATIANE CRISTINE WANDERSEE

Cibely Schipitoski  
Mat. 89744  
Coordenadora de Análises Clínicas  
e Agência Transfusional  
  
Cibely Schipitoski  
Coordenação do Laboratório do  
Hospital São José

  
Itamar Gazzoni  
Responsável Técnico do Laboratório do  
Hospital São José

Rua Dr. Plácido Gomes, 488 – Anita Garibaldi - 89202-000  
Contato: (47) 3441-6646  
www.joinville.sc.gov.br

Joinville, 18 de abril de 2024.

**PARECER TÉCNICO Nº 04/2024**

**Produto:** 31448 - CONJUNTO CORANTE PANOTICO RAPIDO I-II-III PARA HEMATOLOGIA. FRASCOS DE 500 ML

**Marca:** RENYLAB / RENYLAB – QUÍMICA E FARMACÊUTICA LT

**Registro MS:** 80002670086

**Fabricante:** Renylab - Química e Farmacêutica Ltda


**Setor Avaliador:** HEMATOLOGIA

1. A apresentação da embalagem contém as informações sobre conteúdo, fabricante, lote, data de fabricação, validade, condições de armazenamento, concentração?  
 SIM ( ) NÃO
2. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material?  
 SIM ( ) NÃO
3. As características físicas do produto estão adequadas?  
 SIM ( ) NÃO
4. As instruções de uso são claras e permitiram a correta utilização do produto?  
 SIM ( ) NÃO

**Resultados da Avaliação :**  **Aprovado**  
 **Reprovado**

**Avaliadores:** ITAMAR GAZZONI/SANTINA DENICH DE ANGELIS

Cibely Schipitoski  
Mat. 89744  
Coordenadora de Análises Clínicas  
e Agência Transfusional  
Cibely Schipitoski  
Coordenação do Laboratório do  
Hospital São José



Itamar Gazzoni  
Responsável Técnico do Laboratório do  
Hospital São José

Rua Dr. Plácido Gomes, 488 – Anita Garibaldi - 89202-000  
Contato: (47) 3441-6646  
www.joinville.sc.gov.br

Joinville, 18 de abril de 2024.

**PARECER TÉCNICO Nº 05/2024**

**Produto:** 20912 - Garrote em tiras, livre de látex, não talcado e de uso único. Com tiras com largura mínima de 2,5 cm e comprimento entre 36 e 50 cm. Apresentação em rolo.

**Marca:** Sol-millennium

**Registro MS:** 80937150037

**Fabricante:** QIDONG YONGSCHENG MEDICAL PRODUCTS FACTORY


**Setor Avaliador:** UNIDADE DE COLETA

1. A apresentação da embalagem contém as informações sobre conteúdo, fabricante, lote, data de fabricação, validade, condições de armazenamento, concentração?  
( X ) SIM ( ) NÃO
2. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material?  
( X ) SIM ( ) NÃO
3. As características físicas do produto estão adequadas?  
( X ) SIM ( ) NÃO
4. As instruções de uso são claras e permitiram a correta utilização do produto?  
( X ) SIM ( ) NÃO

**Resultados da Avaliação :** ( X ) **Aprovado**  
( ) **Reprovado**

**Avaliadores:** ITAMAR GAZZONI/ADRIANA KUHL DE SOUSA

Cibely Schipitoski  
Mat. 89744  
Coordenadora de Análises Clínicas  
e Agência Transfusional  
Cibely Schipitoski  
Coordenação do Laboratório do  
Hospital São José



Itamar Gazzoni  
Responsável Técnico do Laboratório do  
Hospital São José

Rua Dr. Plácido Gomes, 488 – Anita Garibaldi - 89202-000  
Contato: (47) 3441-6646  
www.joinville.sc.gov.br



Joinville, 18 de abril de 2024.

**PARECER TÉCNICO Nº 06/2024**

**Produto:** 31054 - SACHE/SWAB DE ÁLCOOL 70% COMPRESSA NÃO-TECIDO PARA ANTISSEPSIA DA PELE ANTES DA COLETA DE SANGUE, NAS APLICAÇÕES ENDOVENOSAS E INTRAMUSCULARES, IMPREGNADA COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70% HIGIÊNICO E DESCARTÁVEL. NÃO INFLAMÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO: APROXIMADAMENTE 6 CM X 3 CM.

**Marca:** Labor álcool

**Registro MS:** 80686360121

**Fabricante:** PHOENIX INNOVATIVE HEALTHCARE MANUFACTURES PVT. LTD - INDIA

**Setor Avaliador:** UNIDADE DE COLETA

1. A apresentação da embalagem contém as informações sobre conteúdo, fabricante, lote, data de fabricação, validade, condições de armazenamento, concentração?  
 SIM  NÃO
2. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material?  
 SIM  NÃO
3. As características físicas do produto estão adequadas?  
 SIM  NÃO
4. As instruções de uso são claras e permitiram a correta utilização do produto?  
 SIM  NÃO

**Resultados da Avaliação :**  **Aprovado**

**Reprovado**

**Avaliadores:** ITAMAR GAZZONI/ADRIANA KUHL DE SOUSA

Cibely Schipitoski  
Mat. 89744  
Coordenadora de Análises Clínicas  
e Agência Transfusão  
Cibely Schipitoski  
Coordenação do Laboratório do  
Hospital São José



Itamar Gazzoni  
Responsável Técnico do Laboratório do  
Hospital São José

Rua Dr. Plácido Gomes, 488 – Anita Garibaldi - 89202-000  
Contato: (47) 3441-6646  
www.joinville.sc.gov.br