



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI N° 0010704328/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 08 de outubro de 2021.

**À SAP.UPR**

Encaminhamos análise técnica das amostras apresentadas para os itens 21, 33 e 53:

| Item | Material/Serviço  | Unid. medida | EMPRESA   | MARCA   | 8.9.1-REGISTRO ANVISA | PARECER  |
|------|---|--------------|---|---------|-----------------------|--|
| 21   | 22482 - AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MINIMA 30 G/M <sup>2</sup> (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGENICO, RESISTENTE, CONFORTAVEL, MALEAVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 122 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM | Unidade      | NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA | PROTECT | 81823880023           | O AVENTAL OFERTADO POSSUI LARGURA INFERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL. PEDE-SE NO MÍNIMO 150 CM EM TODA A EXTENSÃO E A EMPRESA ENVIOU AMOSTRA COM LARGURA DE 144 CM. AMOSTRA REPROVADA CONFORME SEI 0010704002 |

|    |  |     |                                   |                  |  |
|----|--|-----|-----------------------------------|------------------|--|
|    | DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA.   |     |                                   |                  |  |
| 33 | 909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25X23 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25 CM X 23 CM = CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRACOES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, POSSUIR FIO RADIOPACO, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, NAO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LIQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES TOPICOS. PACOTE PLASTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE | PCT | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | AMERICAN MEDICAL | 81481900002 AMOSTRA APROVADA CONFORME PARECER 0010693787 |

|    |   |         |   |         |  |
|----|---|---------|---|---------|--|
|    | DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.   |         |   |         |  |
| 53 | 25250 - MASCARA PFF2 PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 RESPIRADOR COM FILTRO CLASSE PFF-2, APRESENTANDO EFICIENCIA DE FILTRACAO NO MÍNIMO DE 94% CONTRA A PENETRACAO DE AEROSSOIS PARTICULADOS NAO OLEOSOS E EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA (EFB) SUPERIOR A 99%, COM BARREIRA CONTRA FLUIDOS E PARTICULAS GRANDES DE GOTICULA, DESCARTAVEL, PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL PARA PARTICULAS, DE USO INDIVIDUAL, FORMATO ANATOMICO, TIPO CONCHA OU BICO DE PATO, FACIL AJUSTE FACIAL, VEDACAO ADEQUADA, TAMANHO | Unidade | VENKURI INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VENKURI | 10366900068 AMOSTRA APROVADA CONFORME PARECER 0010703529 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| REGULAR,<br>PEQUENO, COM UM<br>CLIQUE NASAL PARA<br>AJUSTE NO NARIZ<br>COM PROTECAO<br>INTERNA E COM<br>DOIS TIRANTES<br>ELASTICOS PARA<br>UMA MELHOR<br>FIXACAO DE<br>ACORDO COM A<br>NORMA ABNT/NBR<br>13698/1996,<br>ATENDER NORMAS<br>VIGENTES DE EPI.<br>EMBALAGEM<br>UNITARIA<br>CONSTANDO<br>VALIDADE, LOTE,<br>FABRICANTE. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Informamos que a amostra do item 32 encontra-se em análise no Hospital Municipal São José e que a amostra do item 28, encaminhado pela empresa Asli foi recebida nesta unidade e será encaminhada ao Hospital para análise.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 08/10/2021, às 10:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010704328** e o código CRC **1300859A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

21.0.130980-1

0010704328v6



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI N° 0010710574/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 08 de outubro de 2021.

#### À SAP.UPR

Em complemento ao memorando 0010704328, encaminhamos parecer referente a análise da amostra apresentada pela empresa SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o item 32:

| Item | Material/Serviço   | Unid. medida | EMPRESA                            | MARCA                     | 8.9.1- REGISTRO ANVISA | PARECER                                      |
|------|--|--------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 32   | 912973 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 5 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. | PCT          | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VITORIA PREMIUM/ AMERICAN | 80037490007            | AMOSTRA APROVADA CONFORME PARECER 0010710563 |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORMANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 5 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767. |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 08/10/2021, às 14:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010710574** e o código CRC **C5DB7C6F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

ANÁLISE SEI Nº 0010704002/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 08 de outubro de 2021.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 21- AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA PARA PACIENTE

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO                        | 22482 - AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MINIMA 30 G/M² (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGENICO, RESISTENTE, CONFORTAVEL, MALEAVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 122 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA. |
| FORNECEDOR                       | NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA  |
| MARCA                            | PROTECT  |
| REGISTRO ANVISA                  | 81823880023  |
| LOTE                             | B101P30  |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 1 PACOTE COM 5 UNIDADES  |

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

**EMBALAGEM**

Apontamentos: A EMBALAGEM APRESENTA DADOS DO PRODUTO NÃO CONDIZENTES COM O CONTEÚDO. A EMBALAGEM INDICA MEDIDAS QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM O PRODUTO OFERTADO

( ) Adequada (X) inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: VERIFICOU-SE QUE O AVENTAL NÃO POSSUI A LARGURA MÍNIMA DE 150 CM EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL. VERIFICOU-SE QUE OS AVENTAIS POSSUEM LARGURA DE 144 CM.

( ) Adequada (X) inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: NÃO ATENDE AS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA, NÃO TEM A LARGURA QUE NECESSITAMOS

( ) Adequada (X) inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO: REPROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 08/10/2021, às 10:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010704002** e o código CRC **87AC55E7**.







ANÁLISE SEI Nº 0010693787/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 07 de outubro de 2021.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 33- COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25X23

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO                        | 909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25X23 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25 CM X 23 CM = CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRACOES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, POSSUIR FIO RADIOPACO, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, NAO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LIQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES TOPICOS. PACOTE PLASTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. |
| FORNECEDOR                       | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A  |
| MARCA                            | AMERICAN MEDICAL / VALENTINNA PREMIUM  |
| REGISTRO ANVISA                  | 81481900002  |
| LOTE                             | 049-S  |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 1 PACOTE   |

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

**EMBALAGEM**

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO: APROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 07/10/2021, às 12:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010693787** e o código CRC **04A4C921**.





ANÁLISE SEI Nº 0010703529/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 08 de outubro de 2021.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 53- MASCARA PFF2 PARA ATENDIMENTO AO COVID-19

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO                        | 25250 - MASCARA PFF2 PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 RESPIRADOR COM FILTRO CLASSE PFF-2, APRESENTANDO EFICIENCIA DE FILTRACAO NO MÍNIMO DE 94% CONTRA A PENETRACAO DE AEROSSOIS PARTICULADOS NAO OLEOSOS E EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA (EFB) SUPERIOR A 99%, COM BARREIRA CONTRA FLUIDOS E PARTICULAS GRANDES DE GOTICULA, DESCARTAVEL, PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL PARA PARTICULAS, DE USO INDIVIDUAL, FORMATO ANATOMICO, TIPO CONCHA OU BICO DE PATO, FACIL AJUSTE FACIAL, VEDACAO ADEQUADA, TAMANHO REGULAR, PEQUENO, COM UM CLIPE NASAL PARA AJUSTE NO NARIZ COM PROTECAO INTERNA E COM DOIS TIRANTES ELASTICOS PARA UMA MELHOR FIXACAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698/1996, ATENDER NORMAS VIGENTES DE EPI. EMBALAGEM UNITARIA CONSTANDO VALIDADE, LOTE, FABRICANTE. |
| FORNECEDOR                       | VENKURI INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.  |
| MARCA                            | VENKURI  |
| REGISTRO ANVISA                  | 10366900068  |
| LOTE                             | T25117   |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 4 UNIDADE  |

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

**EMBALAGEM**

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO: APROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 08/10/2021, às 09:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010703529** e o código CRC **2162CA70**.



**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA**

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

**PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021**

**ITEM: 32- COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 5 UNIDADES**

DESCRIÇÃO: 912973 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 5 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORMANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 5 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767.

FORNECEDOR: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: VITORIA PREMIUM/ AMERICAN

LOTE: 131-2

REGISTRO (ANVISA): 80037490007

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 2 PACOTES

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

**EMBALAGEM**

Apontamentos: Bom isolamento e facilidade de abertura da embalagem;

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: Bom atendimento

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

**JUSTIFICATIVA:**

Bom isolamento de embalagem externa  
2º campo protegido, firmeza.  
Bom atendimento.

DATA: 08/10/2021

Rosane F. da S. Camargo  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL CARIMBO

Rosane F. da S. Camargo  
Enfermeiro  
COREN 160809

C. Cariana de S. de Sousa  
Enfermeira