



MEMORANDO SEI Nº 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 21 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 453/2024.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção ao documento SEI nº 0023605201 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica	Amostra	Análise preliminar e manifestação da empresa	Parecer
51	13214 - COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER CURATIVO AUTOADESIVO DE POLIURETANO, TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO, SEMIPERMEAVEL AS TROCAS GASOSAS, HIPOALERGENICO. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES. APRESENTAR FENDA PARA SAÍDA DE EQUIPOS E TUBULAÇÕES. DEVE POSSUIR TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER E	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL Copertina mod.copeiv67 6x7cm	De acordo	10379860145 - Registro Ativo, Confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém não especifica todas as exigências do edital.	-----	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as exigências do edital: 1. Deve possuir tiras extras para estabilização do cateter e fixação adequada e etiqueta para identificação. <i>Prezados, bom dia, temos um catálogo que o fornecedor acabou de nos passar e de acordo com o fornecedor, o modelo 6x7 pega inteiro.</i>	Após diligência realizada, empresa confirmou que "o modelo 6x7 pega inteiro" e anexou informação do fabricante que indica "o nosso modelo tem apenas a tira para identificação", contrariando o edital que exige tiras extras para estabilização do cateter e fixação adequada. Proposta Desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.

	FIXAÇÃO ADEQUADA E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 6 A 9 CM DE LARGURA E 7 A 10CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP. TECNICO E REG. NA ANVISA. Cota Principal								Poderiam reabrir o prazo para podermos anexar o documento?	
52	13214 - COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER CURATIVO AUTOADESIVO DE POLIURETANO, TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO, SEMIPERMEAVEL AS TROCAS GASOSAS, HIPOALERGENICO. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES. APRESENTAR FENDA PARA SAÍDA DE EQUIPOS E TUBULAÇÕES. DEVE POSSUIR TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER E FIXAÇÃO ADEQUADA E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 6 A 9 CM DE LARGURA E 7 A 10CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP. TECNICO E REG. NA ANVISA. Cota Reservada até 25%	Unidade	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Procare (pharmapore)	De acordo	10369469015- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, porém não especifica todas as exigências do edital.	-----	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: 1- A medida do item ofertado (a ficha técnica é referente a 3 medidas diferentes) 2. O item será entregue com tiras extras para estabilização do cateter e fixação adequada e etiqueta para identificação (na ficha técnica consta a informação "Acompanha 1 fita para reforçar a fixação"). <i>Boa tarde! Vamos verificar, só um momento.</i> <i>A medida ofertada é o 6x7.</i> <i>Apresenta 1 fita para reforço conf. ficha técnica. Podemos encaminhar amostra para avaliação do mesmo.</i>	Após diligência realizada, empresa confirmou que "A medida ofertada é o 6x7. Apresenta 1 fita para reforço conf. ficha técnica", porém, o edital exige tiras extras. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
53	911571 - DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO TIPO ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO, SENDO UM LADO COM PONTA TRIFACETADA E OUTRA PONTA LUER LOCK. EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL CONTENDO Nº LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL	PC	METROMED DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	LA VITA MODELO/VERSÃO: ADA-02	Não especifica todas as exigências do edital.	80288090076- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, porém, não trás a informação de uma ponta luer lock.	-----	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui uma ponta Luer Lock. <u>Manifestação da empresa:</u> Sr. Pregoeiro, nosso produto cotado é universal, serve para ambos modelos. Podemos enviar uma amostra para	Após diligência realizada, empresa confirmou que "Não seria com rosca"; edital exige "ponta luer lock" (com rosca). Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.

	TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Principal								a verificação, caso preferir A empresa não respondeu ao questionamento. Solicitamos que informe: O produto ofertado possui ponta Luer Lock (COM ROSCA)? <i>Não seria com rosca</i>	
73	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Reservada até 25%	Unidade	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900113 - Registro Ativo, Confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	EXIGE	O edital exige infusor com tampas sobressalentes (4 no total); 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal, e na ficha técnica não consta esta informação. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui 4 tampas, 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal. Caso confirme a informação, haverá a necessidade de apresentar amostras. <i>Boa Tarde Sr pregoeiro, nosso material atende as especificações, anexe o catalogo.</i> <i>Informa-se ainda que a empresa apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 0023605189.</i>	Após diligência realizada, empresa confirmou que "nosso material atende as especificações, anexe o catalogo". Proposta de acordo com o edital, classificada. Há a necessidade de apresentar amostras.
101	32947 - EQUIPO MACROGOTAS LIVRE DE PVC COM FILTRO EM LINHA 0,2 MICRA PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO; PADRÃO MACROGOTAS (1 ML= 20 GOTAS); CÂMARA GOTEJADORA COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MM; ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOTO 0,22 E TAMPA	Unidade	AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	LA VITA EMA01A	De acordo	80288099005- Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, não trás todas as exigências do edital	-----	A ficha técnica não demonstra o atendimento às exigências do edital. Exige -se equipo em poliuretano, livre de PVC e com filtro 0,2 mm em linha para retenção de bactérias, fungos e partículas. Para continuidade na análise, solicitamos que a	A empresa apresentou documentação que descreve "Dispositivo de entrada de ar: (Em Policloreto de Vinil - PVC; Câmara flexível: (Em Policloreto de Vinil - PVC); Tubo flexível: (Em Policloreto de Vinil - PVC)", porém, o edital exige "livre de PVC".

REVERSÍVEL; TUBO TRANSPARENTE, LIVRE DE PVC, EM POLIURETANO, COM NO MÍNIMO 150 CM DE COMPRIMENTO; INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO - CICATRIZANTE (MODELOS CONVENCIONAIS) OU VÁLVULA NEEDLE-FREE COMO PONTO DE INJEÇÃO; FILTRO 0,2 MM EM LINHA, RETÉM: BACTÉRIAS, FUNGOS E PARTÍCULAS; PINÇA ROLETE; LÁTEX FREE; CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL COM O PACIENTE, COM FILTRO HIDRÓFOBO PARA ELIMINAÇÃO DO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO; EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS : NBR ISO 8536-8 (2004) E NBR ISO 594-2 (2003) E SUAS ATUALIZAÇÕES; EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES; USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO; EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.							empresa apresente documentação comprobatória de que o item atende as seguintes exigências do edital: 1- Confeccionado em poliuretano; 2- Livre de PVC; 3- Possui filtro 0,2 mm em linha (no decorrer da linha, no tubo transparente). <i>Apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 0023605132.</i>	Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido e edital.
--	--	--	--	--	--	--	---	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 21/11/2024, às 09:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023608571** e o código CRC **40360159**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.187346-0

0023608571v18