

MEMORANDO SEI Nº 26080990/2025 - SES.UAD.CAME

Joinville, 11 de julho de 2025.

À SES.UAD.ACM

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 235/2025**Objeto:** Aquisição de Materiais Odontológicos Prótese Dentária.

Prezado,

Em complemento ao memorando SEI 26050394 venho por meio deste, encaminhar análise quanto:

Item	Material/Serviço	Unidade Medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com Edital?	Prospecção/ficha técnica	Registro Anvisa	Amostras?	Parecer
40	BROCA DIAMANTADA Nº 3168 PARA USO ODONTOLÓGICO DIAMANTADA Nº 3168, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	unidade	MAXIMA DENTAL	3R/MICRODONT	Sim	De acordo com o Edital	80676920044, vigente conforme consulta em 11/07/2025	Não	Apto
41	BROCA DIAMANTADA Nº 3168 F UNI (PIRIFORME PARA POLIMENTO) PARA USO ODONTOLÓGICO DIAMANTADA Nº 3168 F, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A	unidade	MAXIMA DENTAL	3R/MICRODONT	Sim	De acordo com o edital	80676920044, vigente conforme consulta em 11/07/2025	Não	Apto

	ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE								
57	ESCOVA PARA LIMPAR BROCA, CABO PLÁSTICO COM CERDAS EM LATÃO. TAMANHO TOTAL (CABO + CERDAS): ENTRE 12 E 15 CM. EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA	unidade	MAXIMAMENTE DENTAL	IMPLA	Sim	De acordo com o edital	Isento	Não	Apto

Sem mais, a SES.UAD.CAME, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 11/07/2025, às 07:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26080990** e o código CRC **1BDE838A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.076570-3

26080990v3