

MEMORANDO SEI Nº 0024966679/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 26 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção aos documentos SEI nº 0024957939, 0024958292 e 0024960017, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE para os itens 38, 39/40, 41.	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
38	275 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.	Unidade	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BEST FABRIL	De acordo	Apresentou o registro 80192280021, de acordo.	Apresentou	Apresentou	EXIGE	A ficha técnica apresentada indica gramaturas de 20 a 50 g/m². Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme: 1- O item ofertado possui gramatura igual ou maior que 40 g/m²? 2- O item ofertado é impermeável? Haverá a necessidade de apresentar amostras.
40	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU	Unidade	MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA	Betel	De acordo	Apresentou o registro 81768860003, de acordo.	Não apresentou	Apresentou.	EXIGE	Para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente o Laudos BFE, conforme item 8.10 b do edital.

	BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal									
50	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M², 100 ALGODAO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NAO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	UNID	LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	LARISMED	Apresentou descrição resumida, porém, indicou peso de acordo com o edital.	Apresentou o registro 80773020006- De acordo.	---	Apresentou	EXIGE	O edital exige peso aproximado de 1.650 gramas/rolo e 13 fios/cm². A empresa apresentou ficha técnica indicando peso de 1.600 kg para a compresma com 11 fios/cm² e 1.900 kg para compresma de 13 fios/cm². Para continuidade na análise e evitar custos desnecessários à empresa com o envio de amostras que não atendem as exigências do edital, solicitamos que a empresa confirme: 1- O produto ofertado possui medidas 91 cm X 91 m? 2- O produto ofertado possui peso aproximado de 1.650 gr/rolo? 3- O produto ofertado possui 13 fios/cm²?
51	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M², 100 ALGODAO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NAO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM	UNID	LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	LARISMED	Apresentou descrição resumida, porém, indicou peso de acordo com o edital.	Apresentou o registro 80773020006- De acordo.	---	Apresentou	EXIGE	O edital exige peso aproximado de 1.650 gramas/rolo e 13 fios/cm². A empresa apresentou ficha técnica indicando peso de 1.600 kg para a compresma com 11 fios/cm² e 1.900 kg para compresma de 13 fios/cm².

	DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal								Para continuidade na análise e evitar custos desnecessários à empresa com o envio de amostras que não atendem as exigências do edital, solicitamos que a empresa confirme: 1- O produto ofertado possui medidas 91 cm X 91 m? 2- O produto ofertado possui peso aproximado de 1.650 gr/rolo? 3- O produto ofertado possui 13 fios/cm ² ?	
67	917116 - LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GR/M²,TAMANHO MINIMO 0,90 CM X 2,00 M, COM ELASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM NO MAXIMO 10 PECAS, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. ALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	UNID	ODONTOMED CANAA LTDA	PROTDESC	De acordo	80404440022, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	---	Apresentou. Prospecto não descreve exigência do edital: gramatura 30 gr/m².	----	Prospecto não descreve exigência do edital: gramatura 30 gr/m². Classificação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Gramatura 30 gr/m².
68	917116 - LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GR/M²,TAMANHO MINIMO 0,90 CM X 2,00 M, COM ELASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM NO MAXIMO 10 PECAS, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. ALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal	UNID	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	ANADONA	De acordo	80175340005- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	----	Apresentou	---	Na análise preliminar foi indicado a necessidade da empresa confirmar que o item ofertado atende as segintes exigências do edital: 1- Gramatura 30 gr/m². No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 0024957934. Em tal documento consta na página 5 a ficha técnica do lençol modelo Soft- Branco. Na página 3 consta informações acerca da gramatura: "LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO SOFT (Equivalente a 20gr) BRANCO 2,00X0,90 PCT COM 10".

										Considerando que o edital exige gramatura 30 gr/m² e a documentação apresentada pela empresa indica gramatura 20 gramas, a proposta da empresa está reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

As demais análises serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/03/2025, às 14:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024966679** e o código CRC **0A1FEE26**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024966679v4