

MEMORANDO SEI Nº 27293284/2025 - SES.UME.APA

Joinville, 28 de outubro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 289/2025**Objeto:** Aquisição de Cadeira Odontológica Completa

Prezados,

Em resposta ao memorando SEI 27274295 venho por meio deste encaminhar a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unidade e Medida	Fornecedor	Marc	Des crit ivo da pro pos ta de aco rdo co m Edi tal?	Prospect o/ ficha técnica	Registro Anvisa	Parecer
01	41193 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO (EQUIPO/ SUGADOR /REFLETOR) CADEIRA ODONTOLÓGICA: EST RUTURA EM AÇO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; BASE COM PROTEÇÃO EM BORRACHA QUE PROTEJA A CADEIRA E EVITE A ENTRADA DE ÁGUA EMBAIXO DA CADEIRA; AMBIDESTR A; COM ESTABILIDADE, QUE NÃO BALANCE NEM VIRE QUANDO O PACIENTE SENTA OU SE MEXE; DIVIDIDA EM 3 SEGMENTOS: APOIO DE CABEÇA	unidade	MWV DISTRIB UIDORA LTDA CNPJ nº 49.649.83 9/0001-44	DENT EMED	NÃO	DE ACORDO COM O EDITAL	80349600 013 VIGENTE	Empresa enviou proposta referente ao CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PRIME 5 CART . O modelo ofertado possui equipo do tipo CART, enquanto o descritivo do edital pede EQUIPO ODONTOLÓGICO: ACOPLADO COM BRAÇO ARTICULADO, COM MOVIMENTO HORIZONTAL COM BATENTES DE FIM DE CURSO E MOVIMENTO VERTICAL PNEUMÁTICO. Proposta em desacordo com o edital. Parecer: Reprovado

ARTICULÁVEL,
 ENCOSTO, ASSENTO.
 ASSENTO COM
 LARGURA MÍNIMA DE
 50 CM E
 POSSUIR SUPORTE
 PARA AS PERNAS COM
 PROTEÇÃO PLÁSTICA
 PARA OS PÉS DO
 PACIENTE; REVESTIM
 ENTO DO
 ESTOFAMENTO EM
 PVC, NA COR VERDE
 CLARO, PASSÍVEL DE
 ASSEPSIA; APOIO DE
 BRAÇO DOS DOIS
 LADOS SENDO O
 DIREITO ESCAMOTEÁ
 VEL OU REBATÍVEL.
 MOVIMENTOS: ACION
 AMENTO ATRAVÉS DE
 COMANDOS
 ELÉTRICOS COM
 MOTO
 REDUTORES, PEDAL
 PARA OS
 MOVIMENTOS DE
 SUBIDA E DESCIDA
 DO ASSENTO E DO
 ENCOSTO, COM PELO
 MENOS TRÊS
 MOVIMENTOS
 AUTOMÁTICOS
 EXECUTADOS SEM
 TRAVAMENTO: UM
 VOLTA A ZERO E DOIS
 PROGRAMÁVEIS.
 POSIÇÃO DE
 TRENDELENBURG. AL
 IMENTAÇÃO
 ELÉTRICA 220 V.
 CAPACIDADE PARA
 SUPORTAR E
 LEVANTAR PELO
 MENOS 135 KG;
 EQUIPO
 ODONTOLÓGICO: ACO
 PLADO COM BRAÇO
 ARTICULADO, COM
 MOVIMENTO
 HORIZONTAL COM
 BATENTES DE FIM DE
 CURSO E MOVIMENTO
 VERTICAL
 PNEUMÁTICO.
 QUATRO
 TERMINAIS, QUE
 POSSIBILITE ENCAIXE
 ADEQUADO DAS
 PEÇAS DE
 MÃO, SENDO DOIS
 PARA MICRO MOTOR
 DE BAIXA ROTAÇÃO
 COM SPRAY (TIPO
 BORDEN) E DOIS
 TERMINAIS PARA
 CANETAS DE ALTA
 ROTAÇÃO COM SPRAY
 (TIPO BORDEN) E 1
 SERINGA TRÍPLICE;
 SUPORTE DAS
 PONTAS COM
 ACIONAMENTO
 INDIVIDUAL E
 AUTOMÁTICO. SISTEM

A DE DESINFECÇÃO
 DE DUTOS DE ÁGUA E
 SPRAY COM VÁLVULA
 ANTI REFLUXO;
 PEDAL DE
 ACIONAMENTO DO
 EQUIPO COM
 CONTROLE VARIÁVEL
 (PROGRESSIVO) DA
 ROTAÇÃO DOS
 INSTRUMENTOS, COM
 CAIXA DE LIGAÇÃO,
 SENDO AS
 MANGUEIRAS
 ARREDONDADAS E
 LISAS E CONTENDO
 TODOS OS
 ACESSÓRIOS
 NECESSÁRIOS A SUA
 INSTALAÇÃO. CAIXA
 DE LIGAÇÃO
 INDEPENDENTE DA
 CADEIRA;
 RESERVATÓRIO DE
 ÁGUA DO EQUIPO E
 SISTEMA DE
 DESINFECÇÃO EM
 MATERIAL
 TRANSPARENTE OU
 TRANSLÚCIDO, DE NO
 MÍNIMO 500 ML;
 BANDEJAS
 REMOVÍVEIS DE AÇO
 INOXIDÁVEL. A
 VÁLVULA DE
 COMANDO DUPLO DO
 EQUIPO DEVE TER
 REGULAGEM
 EXTERNA DO FLUXO
 DE ÁGUA, NÃO
 DEVE OCORRER
 VAZAMENTO DE ÁGUA
 DURANTE O USO DO
 EQUIPAMENTO.
 REFLETOR
 ODONTOLÓGICO COM
 LÂMPADA
 HALÓGENA OU
 LED: MONOFOCAL,
 MULTIFACETADO,
 INTENSIDADE
 MÍNIMA DE 25.000
 LUX, LUZ
 FRIA, ACOPLADO A
 CADEIRA, FIAÇÃO
 EMBUTIDA,
 COMANDO DE
 LIGA/DESLIGA
 ACIONADO POR
 PEDAL; BRAÇOS DO
 REFLETOR
 ARTICULADOS E
 BALANCEADOS PARA
 POSICIONAMENTO
 COM
 ESTABILIDADE DURA
 NTE O USO, COM
 PROTETOR DE
 LÂMPADA E ESPELHO
 EM MATERIAL
 RESISTENTE E
 TRANSPARENTE; EST
 RUTURA COM
 TRATAMENTO
 ANTICORROSIVO,

COM PINTURA EPÓXI
OU ELETROSTÁTICA
TOTALMENTE LISA,
DE FORMAS
ARREDONDADAS;
ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA 220 V.
UNIDADE AUXILIAR
ODONTOLÓGICA: ACO
PLADA A
CADEIRA, REBATÍVEL,
BACIA DA CUSPIDEIRA
REMOVÍVEL EM
PORCELANA OU
CERÂMICA OU
MATERIAL DE ALTA
RESISTÊNCIA; RALO
SEPARADOR DE
DETRITOS,
CONECTADO A
MANGUEIRA DE
SUCÇÃO, REGISTRO
PARA ACIONAMENTO
DE ÁGUA DA
CUSPIDEIRA, UM
TERMINAL SUGADOR
DO TIPO VENTURI E
UM TERMINAL
SUGADOR BOMBA DE
VÁCUO (BV), COM
MANGUEIRAS E
TERMINAIS
LISOS. DEVE POSSIBIL
ITAR O USO DE
BOMBA À VÁCUO. O
SUPORTE DO
SUGADOR DEVE
PERMANECER ESTÁVE
L AO INSERIR E
RETIRAR O SUGADOR
DESCARTÁVEL. AO
ENCAIXAR O
SUGADOR NO
SUPORTE DA
UNIDADE SUCTORA, O
SISTEMA DE
SUCÇÃO CESSA DE
IMEDIATO.
MOCHO: MOCHO
ODONTOLÓGICO
PROFISSIONAL,
FORMATO
ERGONÔMICO, CONTE
NDO ENCOSTO E
ASSENTO AJUSTÁVEIS
POR ALAVANCAS DE
REGULAÇÃO DE
ALTURA E
INCLINAÇÃO COM
SISTEMA A GÁS,
REVESTIMENTO DO
ESTOFAMENTO DO
ASSENTO E ENCOSTO
EM PVC NA COR
VERDE
CLARO, PASSÍVEL DE
ASSEPSIA; ASSENTO
COM DIÂMETRO
MÍNIMO DE 45
CM; ARO DE APOIO
PARA OS PÉS, BASE
COM 5 (CINCO)
RODÍZIOS QUE DESLI
ZEM SEM TRAVAR
DURANTE O USO,

CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 110 KG. TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER PASSÍVEIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO MEDIANTE A APLICAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS SEM PREJUÍZOS DA PINTURA E/OU ACABAMENTO; PARTES METÁLICAS COM PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA TOTALMENTE LISA; OS BRAÇOS DO EQUIPAMENTO DEVEM PERMANECER ESTÁVEIS E NÃO PODEM SE MEXER DURANTE O USO SEM QUE SEJAM ACIONADOS PELO PROFISSIONAL. O EQUIPAMENTO DEVE REALIZAR TODAS AS FUNÇÕES EXIGIDAS, ISENTO DE VAZAMENTOS, INSTABILIDADES OU RUÍDOS QUE INDIQUEM MAL FUNCIONAMENTO DE QUALQUER COMPONENTE. ACOM PANHA MANUAL DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO EM PORTUGUÊS DE TODOS OS COMPONENTES DO CONJUNTO.						
--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 28/10/2025, às 07:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27293284** e o código CRC **5AACF24C**.