



MEMORANDO SEI Nº 27120111/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 10 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico 329/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca (Comprasnet)	Parecer
10	916955-ELETRODO DESCARTAVEL PARA USO ADULTO/PEDIATRICO	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LIDA	MEDIX	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 27096877
38	9I2443 - SISTEMA COLETOR DE SECREÇÕES	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3P/3P	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 27109249

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 10/10/2025, às 14:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27120111** e o código CRC **B9ACB1F3**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.126469-4

27120111v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 329/2025

ITEM: 10

916955 - ELETRODO DESCARTAVEL PARA USO ADULTO/PEDIATRICO, PINO ACO INOX, DORSO EM ESPUMA HIPOALERGICO, CONDUTOR GEL SOLIDO, CONTATO PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), FORMATO OVAL, EMBALAGEM UNITARIA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTEDO IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

MARCA: MEDIX

LOTE: 25DIX2302

REGISTRO (ANVISA): 80495510048

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 pacote com 50 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Adequada, possui fácil abertura.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Excelente fixação, oferece boa leitura do eletro e monitorização

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Adere facilmente a pele e quando retirado não deixa resíduos

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Produto atende o descritivo e as necessidades do serviço.

DATA: 09/10/25

Ermeson Cardoso
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria Municipal de Saúde
Ermeson Cardoso
Coordenador
COREN/SC 522411 - Mat. 51133

marca apresentada na proposta

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 329/2025

ITEM: 38

912443 - SISTEMA COLETOR DE SECREÇÕES SISTEMA COLETOR DE SECREÇÕES - EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO E ESTERILIZADO - FRASCO COLETOR EM PVC, TRANSPARENTE, GRADUADO, ATOXICO (120 ML). TAMPA COM VIAS (TORRES) PARA CONEXAO, ROSCA E ANEL DE VEDAÇÃO EM PEAD. ALÇA DE TRANSPORTE EM PVC; EXTENSÃO PARA CONEXAO COM A SONDA DE ASPIRAÇÃO OU ENDOSCOPIO EM PVC OU LATEX; CONECTOR CÔNICO PARA CONEXAO COM O TUBO DE ASPIRAÇÃO DO VACUO HOSPITALAR; TUBO INTERNO; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (PAPEL ADESIVO).

FORNECEDOR: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

MARCA: 3P/3P proposta

LOTE: 007902

REGISTRO (ANVISA): 81659440009

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: BOA. sem problemas na embalagem

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atende os requisitos propostos

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: BOA VEDAÇÃO COM FECHAMENTO DE SISTEMA, melhor holder que o sistema autêntico

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: melhor vedação do sistema com BOA
Aspiração de laboratório

DATA: 06/10/25

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Dr. Fabiano Luis Schwengel
Pneumologia - CRM 7905 SC
CNS 980016000016161