



## MEMORANDO SEI Nº 0022125704/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 18 de julho de 2024.

À

SAPLCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 327/2023.**Objeto:** Aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao documento SEI nº 0022121909 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Registro ANVISA	11 - Amostra	PARECER
17	916912 - ATADURA DE CREPOM TA00MANHO 20 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, TAMANHO 20 CM X 1,8 M EM REPOUSO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 42 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS	UNID	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	AMED/Eduarda Premium	De acordo	81481900008 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	EXIGE	A proposta da empresa está de acordo com o edital, porém, ofertou produto de mesma marca que já teve a amostra analisada e reprovada anteriormente no presente processo, conforme constante no Memorando SEI nº 0020990119, "durante a análise verificou-se que a amostra apresenta falha na trama. Amostra reprovada".  Com o intuito de evitar atrasos na tramitação do processo e custos à

<p>EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%</p>										<p>empresa com o envio de amostras que já foram reprovadas anteriormente, indicamos que a empresa verifique junto ao fabricante se para o registro da Anvisa 81481900008 existem modelos que possuam características que atendam as exigências.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 18/07/2024, às 10:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022125704** e o código CRC **D87D6AB4**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.176853-2

0022125704v5