

MEMORANDO SEI Nº 26488965/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de agosto de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **071/2025**.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção aos documentos SEI nº 26487259 e 26487448 seguem as análises solicitadas:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	9.6 m-Alvará Sanitário	9.6 n-AFE	Parecer
26	Principal	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal	Unidade	IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	BLUECARE	Válido até 21/05/2026	AFE ativa para distribuir produtos para saúde (dispositivos médicos).	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.
34	Principal	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Principal	Unidade	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAPLE	Página 115 SEI nº 264846 19, válido até 05/03/2025 - Vencido .	AFE ativa para distribuir produtos para saúde (dispositivos médicos).	Documentação técnica reprovada por não atender o item 9.6 m do edital.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
39	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IM PERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	Unidade	VITAL & LS HOSPITALAR LTDA	HEALTH QUALITY CÓD. 225100	Apresentou descrição resumida do item.	80166330053, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	EXIGE Não apresentou	Apresentou	EXIGE	Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10 b) Laudos BFE para os itens 38, 39/40, 41.
40	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IM PERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal	Unidade	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA REPRESENTAÇÃO LTDA	SULGRAFFMED	De acordo	80398019003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	EXIGE Não apresentou	Apresentou	EXIGE	Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10 b) Laudos BFE para os itens 38, 39/40, 41.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 19/08/2025, às 10:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26488965** e o código CRC **43903669**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26488965v18