



MEMORANDO SEI Nº 27098095/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 09 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 340/2025
Objeto: Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar

Em atenção ao memorando SEI nº 27097673, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Comprasnet)	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	Parecer
5	23182 - ELETRODO DESCARTÁVEL MULTIFUNCIONAL INFANTIL JOGO DE 2 ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS INFANTIL, PARA MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO E DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, PRÉ-CONECTADOS, DESCARTÁVEIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO	Jogo	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	MEDLINK	ODM-DE0062E (P)	A proposta descreve icomprimento de 1,80 cm	80415610039- Registro vigente, confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	Na análise preliminar, foi solicitado a seguinte informação : 1- Qual o comprimento do cabo do produto ofertado? No retorno, a empresa apresentou proposta ajustada, indicando comprimento de

DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 180 CM, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS CARDIOMAX 8 E ISIS MARCA INSTRAMED								cabo de 1,80 cm; porém, parece que houve um equívoco por parte da empresa acerca da medida; é possível concluir que o cabo ofertado possui comprimento de 180 cm ou 1,8 metros, porém, faz-se necessário a confirmação. Conclusão: aprovação condicionada a empresa confirmar que o cabo possui comprimento de 1,8 metros ou 180 cm.
---	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 09/10/2025, às 11:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27098095** e o código CRC **2A3C9F7F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br